



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253307

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/06/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	POLISTREN TUP 5 ML	30.000,00	ADET
2	STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.	260,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20253307

NOT : 20253307 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0144.000	POLISTREN TUP 5 ML	ADET	30000
301.0033.000	STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.	ADET	260

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12792) POLISTREN TUP 5 ML

Açıklama : POLISTREN TUP 5 ML

1. Plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. Tüplerin ağzı vidalı beyaz tüp kapaklarına uyumlu olmalıdır.
3. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.
6. Tüpün dip kısmında oluşan bombeli yapı çalışma esnasında dibinin görünmesine engel olmamalı; yanlış çalışma sebebi yaşatmamalıdır. Manuel çalışmaya uygunluğu önemlidir.
7. Numune geldiğinde denenmesi gerekir.
8. Şahit numuneyle aynı özellikte olmadığı takdirde firmaya iadesi sağlanmalıdır.

(6582) STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.

Açıklama : STERİL ULTRASON JELİ 20 ML.

1. Ürün ultrason ile kullanım için üretilmiş olmalıdır.
2. Jel suda çözünür olmalıdır.
3. Gamma ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
4. Sterilizasyon test raporları sunulabilmelidir.
5. Ürün tek kullanımlık steril ambalajda. 20 +/-5 ml miktarda sunulmalıdır.
6. Her bir steril paketin içinde jelin olduğu ayrı bir kapalı paket bulunmalıdır.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
8. Jel alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.