



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254048

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/07/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GAZ TAMPON 7,5 X 7,5 (12 KATLI) XRAY'LI	80.000,00	ADET
2	GAZ TAMPON 5 X 5 (8 KATLI)	35.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20254048

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

296.0014.000	GAZ TAMPON 7,5 X 7,5 (12 KATLI) XRAY'LI	ADET	80000
296.0016.000	GAZ TAMPON 5 X 5 (8 KATLI)	ADET	35000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3307) GAZ TAMPON 5 X 5 (8 KATLI)

Açıklama : GAZ TAMPON 5 X 5 (8 KATLI)

- Gaz tampon 20cmX10cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 5cmX5cm 8 kat şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
- Gaz tampon hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
- Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun üretilmiş olmalıdır.
- Gaz bezinin atkı-çözümlü teli sayısı değerli; çözgü teli sayısı cm başına 12 (+/-1 tel), atkı sayısı cm başına 8 (+/- 1 tel) olmalıdır. Ürün toplamda cm2'de 20 (+/- 1) tel olmalıdır.
- Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
- Eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
- Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemeli; sararmış, kirli görünmemelidir.
- Gaz tampon, kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
- Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
- Gaz tamponun üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
- Gaz tamponun kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
- 100-200'lük kağıt ya da naylon ambalajlarda düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 20.000-25.000'lik karton kolilerde teslim edilmelidir. Kolilerin bütünlüğü tam olmalıdır.
- Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - Hidrofil olduğu,
 - Anma boyutları ve adedi,
 - Üretim tarihi,
 - Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
 - Seri ve parti numarası.
- Non-steril olmalıdır.
- Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
- Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100-200 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.

17. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
18. Yüklencici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

(3308) GAZ TAMPON 7,5 X 7,5 (12 KATLI) XRAY'LI

Açıklama : GAZ TAMPON 7,5 X 7,5 (12 KATLI) XRAY'LI

1. Gaz kompres (tampon) 30 x 26 cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 7,5 x 7,5 - 12 kat şeklinde cerrahi katlama olmalıdır.
2. Cerrahi katlama şekli istenirse tarafımızca gösterilecektir.
3. Gaz kompres (tampon) hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kanarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
4. Gaz kompres (tampon) kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözümlü teli sayısı değerli; çözgü teli sayısı cm² başına 12 (+/-1 tel), atkı sayısı cm² başına 8 (+/- 1 tel) olmalıdır. Ürün toplamda 20 (+/- 1) tel olmalıdır.
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
8. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir; durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirli görünmemelidir.
9. Gaz tampon katları arasında radyoopak iplik yer almalıdır.
10. Radyoopak iplik cerrahi sahaya düşmeyecek şekilde dokunmuş/dikilmiş olmalıdır.
11. Radyoopak iplikler toksik etkisi olmadığına dair belge sunulmalıdır.
12. Kullanılan radyoopak iplikler monoflaman karakterli, mavi renkte ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, çekmemeli, kopmamalı, parçalanmamalı, X ışını ile görülebilmelidir.
13. Gaz kompres (tampon) kasaşlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
14. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
15. Gaz kompreste (tampon) üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
16. 100 lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 5.000-10.000 lik karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünlüğü tam olmalıdır.
17. Tamponların "kullanım öncesi paketlenme aşamasında ve dolayısıyla ameliyatta sayım hatası oluşturmaması için" tüm katlanma yüzeyleri ve sırtları aynı tarafa bakmalıdır.
18. Teklif edilen ürün T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
19. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - 19.1. Firmanın ticari ünvanı, adresi ve/veya tescilli markası,
 - 19.2. Hidrofil olduğu,
 - 19.3. Anma boyutları ve adedi,
 - 19.4. Üretim tarihi,
 - 19.5. Atkı-çözgü sayısı

19.6. Standardın işeret ve numarası (TS 14079)

19.7. Seri ve parti numarası

20. Non-steril olmalıdır.

21. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orjinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.

22. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.

23. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.