



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254112

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/07/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTABASI MONITOR TASIMA ARABASI	20,00	ADET
---	----------------------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20254112

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3894.000	HASTABASI MONITOR TASIMA ARABASI	ADET	20
--------------	----------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13163) HASTABASI MONITOR TASIMA ARABASI

Açıklama : HASTABASI MONITOR TASIMA ARABASI

1. Taşıma arabası hastanemiz bünyesindeki kullanılan Hastabaşı monitörlerine uyumlu olmalıdır.
2. Sehpa gövdesi alüminyum boru profil olup , eloksallı kaplamalı olmalıdır.
3. Taşıma arabası 5 ayaklı olup, alüminyum döküm malzemeden üretilmiştir ve elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
4. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
5. Monitör, kendi eksenini etrafında 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabiliyor olmalıdır.
6. Taşıma arabasının Tel sepeti polietilen (PE) kaplamalı olmalı ve plastik olmamalıdır.Sepetin yan taraflarında kablo askılıkları bulunmalı , demonte ve sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
7. Taşıma arabasına ait Sepet ölçüleri en az ; uzunluk 27 cm , en 16 cm , derinlik 12 cm olmalıdır.Taşıma kapasitesi 10 kg dan az olmamalıdır.
8. Yüksekliği ayarlanabilen plastik malzemeden üretilmiş yatay taşıma kolu mevcut olmalıdır.Araba ile birlikte monitörün altına takılan harici kızakta verilecektir ve monitöre vidalanabilir olmalıdır.
9. Taşıma arabasının tekerlekleri Taşıma kapasitesi yüksek ve dayanıklı plastik tekerleklerle sahip olmalıdır. Kolay sökülüp takılmalıdır.
10. Plastik tekerleklerden en az 2(iki) tanesi frenli ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır. En az 45 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
11. Monitör standı tamamen demonte edilebilir olmalıdır. Tasıma arabasının üst kısmı kızaklı olup monitörün altına takılan kızak rahat geçmeli , sağa ve sola kaymaması için sabitleme pini olmalıdır.
12. Ergonomik tasarımı olup , kurulum kılavuzu mevcut olmalıdır.İlgili firma önce Taşıma arabası takılacak monitörü görerek kendi arabası için sunum yapmalıdır
13. Taşıma arabası üretim hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
14. İhalede 1(bir) adet numune getirilmelidir. Klinik Mühendislik tarafından onay verilen taşıma arabası alınacaktır.

N.A