



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

28/07/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254433

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 01/08/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BAKTERİYEL TEST STANDART KITI (BTS)	1,00	KUTU
---	-------------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20254433

NOT : 20254433 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

BTS (Bakteriyel Test Standard) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. "IVD Bruker Bacterial Test Standard, 5 Tubes" (BTS), *Escherichia coli*, RNAaseA ve Miyogloblin protein profillerini içermeli ve MALDI TOF sisteminin kalibrasyonunda kullanılabilmelidir.
2. BTS -18°C'de son kullanma tarihine kadar tazeliğini korumalıdır. Analiz öncesinde Bruker ön hazırlık prosedürlerine göre hazırlanan organik çözücü ile çözülerek kullanıma hazır hale getirilebilmelidir.
3. Bir kutu içerisinde 5 (beş) adet tüp standart olmalıdır. Her tüp yaklaşık en az otuz beş (35) MALDI hedef plakası noktası hazırlamak için yeterli malzemeyi içermelidir.
4. Ürünün kullanma talimatı ve analiz sertifikası ürünle birlikte teslim edilmelidir.
5. Ürünle birlikte BTS'nin içine konup saklanacağı MALDI-TOF cihazının kullanım kılavuzunda belirtilen "Eppendorf marka katalog numarası 30121023 veya Sarstedt marka katalog numarası 72.730" olan 500 adet 0.5 mililitrelik kapaklı tüp ücretsiz teslim edilmelidir
6. Ürünler CE/IVD işaretli olmalı ve ÜTS veri tabanında kayıtlı olmalıdır.
7. Alınacak malzemeler orijinal ürün olmalıdır. Bu nedenle yüklenici firma Tek Yetkili Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Evren Doruk Engin

Bakteriyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ö. Alpay Özbek

Bakteriyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu