



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253966

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/07/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OTOKLAV ELDIVENİ	4,00	ÇİFT
---	------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20253966

NOT : OTOKLAV ELDIVENİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

112.0258.000	OTOKLAV ELDİVENİ	ÇİFT	4
--------------	------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8867) OTOKLAV ELDİVENİ

Açıklama : OTOKLAV ELDİVENİ

- 130 0C derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.130 0C derece ısıya karşı koruma sağlayacak yapıda olmalıdır.
- Küçük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 350 mm. (+/- 20 mm.) olmalıdır.
- Büyük boy eldiven için orta işaret parmağından eldiven bitimine eldiven uzunluğu 500 mm. (+/- 50 mm.) olmalıdır.
- Eldivenin aşınma ve yırtılma direnci yüksek olmalıdır.
- Eldiven ısıya maruz kaldığında ısı transferini geciktiren özelliklerde olmalıdır.
- Termal performansı yüksek olmalıdır.
- EN 407:2004 standardına uygun olmalıdır.
- Sipariş öncesi numune sterilizasyon sorumlusu tarafından değerlendirilecek uygunluk almayan ürün sipariş edilmeyecektir.