



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

12/08/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254816

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

15/08/2025

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAGIT MUAYENE ORTUSU(JINEKOLOJİ MASASI İÇİN)	4.300,00	ADET
2	KORUYUCU ONLUK	120.000,00	ADET
3	CERRAHİ MASKE (BAGCIKLI)	125.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20254816

NOT : 2026 KORUYUCU EKİPMAN SARF MALZ

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/07/2025 10:43:12

TEKNİK ŞARTNAME

13087 KORUYUCU ÖNLÜK

1. Önlük materyali TS EN 14126 standardına uygun, ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek sıvı itici özelliği olan, hava geçirgen dokuya sahip en az 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven SMS (Spunband Meltdown Spunbon) materyalinden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. Yaka açıklığı velcro (cırt cırt) veya bağlamalı ip ile ayarlanabilir olmalıdır.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm (±5 cm) olmalıdır.
11. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 5 adet numune bırakılmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Tek beden xl olmalıdır. Boyu diz altına kadar standart beden olmalıdır.
15. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimini kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Kazım KANDEMİR

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
D.E.Ü Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Dip. Tescil No: 138297



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/07/2025 10:43:05

TEKNİK ŞARTNAME

13086 CERRAHİ MASKE (BAĞCIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS EN 14683 AC standardına uygun olmalıdır
2. Medikal maske 3 katlı yapıda ve 3 pileli olmalı. Alt ve üst katlar spunbond, ara katman meltblown maske kumaşından imal edilmelidir.
3. Gizli burun teli olmalıdır.(Tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır)
4. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. Maskeler anatomik olarak yüze tam uyumlu olmalıdır. (Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yanlardan hava geçişi olmamalıdır.)
7. Maske ve bağları alerjik olmamalı ve toksik madde içermemelidir. Dörtkenarında en az 30 cm uzunluğunda bağcıklar olmalı, bağcıklar maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerlerinden kolay ayrılmamalıdır.
8. Membran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
9. Maskeler her pakette 50 adet veya katları olacak şekilde paketlenmeli ve paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Materyal tüysüz olmalı, kullanım sırasında pamuklanma olmamalı. Lif, tüy dökmemelidir
11. Hava geçirgen özelliği olmalı, takılı olduğu sürede terletmemeli ve normal solunuma engel olmamalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle orijinal ve barkodlu 1 tam paket numune bırakılacaktır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Kazime KANDEMİR

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
D.E.Ü Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Dip. Tescit No: 138292



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/03/2025 16:19:30

TEKNİK ŞARTNAME

11931 KAĞIT MUAYENE ÖRTÜSÜ

1. Havlu beyaz renkte olmalıdır.
2. Havlunun bir yüzü polietilen veya poliüretan madde ile kaplı olmalıdır.
3. Havlu yaprakları rulo biçiminde sarılmış olmalıdır.
4. Yaprakların boyutları:Eni: 48-50 cm, Boyu: 48-60 cm; olmalıdır.
5. Her bir rulo 85-110 yapraktan oluşmalıdır.
6. Havlu yaprakları kolayca birbirinden ayrılabilmelidir.
7. Havlular kullanım esnasında kolayca yırtılmamalı, suya dayanıklı olmalıdır.
8. Rulo kağıt havlu özel ambalajında hijyenik olarak teslim edilmelidir.
9. Numune istenmektedir.

Sr. Hemsire
Yasmin Geliş
2

PROF.DR. MENMET GÜNEY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Başkanı
Dip.Tesc.No:0021 Uzm.Tesc.No:38283