



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254915

İLAN

14/08/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/08/2025 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ULTRASON TAMIRI	1,00 ADET	acil servis de kullanılan ge marka vivid s5 model ultrason cihazı arızalanmıştır. 2023/4432 = 3sc rs probu 2023/4897 = prob holder (İPTAL) 2023/6460 = prob selector board (ihtalat yasağından dolayı)
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 160004659 REFERANS NO: RF16004659 DEMİRBAŞ ADI: DIGITAL RENKLI DOPPLERLI ULTRASONOGRAFI CIIHAZI (GE / VIVID S5 N) MARKA-MODEL: GE VIVID S5 N SERI NO: 057396VS5N Ayn No: 54687Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: PINAR ALKİŞ - 07/02/2024 BULUNDUĞU YER: ACİL SERVİS(ACIL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ) TEDARİKÇİ ADI: PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL SIS. SAN. VE TIC A.Ş. ALIM FİYATI: 140400 GARANTİ: H - (09/12/2016 - 09/12/2019) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2016 - 13966 GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 407163		

TEKLİF NO 20254915
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : ULTRASON TAMIRI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0020.002 ULTRASON TAMIRI	ADET	1
------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13191) ULTRASON TAMIRI

Açıklama : ULTRASON TAMIRI

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın tamirini yapabilir yeterlilikte olmalıdır.Firma temsilcilerinin onarımları zamanında yapılabilmesi için, sözleşme imza tarihinde faaliyette bulunan, İzmir'de yerleşik bir teknik servisi olması zorunludur.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
6. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

B.Y