



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254920

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/08/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SAF SU SİSTEMLERİ KİMYASAL DEZENFEKSİYON HİZMETİ	1,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20254920

NOT : SAF SU SİSTEMLERİ KİMYASAL DEZENFEKSİYON HİZMETİ

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/4

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0604.000	SAF SU SİSTEMLERİ KİMYASAL DEZENFEKSİYON HİZMETİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13186) SAF SU SİSTEMLERİ KİMYASAL DEZENFEKSİYON HİZMETİ

Açıklama : SAF SU SİSTEMLERİ KİMYASAL DEZENFEKSİYON HİZMETİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, Sterilizasyon ünitesi ve/veya bünyesinde bulunan saf su üretim ve dağıtım sistemlerinin;

Kimyasal kirleticilerden (CaCO_3 , CaSO_4 , BaSO_4 vb.) arındırılması,

Mikrobiyolojik kontaminasyonun (Fungus, Sporid, HBV, HIV, HCV vb.) önlenmesi,

Membran ve ekipmanların korunması,

Kalıntı bırakmayan bir dezenfeksiyon işlemi ile temizlenmesi için gereken hizmetin teknik özelliklerini ve yüklenici firmanın yükümlülüklerini tanımlar.

İlk su numunesi idare tarafından halk sağlığı laboratuvarına gönderilecektir. Numune sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, dezenfeksiyon işleminin tekrarlanması, numunenin yeniden gönderilmesi ve bu süreçlerle ilgili tüm teknik ve mali sorumluluklar yükleniciye aittir. Yüklenici, halk sağlığı laboratuvarından olumlu sonuç raporu alıncaya kadar gerekli işlemleri tekrarlamakla yükümlüdür.

2. HİZMETİN TANIMI

Yüklenici firma tarafından aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

Kimyasal solüsyonun temini ve uygulanması,

Raporlama ve taahhüt süreçleri,

Acil müdahale ve garanti ve teknik kapsamında destek.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanılacak Kimyasal Solüsyonun Özellikleri Bileşenler:

%50 Membran Biocide (Perasetik Asit veya Asetik Asit + Hidrojen Peroksit),

%20 Hidrojen Peroksit (CAS: 7722-84-1),

%12 Asetik Asit (CAS: 64-19-7),

Deiyonize Su (CAS: 7732-18-5).

Yasaklı Bileşenler: Aldehit, fenol, alkol, kuaterner amonyum bileşikler.

Etkinlik:

İnorganik tortuları çözebilmesi,

Geniş spektrumlu mikrobiyolojik inaktivasyon sağlamalı,

Membranlara zarar vermemeli.

4. Uygulama Prosedürü

Sistemin ön temizliği (gerekliyse Na4EDTA veya sülfamik asit ile),

Solüsyonun konsantrasyon ve temas süresine uygun enjeksiyonu,

Durulama ve nötralizasyon aşamaları,

Online/Offline validasyon (TOC, iletkenlik, mikrobiyolojik testler).

5. Raporlama

Uygulama öncesi/sonrası su kalite parametreleri ölçülecek,

Kimyasal analiz raporları sunulacak,

Halk sağlığı analiz raporları

6. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

Uygulama: Sistemle uyumlu ekipman ve dozaj pompaları kullanılacak.

Acil Durum: Olumsuz sonuçlarda 24 saat içinde müdahale edilecek.

Teklif edilen ürün yüklenici tarafından sistemde kullanılacak ve yapılan işlemde sonra teklif edilen malzemenin istenilen değerleri sağladığına ve herhangi bir risk teşkil etmediğine dair yüklenici firma rapor tutarak taahhüt verecektir. Taahhüt vermeyen firmaların ürünleri risk teşkil edileceğinden dolayı değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürünün kullanımı sonrası sistemi etkileyen herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde yüklenici firma gerekli kontrolleri yapacağını ve ürünün hastane tarafından uygun değerleri karşılamaması tespit edilmesi halinde ise ürünü yenisi ile değiştireceğine ve dezenfeksiyon işlemini tekrarlayacağına dair madde 1'de belirtilen yükümlülükler uyacağı hakkında taahhüt verecektir.

7. İŞ PROGRAMI VE GARANTİ

Zamanlama: Hastane ile koordineli (tercihen hafta sonu/gece vardiyası).

Garanti Süresi: İşlem sonrası 6 ay boyunca sistem performansı garanti edilecek.

8. Taahhütname vermeyen teklifler reddedilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/08/2025 11:06:01

A.T