



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255533

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/09/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FILTRESİZ PİPET UCU 10-100 (96'LİK)	10,00	ADET
2	FİLTRESİZ PİPET UCU 100 MİKROLİTRE (TEK TEK STERİL)	300,00	ADET
3	LANSET	30.000,00	ADET
4	PETRI KUTUSU MULTİDİSH (NUNC VEYA MUADILI)	100,00	ADET
5	10 MİKROLİTRELİK STERİL OZE (HALKA UCLU)	35.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20255533

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0079.000	FILTRESİZ PIPET UCU 10-100 (96'LİK)	ADET	10
293.0082.000	FILTRESİZ PIPET UCU 100 MİKROLİTRE (TEK TEK STERİL)	ADET	300
293.0102.000	LANSET	ADET	30000
306.0033.000	PETRI KUTUSU MULTİDİSH (NUNC VEYA MUADİLİ)	ADET	100
293.0173.000	10 MİKROLİTRELİK STERİL OZE (HALKA UÇLU)	ADET	35000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4799) FILTRESİZ PIPET UCU 10-100 (96'LİK)

Açıklama : FILTRESİZ PIPET UCU 10-100 (96'LİK)

1. Pipet ucu 0,5-10 ve 10 -100 ul hacimlerde çalışabilmelidir.
2. Teklif edilecek uçlar önceden laboratuvarda kullanılacak pipetlerde uygunluk testi almalıdır.
3. Uçların steril özellikleri; DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen free özelliklerini taşımalıdır.
4. Firmalar teklif ettikleri pipet uçlarının özellikleri konusunda orijinal katalogları üzerinden teknik şartnamaya madde madde cevap vereceklerdir. Verdikleri cevaplar orijinal katalogları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(194) LANSET

Açıklama : LANSET

1. Lanset paslanmaz ve kaliteli çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Lanset ucu keskin, çapaksız ve tırtıksız olmalıdır.
3. Her ürün tek tek steril ambalajda olmalıdır. Ambalajı yırtılmış ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
4. Lanset ambalajını açma kısmı, lansetin arkası olmalı, yaralamaya sebep olmamalıdır.
5. 200 adetlik paketlerde ambalajlanmış olmalıdır. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Lansetin keskin ucunun uzunluğu 3 mm geçmemelidir.
11. Kullanım sırasında eğilme, bükülme olmamalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.

13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(5803) PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)

Açıklama : PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)

1. Dört yuvarlak bölmeli ve kapaklı olmalıdır.
2. Dış boyutları 66X66 MM. olmalıdır.
3. Bölme başına çalışma hacmi 1 ML. olmalıdır.
4. Kültür alanı bölme başına 1,9 CM² olmalıdır.
5. Dörtlü poşetlerde embriyo kültürüne uygun sterilize gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
6. Polystyrenden yapılmış olmalıdır.
7. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(4530) 10 MIKROLITRELİK STERİL OZE (HALKA UCLU)

Açıklama : 10 MIKROLITRELİK STERİL OZE (HALKA UCLU)

1. Özeler 10 mikrolitre hacimli, polistirenden yapılmış, ince saplı olmalıdır.
2. Poşetli (en fazla 20 adet içeren) , steril ve tek kullanımlık olmalıdır
3. Özeler besiyerine zarar vermemeleri için, yüzeyi düzgün, esnek ve yumuşak olmalıdır.
4. Özenin tutulan uzun kısmı, ekim işlemi sırasında kavramaya uygun, düz olmalıdır.
5. Yuvarlak olan uç kısmı, sıvı örneği kolaylıkla almaya elverişli olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(4799) FILİTRESİZ PİPET UCU 100 MIKROLİTRE (TEK TEK STERİL)

Açıklama : FILİTRESİZ PİPET UCU 100 MIKROLİTRE (TEK TEK STERİL)

1. Pipet ucu 0,5-10 ve 10 -100 ul hacimlerde çalışabilmelidir.
2. Teklif edilecek uçlar önceden laboratuvarında kullanılacak pipetlerde uygunluk testi almalıdır.
3. Uçların steril özellikleri; DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen free özelliklerini taşımalıdır.
4. Firmalar teklif ettikleri pipet uçlarının özellikleri konusunda orijinal katalogları üzerinden teknik şartnamaya madde madde cevap vereceklerdir. Verdikleri cevaplar orijinal katalogları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/09/2025 15:26:08