



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255612

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/09/2025 TARİHİ, SAAT 13:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DOZİMETRE OLCUMU	3.350,00 ADET
---	------------------	---------------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255612

NOT : DOZİMETRE OLCUMU İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0001.000	DOZIMETRE OLCUMU	ADET	3350
--------------	------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Dozimetre Hizmeti Teknik Şartnamesi

A. KONU

1. Bu şartname Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine alınacak olan Dozimetri Hizmetini sağlayacak olan yüklenici firmanın genel özellikleri, sorumlulukları ve ilgili diğer hususları içerir.

B. UYGUNLUK ve BELGELENDİRME

Bu bölümde ihaleye katılacak olan Yüklenici dozimetri firmaları teklif edecekleri Dozimetri Hizmetine yönelik sahip olması gereken belgeler ve uygunluk tanımlanmaktadır. Firmalar teklif ettikleri hizmette, bu bölümde bulunan tüm özelliklerin var olduğunu dökümanlar ile belgelemek zorundadır. Belgelenmeden uygunluk belirten teklifler dikkate alınmayacaktır. Başvuru sırasında beyan edilmeyen belgeler değersiz kabul edilecektir.

1. Dozimetri Hizmeti vermeye istekli firmalar Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olmalı ve Dozimetri Hizmeti verdiği süre boyunca Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu **Dozimetre Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar**'da belirtilen hükümleri yerine getirmelidir.
2. Dozimetri hizmeti kapsamında kullanılacak dozimetreler, pasif dozimetre olup termoluminesans veya optikluminesans özelliği gösteren kristallerden oluşmuş olmalıdır. Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi gibi birimlerde teknik yeterliliğe sahip olmalıdır. Firmalar teklif edecekleri dozimetrelerin yapısını ve teknik özelliklerini tekliflerinde ayrıca belirteceklerdir.
3. Yüklenici Firma dozimetri hizmeti kapsamında hangi radyasyon türlerini (x, gama, beta vb.) ölçebildiklerini, doz ölçüm aralıklarını ve tüm cihazların foton enerji aralıklarını kapsayacak şekilde ölçüp raporlamaya yetkili olduğunu NDK yetki ve TÜRKAĞ akreditasyon belgelerinde gösterebilmeli ve beyan etmelidir.
4. Yüklenici firma tarafından dozimetreler ile yapılan doz değerlendirmeleri NDK'nın yayınlamış olduğu usul ve esaslar çerçevesinde belirttiği uluslararası standart listesinde belirtilen güncel TS EN-62387 standardına göre geçerliliği doğrulanmış değerlendirme metotlarına göre yapılmalıdır.
5. Yüklenici firmanın TS EN ISO/IEC 17025: 2017 belgesini ve bu kapsamda TÜRKAĞ Akreditasyonunu almış olması gerekmektedir.

Radyasyon Güvenliği
Koordinatörü
Gülümser YILMAZ

Hümay KAYA
Radyasyon Sorumlusu

C. SORUMLULUKLAR

Bu bölümde Dozimetri hizmeti verecek Yüklenici firmaya ait sorumluluklar tanımlanmaktadır.

1. Dozimetri Hizmeti 2 (iki) aylık sürelerde, bir senede 6 (altı) periyotta verilecektir.
2. Kullanılacak dozimetrelerin teknik özellikleri ile doğru kullanıma ilişkin talimatları hazırlanacak ve ilk kullanımdan önce kullanıcılar bilgilendirilecektir.
3. Dozimetreler kapalı zarf veya kutu içerisinde "Dozimetre Dağıtım Listesi" ve resmi ön yazı ile birlikte yüklenici firmanın anlaşma yaptığı kargo firması aracılığıyla gönderilecektir.
4. Eski periyoda ait dozimetreler, yeni periyoda ait dozimetreler ile değişimi yapıldıktan sonra değerlendirmek üzere yüklenici firmaya anlaşma yaptıkları kargo firması aracılığıyla teslim edilecektir. Teslim etme süresi yeni periyot dozimetrelerin teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde olacaktır.
5. Dozimetrelerin kargo ile gönderilmesi ve kargo ile aldırılması sırasında oluşacak kargo masrafları dozimetri hizmetini sağlayacak olan firmaya aittir.
6. Yüklenici firma, eski periyot dozimetreler tarafına ulaştıktan bir hafta içerisinde analiz sonuçlarını bildirecektir. Bildirim süresinde ikinci uyarıdan sonraki gecikmelerde ilgili döneme ait ödeme yapılmaz.
7. Dozimetre taşıyıcıları üzerinde kullanıcının ad-soyad bilgileri, dozimetre numarası, ile dozimetrenin ait olduğu periyod, kurum adı ve kurum kodu belirtilecektir.
8. Doz Raporları kullanıcılara elektronik posta (e-posta) yoluyla bildirileceği gibi kullanıcılar istediklerinde kendilerine verilen kullanıcı giriş bilgileri ile elektronik ortamdan da takip edebileceklerdir.
9. Doz Raporlarında analiz sonuçları her bir çalışan için, yaka dozimetresinde; tüm vücut dozu Hp(10) ve deri dozu Hp(0.07), bilek dozimetre analiz sonuçlarında ise sadece deri dozu Hp(0.07) şeklinde periyot, çeyrek dönem ve yıllık dozları ayrı ayrı verilecektir. Doz raporlarındaki doz değerleri sayısal olarak belirtilecek ve ayrıca doz raporunda doz analiz sonuçları kullanıcı adına göre alfabetik sıralanmış olarak aşağıdaki bilgileri de içerecektir;
 - a) Doz raporunun ait olduğu kuruluş kodu, kuruluş adı ve birim adı,
 - b) Doz raporunun ait olduğu dönem ve doz raporlama tarihi, rapor numarası,
 - c) Kullanıcı personel adı, soyadı ve görevi bilgileri ile dozimetre numaraları,
 - d) Okunan dozimetrelerin ait olduğu kullanım dönemi ve okunma tarihi,
 - e) Çift dozimetre kullanan personel için doz analiz sonuçları ayrı ayrı verilecektir.

Radasyon Güvenliği
Koordinatörü
GÜLÜMSER YILMAZ

(Signature)
İsmail Sami

10. Yklenici firma, eski periyot dozimetrelerin deęerlendirme iřlemi gerekleřtirdikten sonra analiz sonularının Nkleer Dzenleme Kurumu'nun "Ulusal Doz Kayıt sistemine" kaydedilmesi saęlamalıdır.
11. Yklenici firma, inceleme dzeyi dozu zerinde gelen doz sonuları iin (yaka dozimetre analiz sonucu aylık 2 mSv, bilek dozimetre analiz sonucu aylık 50mSv deęerini geen sonular) yksek doz bildiriminde bulunulması ve kayıt altına alınmasını saęlayacaktır. Ayrıca gerekli grldę durumlarda bu analizler yeniden yapılacaktır.
12. Yklenici firma, kaza durumlarında veya beklenenin zerinde radyasyona maruz kalındıęının bildirildięi durumlarda dozimetre deęerlendirmelerini(kargoyla ulařım sresi hari) aynı gn ierisinde yapacak ve doz analiz sonucunu yine aynı gn geri bildirecektir.
13. Her birimde dozimetrelerden sorumlu olan kiři kullanımda olan dozimetrelerle ilgili pasifleřtirme, devir, kayıp ve sonlandırma iřlemlerinin yanı sıra, yeni dozimetre talep iřlemlerini de elektronik ortamda firma tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve řifreyi kullanarak yapabilecektir.
14. Nkleer Tıp ve Radyoloji Blmnde kullanılmakta olan mevcut yzk veya bileklik dozimetre sayısı toplam 35 adettir. Yıl iindeki artıřlarla birlikte sayının en fazla 40 olabileceęi ngrlmektedir. Yzk veya bileklik dozimetri hizmeti cretsiz olarak verilecektir.
15. Her birime ayrı ayrı gnderilen kontrol dozimetresi (toplam 16 adet) yklenici firma tarafından cretsiz olarak verilecektir.
16. Deęerlendirme periyodunu izleyen 30 gn ierisinde geriye dnk olarak yeniden yapılması istenen dozimetre analizleri iin ek bir cret talep edilmeyecektir.

Radyasyon Gvenlięi
Koordinatr
Glmser YILMAZ



Glmser Yılmaz
İdari Sorumlusu

