



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255615

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/09/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	IGH / BCL2 FISH PROBU	20,00	TEST
---	-----------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20255615

NOT : BCL2/IGH

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

157.0380.000	IGH / BCL2 FISH PROBU	TEST	20
--------------	-----------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

BCL2/IGH DUAL COLOR DUAL FUSION FISH PROBE ŞARTNAMESİ

- 1-Kullanılacak IGH/ BCL2 probunun, Floresan In Situ Hybridizasyon (FISH) tekniği için uygulanabilir olması gerekmektedir.
- 2-Prob t (14:18) (q32.3, q21.3) translokasyonun kalitatif tespiti için üretilmiş olmalıdır.
- 3-Prob formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş doku örneklerinde uygulanmak üzere optimize edilmiş olmalıdır.
- 4-Prob direkt olarak kullanıma hazır olmalıdır.
- 5- Prob en az 5, en fazla 20 testlik ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
- 7-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
- 8-Kutuların içerisinde probun protokolünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
- 9-Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
- 10- Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
- 11-Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgileri olmalıdır.
- 12-Üretici firma CE uygunluk beyanına, prob ise in-vitro diagnostics (IVD) onayına sahip olmalıdır.
- 13- Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
14. Çalışılan proplar (FISH) laboratuvarın tercih edeceği CAP vb. dışı kalite kontrol sistemi katılım sürecine ilişkin gereken işlemleri (transfer hizmetler dahil) ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

Doç.Dr. Anıl AYSAĞAÇ



Prof.Dr.Merih GÜRAY DÜRAK

