



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255319

İLAN

01/09/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/09/2025 TARİHİ, SAAT 12:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| MAL / HİZMET                                                                                                                                                                                                             | MİKTAR    | İSTEK NEDENİ     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1 TERS OZMOZ (REVERSE OSMOS) SU ARITMA SİSTEMİ TAMIRI                                                                                                                                                                    | 1,00 ADET | Parça Yıpranması |
| Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 220000552<br>REFERANS NO: RF22000552<br>DEMİRBAŞ ADI: TERS OSMOS SU ARITMA SİSTEMİ (AQUALINE / GAMA 680)<br>MARKA-MODEL: AQUALINE GAMA 680<br>SERİ NO: 2022G480003<br>Arıza No : 469790 |           |                  |

TEKLİF NO 20255319

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : TERS OZMOZ (REVERSE OSMOS) SU ARITMA SİSTEMİ TAMIRI

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                     |      |   |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|---|
| 542.0513.000 | TERS OZMOZ (REVERSE OSMOS) SU ARITMA SİSTEMİ TAMIRI | ADET | 1 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|---|

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12313) TERS OZMOZ (REVERSE OSMOS) SU ARITMA SİSTEMİ TAMIRI

Açıklama : TERS OZMOZ (REVERSE OSMOS) SU ARITMA SİSTEMİ TAMIRI

- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış Cihazın/sistemin tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya İlgili Birim yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı ilgili birime teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya İlgili Birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veyaİlgili Birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

A.T