



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 2026270

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEREN FİRMALARIN 27/01/2026 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| | | | |
|---|---|-------|------|
| 1 | DESCEMET INSIZYON KANCASI | 3,00 | ADET |
| 2 | DESCEMET KAZIYICI | 2,00 | ADET |
| 3 | INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE) | 50,00 | ADET |
| 4 | COLIBRI FORCEPSI | 2,00 | ADET |

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 2026270

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL VE ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|---|------|----|
| 442.3909.000 | DESCEMET INSIZYON KANCASI | ADET | 3 |
| 442.3910.000 | DESCEMET KAZIYICI | ADET | 2 |
| 442.3911.000 | INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE) | ADET | 50 |
| 442.3914.000 | COLIBRI FORCEPSİ | ADET | 2 |

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13378) INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE)

Açıklama : INFANT GOZ SPEKULUMU (BARRAQUER TIPINDE)

1. Prematüre bebeklerde kullanım için uygun olmalıdır. Kapak tutacaklarının uzunluğu 7mm ve aletin toplam uzunluğu 34mm olmalıdır. Tel şeklinde yaylı yapıda ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

(13376) COLIBRI FORCEPSİ

Açıklama : COLIBRI FORCEPSİ

1. Sütür işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş, mikro colibri tipinde olmalıdır. Hassas yapıda, 0,12mm 1x2 dişlere sahip ve 5mm bağlama platformlu olmalıdır. Toplam uzunluğu 77mm olmalıdır. Elcik yapısı düz ve tutacak yerleri tırtıklı olmalı, elden kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.Sap kısmı yassı paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

(13377) DESCEMET INSIZYON KANCASI

Açıklama : DESCEMET INSIZYON KANCASI

1. Künt uçlu yapıda olmalı,ucu 0,2mm çapında olmalı ve alıcının gözünde Descemetorhexis bölgesini işaretlemek için kullanılabilir olmalıdır. Toplam uzunluğu 103mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T

(13379) DESCEMET KAZIYICI

Açıklama : DESCEMET KAZIYICI

1. 1mm yarım daire şeklinde uca sahip olmalı ve alıcının Descemet membranını kazımak için kullanılabilir olmalıdır. Toplam uzunluğu 103mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, aletin üzerinde markası, kod numarası ve CE işareti silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20/01/2026 15:01:46

2. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T