



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026643

İLAN

10/02/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/02/2026 TARİHİ, SAAT 00:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNITESİ TAMIRI (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)	4,00 ADET	üroloji bölümüne ait endovizyon sisteminin ekranı arızalıdır / kbb endovizyon sisteminin kamera ünitesi arızalı / GENEL CERRAHİ ENDOVIZYON SİSTEMİNE AİT KAMERA ÜNİTESİNİN BAĞLANTI SOKETİNDE ARIZA VAR / KBB BÖLÜMÜNDE KULLANILAN ENDOVIZYON KULESİNİN KAMERA ÜNİTESİNİN SOKET KISMI ARIZALIDIR
---	--	-----------	--

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 100001707
REFERANS NO: RF10001708
DEMİRBAŞ ADI: ENDOVIZYON (DİJİTAL GORUNTULEME) SİSTEMİ (KARL STORZ / HD)
MARKA-MODEL: KARL STORZ U-112
SERİ NO: VZ675778-P
Ayn No: 35985Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025
BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)
TEDARİKÇİ ADI: GENTIP MEDİKAL VE TEKNİK CİH. LTD.STİ.
ALIM FİYATI: 143413,2
GARANTİ: H - (05/10/2010 - 05/10/2013)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2010 - 29700
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 090000948
REFERANS NO: RF09000948
DEMİRBAŞ ADI: ENDOVIZYON (DİJİTAL GORUNTULEME) SİSTEMİ (KARL STORZ / HD)
MARKA-MODEL: KARL STORZ HD
SERİ NO:
Ayn No: 31753Ozel Dno:

TEKLİF NO 2026643

ÖDEME SÜRESİ

NOT : 2026643 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026643

İLAN

10/02/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/02/2026 TARİHİ, SAAT 00:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

TKKY NOTU:

ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025

BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)

TEDARİKÇİ ADI: TIBBİ BİLİMSEL AKTİVİTELER DESTEKLEME DERNEĞİ

ALIM FİYATI: 118118,52

GARANTİ: H - (15/12/2008 - 15/12/2010)

FATURA: 336187 - 15/12/2008

KESİN KABUL NO: 2009 - 21813

GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 200000869

REFERANS NO: RF20000869

DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) -ENDOvizyon(KULE SİSTEMİ) (STORZ / TC200 -

FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-

1+495NCSC+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-

EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10)

MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200-FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-

1+495NCS+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-

EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10

SERİ NO: ZQ104091

Ayn No: 78611Ozel Dno:

TKKY NOTU:

ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025

BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)

TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.

ALIM FİYATI: 504900

GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)

FATURA: -

KESİN KABUL NO: 2020 - 1363

GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 200000867

TEKLİF NO 2026643

ÖDEME SÜRESİ

NOT : 2026643 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026643

İLAN

10/02/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/02/2026 TARİHİ, SAAT 00:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

REFERANS NO: RF20000867

DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) CERRAHI GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON -KULE SISTEMI) / KBB AMELİYAHANESİ (KARL STORZ / TC200+FS-P2604D+TC301+TH110+20161401-1+495NA+E01-L)

MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200+FS-P2604D+TC301+TH110+20161401-1+495NA+E01-L

SERİ NO: ZQ820094-P

Ayn No: 78609Ozel Dno:

TKKY NOTU:

ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025

BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)

TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.

ALIM FİYATI: 248400

GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)

FATURA: -

KESİN KABUL NO: 2020 - 1363

GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 472090 / 475699 / 477035 / 477031

TEKLİF NO 2026643

ÖDEME SÜRESİ

NOT : 2026643 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0793.001	ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ EN	ADET	4
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

- (12635) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)
- Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMIRI (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)
1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
 2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
 3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
 4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir. Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
 5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
 6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
 7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
 9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
 10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(12024) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış endovizyon görüntüleme sistemi tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
6. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A

(12635) ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

Açıklama : ENDOVIZYON SİSTEMİ KAMERA KONTROL UNİTESİ TAMİRİ (KARL STORZ ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir. Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

M.D