



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026807

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 23/02/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OPTİK KOHERENS TOMOGRAFI CİHAZI BILGISAYAR PROGRAM VE YAZILIMI YUKSELTME TEKNİK SARTNAMESİ	1,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2026807

NOT : 2026807 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0620.000	OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI BİLGİSAYAR PROGRAM VE YAZILIMI YUKSELTME TEKNİK SARTNAMESİ	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13756) OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI BİLGİSAYAR PROGRAM VE YAZILIMI YUKSELTME TEKNİK SARTNA

Açıklama : OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI BİLGİSAYAR PROGRAM VE YAZILIMI YUKSELTME TEKNİK SARTNA

1. Hastanemizde göz polikliniğinde kullanılan TOPCON marka optik koherens tomografi cihazına ait bilgisayara marka ile uyumlu İMAGEnet6 yazılımı kurulmalı ve yazılıma ait lisanslama ve aktivasyon işlemleri eksiksiz şekilde yapılmalıdır.
2. Yeni bilgisayara eski hasta data aktarımı yapılmalıdır.
3. Yeni bilgisayar çalışır durumda hasta çekimi ve hasta takibi yapılacak şekilde kurulmuş ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.
4. Yeni bilgisayar üzerinde hasta kayıt işlemleri ve analizler eksiksiz olarak gerçekleştirilebilmelidir.
5. Sistem üzerinde OCT Angiography (OCT-A) çekimleri yapılabilmelidir.
6. Yapılan program yükleme ve yazılım yükseltme işlemi en az 1 yıl garantili olmalıdır.
7. Yazılım ve program yükleme işlemi yapıldıktan sonra kullanıcı bölümden uygunluk alınması gerekmektedir.
8. Yazılımın gerektiğinde yeniden yüklenebilmesi için gerekli olan tüm lisans kodları ve yazılımın bir kopyası klinik mühendisliğe verilmelidir.

N.A