



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026925

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/02/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EA 50 (PAPANICOLA BOYA SOLS.)	2,00	LİTRE
2	ORANGE G SOL.	2,00	LİTRE

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2026925

NOT : PATOLOJİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

157.0042.000	EA 50 (PAPANICOLA BOYA SOLS.)	LİTRE	2
147.0085.000	ORANGE G SOL.	LİTRE	2

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ORANGE G BOYA SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ PAL 6460

1. Boya çözeltisi etanol ve metanol bazlı hazırlanmış olmalıdır.
2. Çözelti turuncu renkte olmalıdır.
3. Çözelti tortusuz olmalı ve herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
4. Çözelti ambalajları su, sıcak ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Ürün üstü etiketinde çözeltinin tüm özellikleri yazmalıdır.
6. Ürün etiketinde çözeltinin üretim ve son kullanma tarihi en az (12 ay) olmalıdır.
7. Ambalaj üstü etiketinde uluslararası tehlikeli madde sembolü içermelidir.
8. TSE, CE belgesi içermeli
9. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
10. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
11. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimini kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



EA 50 BOYA SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ PAT 1000

1. Boya çözeltisi etanol ve metanol bazlı hazırlanmış olmalıdır.
2. Çözelti yeşil renkte olmalıdır.
3. Çözelti tortusuz olmalı ve herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
4. Çözelti ambalajları su, sıcak ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Ürün üstü etiketinde çözeltinin tüm özellikleri yazmalıdır.
6. Ürün etiketinde çözeltinin üretim ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az (12 ay) olmalıdır.
7. Ambalaj üstü etiketinde uluslararası tehlikeli madde sembolü içermelidir.
8. TSE, CE belgesi içermelidir.
9. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
10. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.

11. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

