



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261083

İLAN

26/02/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/03/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 FULL HD KAMERA BASLIK VE KABLO TAMIRI (KARL STORZ / HD ENDOVIZYON SİSTEMİ UYUMLU)	1,00 ADET	endovizyon sisteminin kamera başlığında kopuk var görüntü gelip gidiyor H3-Z 22220055 model OT863252-h seri numaralı kamera arızalı.

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 200000867
REFERANS NO: RF20000867
DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) CERRAHI GORUNTULEME SİSTEMİ
(ENDOVIZYON -KULE SİSTEMİ) / KBB AMELİYAHANESİ (KARL STORZ / TC200+FS-
P2604D+TC301+TH110+20161401-1+495NA+E01-L)
MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200+FS-P2604D+TC301+TH110+20161401-1+495NA+E01-L
SERİ NO: ZQ820094-P
Ayn No: 78609Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: GÜLCAN ÖZTÜRK KAYNAR - 10/04/2025
BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)
TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.
ALIM FİYATI: 248400
GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2020 - 1363
GARANTÖR ADI:.
Arıza No : 481266

TEKLİF NO 20261083
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20261083 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT : Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0787.001	FULL HD KAMERA BASLIK VE KABLO TAMIRI (KARL STORZ / HD ENDOVIZYON	ADET	1
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12635) FULL HD KAMERA BASLIK VE KABLO TAMIRI (KARL STORZ / HD ENDOVIZYON SISTEMI UYUMLU)

Açıklama : FULL HD KAMERA BASLIK VE KABLO TAMIRI (KARL STORZ / HD ENDOVIZYON SISTEMI UYUMLU)

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir.Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A