



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026541

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/02/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FUCHSIN BASIC 100 GR.LIK	1,00	ADET
2	SABOURAUD DEXTROZ AGAR 500GR	2,00	KUTU

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2026541

NOT : 2026541 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0189.000	FUCHSIN BASIC 100 GR.LIK	ADET	1
142.0272.000	SABOURAUD DEXTROZ AGAR 500GR	KUTU	2

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI SABOURAUD DEKSTROZ AGAR TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Aksi belirtilmedikçe "1 kutu" 500 gramlık ambalajı tanımlamaktadır.
2. Besiyerleri sızdırmaz kutuda ve oda sıcaklığında saklanabilir özellikte olmalıdır.
3. Kutuların Üzerinde toz besiyerinin adı, markası, saklama koşulları, formülasyonu, lot numarası, son kullanım tarihi ve hazırlanışı açıkça belirtilmiş olmalıdır.
4. Toz haldeki besiyerlerinin raf ömürlerinin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olması gereklidir.
5. Teslim edilen besiyeri kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyolar açılmamış ve zedelenmemiş olmalıdır. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenisi ile değiştirilmelidir.
6. Teslim edilecek besiyerlerinin üretim lot numaraları standardizasyon sağlamak açısından her kalem için aynı olmalıdır.
7. Besiyerinin bozulması ve niteliğini kaybetmesi sonucunda hatalı sonuçlar verdiğinde bu Besiyerleri firma tarafından itirazsız geri alınıp yenileri ile değiştirilmelidir.
8. CE kalite belgesi bulunması veya laboratuvarıdan uygunluk alınmış olması gereklidir.
9. Besiyerlerinin Merkez Laboratuvarında kullanıma uygunluğunun değerlendirilmesi Merkez Laboratuvarı besiyeri değerlendirme yönergesine göre yapılacaktır. Daha önce denenmiş besiyerleri için demonstrasyon istenmeyebilir.
10. Besiyerlerinin laboratuvara teslimi soğuk zincir şartlarında yapılmalıdır.
11. Ürün, 10 gram/L mikolojik pepton, 40 gram/L glikoz ve 15 gram/L agar içermelidir. pH: 5.6 ± 0.2 olmalıdır.
12. Besiyeri maya ve küf mantarlarının üretimi açısından uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Özgen Atay Özbek

Doç. Dr. M. Cem Ergon

BASİK FUKSİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Molekül formülü $C_{20}H_{20}ClN_3$ ve molekül ağırlığı 337.85 g/mol olmalıdır.
2. Minimum kimyasal içeriği %85 olmalıdır.
3. Toz halinde olmalıdır.
4. En az 100 mg ambalajında olmalıdır.
5. Saklama koşulları 5-30 °C olmalıdır.

Pelin Bilen Gay



Prof. Dr. Soykan Özkoç
Merkez Parazitoloji Laboratuvarı Birim sorumlusu

Prof. Dr. Soykan ÖZKOÇ
Tıbbi Parazitoloji Uzmanı
Dipl. No: 9748
Dipl. Test. No: 63920

