



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256910

İLAN

19/11/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/02/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	MIKROSKOP TAMIRI	5,00 ADET	MERCEK GENİŞ ALAN VE DERİNLİK SORUNU VAR. BAKIMI RİCASIYLA. / MERCEK GENİŞ ALAN VE DERİNLİK SORUNU VAR. BAKIMI RİCASIYLA. / MERCEK GENİŞ ALAN VE DERİNLİK SORUNU VAR. BAKIMI RİCASIYLA. / Doç.Dr.Anıl AYSAL AĞALAR'ın mikroskopunun ampülünde sıkıntı var acilen bakılması ricasıyla. 23416 / Arızalı acilen bakılması ricasıyla. 23404
---	------------------	-----------	---

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 070020820
REFERANS NO: TC000330
DEMİRBAŞ ADI: EĞİTİM BAŞLIKLİ ARAŞTIRMA MİKROSKOBU
MARKA-MODEL: NIKON NS 1V BIYOMİKROSKOP
SERİ NO: 000
Ayn No: 20820Ozel Dno:
TKKY NOTU: GİRİŞ:4258/2 ÇIKIŞ:4258/2
ZİMMET: İSMET DURAK - 04/07/2011
BULUNDUĞU YER: GÖZ POLK.(11. BLOK (POLİKLİNİK))
TEDARİKÇİ ADI: HITAS LTD.STİ.
ALIM FİYATI: 805
GARANTİ: - (-)
FATURA: - 14/05/1998
KESİN KABUL NO: 2007 - 13354
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 130000704
REFERANS NO: RF13000704
DEMİRBAŞ ADI: BIYOMİKROSKOP (TOPCON / SL-D7 MODEL)
MARKA-MODEL: TOPCON SL-D7
SERİ NO: 7001398

TEKLİF NO 20256910
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20256910 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256910

İLAN

19/11/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/02/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

Ayn No: 45304Ozel Dno:

TKKY NOTU:

ZİMMET: GÜL ARIKAN - 22/10/2024

BULUNDUĞU YER: GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.(GÖZ HAST. A.D. BAŞKANLIĞI)

TEDARİKÇİ ADI: BUTİK MEDİKAL VE YAPI MALZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ALIM FİYATI: 19288,8

GARANTİ: H - (12/06/2013 - 12/06/2016)

FATURA: -

KESİN KABUL NO: 2013 - 6948

GARANTÖR ADI: / SICIL NO:

REFERANS NO:

DEMİRBAŞ ADI: BİOMİKROSKOP

MARKA-MODEL: topcon sl 7f

SERİ NO:

Ayn No: 76717Ozel Dno:

TKKY NOTU:

ZİMMET: -

BULUNDUĞU YER: GÖZ POLK C7 MUAYENE ODASI

TEDARİKÇİ ADI:

ALIM FİYATI:

GARANTİ: - (-)

FATURA: -

KESİN KABUL NO: -

GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 230000587

REFERANS NO: RF23000587

DEMİRBAŞ ADI: MİKROSKOP (İKİ BASLIKLİ ISIYK MİKROSKOBU) / (NIKON / ECLIPSE NI-U)

MARKA-MODEL: NIKON ECLIPSE Ni-U

SERİ NO: 955673

TEKLİF NO 20256910

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20256910 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : PINAR ARISOY

E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256910

İLAN

19/11/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/02/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

Ayn No: 90146Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: MERİH GÜRAY DURAK - 10/07/2025
BULUNDUĞU YER: TIBBİ PATOLOJİ LAB.(PATOLOJİ A.D. BAŞKANLIĞI)
TEDARİKÇİ ADI: KURUMLARDAN DEVİR
ALIM FİYATI: 319000
GARANTİ: H - (17/07/2023 - 17/07/2025)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2023 - 6265
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 130000611
REFERANS NO: RF13000611
DEMİRBAŞ ADI: MIKROSKOP (MARKA:NIKON / MODEL:ECLIPSE 80I)
MARKA-MODEL: NIKON ECLIPSE 80
SERİ NO: 0000
Ayn No: 45211Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: MERİH GÜRAY DURAK - 10/07/2025
BULUNDUĞU YER: TIBBİ PATOLOJİ LAB.(PATOLOJİ A.D. BAŞKANLIĞI)
TEDARİKÇİ ADI: KURUMLARDAN DEVİR
ALIM FİYATI: 22680
GARANTİ: - (-)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2013 - 4941
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 468334 / 468332 / 468331 / 470107 / 473429

TEKLİF NO 20256910
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20256910 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0059.001	MIKROSKOP TAMIRI	ADET	5
--------------	------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12293) MIKROSKOP TAMIRI

Açıklama : MIKROSKOP TAMIRI

- Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu veya TSE den alınmış Cihazın/sistemin tamiri yapabilir yeterlilik belgesi ile belgelendireceklerdir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A