



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

06/02/2026 00:00:00

Teklif No: 2026606

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 11/02/2026 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

TEKLİF ALMA SURETİYLE

TEKLİF KADAR

06/02/2026 00:00:00

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

- | | |
|---|--|
| 1 | EKG KAGIDI (MARKA: GE - MODEL: //HEALT CARE MAC 5) |
| 2 | DEFİBRİLATÖR KAGIDI (MARKASI: 20 LL - MODEL: M2) |

150,00	ADET
90,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2026606

NOT : 2026606 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO :
FORM NO: MYS_0072

NO

İL

TE

GENERAL ELECTRIC MARKA (MAC 5) EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- General Electric marka MAC 5 model EKG cihazına tam olarak uyumlu olmalıdır.
- EKG kağıtları milimetrik baskılı termal (ısıya duyarlı) kağıttan üretilmiş olmalıdır.
- A5 formatta, Z- katlamalı kağıt olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde ürünün ebatı ve metrajı belirtilmelidir.
- Termal EKG kağıtları EKG cihazları tarafından yazılan dataları en az 2-3 yıl arası silinmeden, solmadan ve kararmadan korumalıdır.
- Kağıt gridli olmalıdır.
- Hastanemiz cihazlarında en az 15 hastaya denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- Tedarikçi firma talep edilmesi halinde uyumluluk, kalite ve sertifikasyon belgelerini sunmalıdır.
- Yetki Belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürün CE Belgesine sahip olmalıdır.

Karşıyaka
HULYAN
BULU

Karşıyaka
HULYAN
BULU

ZOLL MARKA DEFİBRİLATÖR KAĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ZOLL marka m2 model defibrilatör cihazına tam olarak uyumlu olmalıdır.
- EKG kağıtları termal (ısıya duyarlı) olmalıdır.
- 120 mm - 80 mm ölçüsünde , Z katlamalı olmalıdır.
- Kağıt gridli olmalıdır.
- Ürün 180 sayfadan az olmamalıdır.
- Ambalajları üzerinde ürünün ebatı ve metrajı belirtilmelidir.
- Firma en az 3 adet numuneyi ilgili birimde cihaza uygunluğu test edilmek üzere teslim edecektir.
- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

KARAKENDİM
KARAKENDİM
KARAKENDİM

ETİKETLİ
HÜLYA
HÜLYA