



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261415

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 CERRAHI MUAYENE EL DİVENİ	1.700.000,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20261415

NOT : 20261415 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12/03/2026 08:48:33

TEKNİK ŞARTNAME

2977 CERRAHİ MUAYENE ELDİVENİ (PUDRALI)

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudralı olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
8. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
9. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
10. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
13. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürünler hastaanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'lük paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi bulunmalıdır.
17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
18. Eldivenler lateks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
19. Eldivenlerin raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.

İpek Kınık
Hemşirelik Uzmanları
Müdür Yardımcısı

HEMŞİRELİK BİL. ABD. YÜ. D.
MÜDÜR