



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261129

İLAN

02/03/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **06/03/2026 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SIRAMATİK CAGRI SISTEMI REVIZYONU	1,00 ADET	doktor odası siramatik ekranı arızalıdır
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 180002710 REFERANS NO: RF18002728 DEMİRBAŞ ADI: SIRAMATİK(QMATİK) SISTEMI (GUNDUZ TEDAVİ MERKEZİ) / ORION MARKA-MODEL: ORİON SIRAMATİK GÜNDÜZ TEDAVİ MERKEZİ SERİ NO: Ayn No: 72908Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: NERİMAN GÜNERİ - 05/08/2021 BULUNDUĞU YER: GÜNDÜZ TEDAVİ MERKEZİ SER.(GÜNDÜZ TEDAVİ MERKEZİ) TEDARİKÇİ ADI: ORİON YAZILIM ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ SAN.TİC.VE A.Ş. ALIM FİYATI: 21240 GARANTİ: H - (27/11/2018 - 27/11/2021) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2018 - 12623 GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 472219		

TEKLİF NO 20261129
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20261129 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0073.001 SİRAMATİK CAGRI SISTEMI REVIZYONU	ADET	1
---	-------------	----------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13881) SİRAMATİK CAGRI SISTEMI REVIZYONU

Açıklama : SİRAMATİK CAGRI SISTEMI REVIZYONU

- 1. Kurulacak olan sistem Gündüz Tedavi Merkezinde kullanılan sisteme uyumlu olacaktır.**
- 2. Hastan muayene odalarına sıramatik çağrı ekranı takılmalıdır. Teklif verecek firma gelip yerinde keşif yapmalıdır.**
- 3. Kullanılmakta olan sistem ile haberleşmeyi sağlamalıdır.**
- 4. Kurulacak olan çağrı ekranları 2 yıl garantili olacaktır.**
- 5. Klinik Mühendisliğin uygunluk verdiği ürün takılacaktır.**

N.A