



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL	20,00	ADET
2	HEINE AMPUL 0.49 3.5V	10,00	ADET
3	ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ IS.KAY.ICIN)NOWA 300	3,00	ADET
4	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LIK)	60,00	ADET
5	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV ICIN UYUMLU)	200,00	ADET
6	WELCH ALLYN 3100 OTOSKOP UYUMLU AMPUL	20,00	ADET
7	EKG PUAR SETI(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITE ELEKTRODU)	15,00	ADET
8	BILIRUBIN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL BILIRUBIN CIH.ICIN)	5,00	ADET
9	EMNIYET FOTOSELI (MANUSA ACTIVA OTOMATIK KAPI UYUMLU)	20,00	ADET
10	SIFRELI KEYPED(OTOMATIK KAPI ICIN)	5,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)	100,00	ADET
12	TANSİYON MANSONU LARGE ADULT 31-40 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	50,00	ADET
13	TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	50,00	ADET
14	SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)	10,00	ADET
15	ANTEN KABLOSU RG6U6	2.000,00	METRE
16	ANTEN JAKI ERKEK RG6 KABLO PCT TV SIKISTIRMALI KONNEKTOR IEC 56CX4.9 TIP	500,00	ADET
17	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CIH. UYGUN)	5,00	ADET
18	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)	20,00	ADET
19	CILT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	30,00	ADET
20	ISI İLE DARALAN MAKARON 15 MM	100,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	TANSİYON MANSONU ADULT BOY TEK ÇIKIŞLI 27-35 CM (HASTABASI MONİTORU İÇİN)	250,00	ADET
22	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LİK KUTU (NİHON KOHDEN EEG CİH. UYGUN)	5,00	ADET
23	TRANSPORT RESPIRATOR DEVRESİ SET HALİNDE(OXYLOG 3000 UYUMLU)	10,00	ADET
24	MANUSA ACTIVA KONTROL KARTI (OTOMATİK MANUSA KAPILAR İÇİN)	3,00	ADET
25	BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATİK KAPILAR UYGUN 26.4 V 500 MA)	10,00	ADET
26	DIJİTAL TANSİYON MANSONU (OMRON 7051T TANSİYON CİHAZI İÇİN)	500,00	ADET
27	EKG KABLOSU (NİHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONİTORU İÇİN)	30,00	ADET
28	HORLAMA SENSÖRÜ (EMBLA N7000)	1,00	ADET
29	BACAĞ EMG ELEKTRODU 300 CM'LİK (EMBLA N7000)	4,00	ADET
30	TERMİSTÖR (EMBLA N7000)	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

31	PULSE OKSİMETRE SENSORU (EMBLA N7000)	4,00	ADET
32	THORAKS EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000)	2,00	ADET
33	ABDOMEN EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000)	1,00	ADET
34	EEG ELEKTRODU 200 CM'LIK ALTIN KAPLAMA (EMBLA N7000)	24,00	ADET
35	SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	5,00	ADET
36	YOGUN BAKIM HASTA YATAGI KUMANDA PEDI (HILL ROM AVANTGUARD YATAK)	20,00	ADET
37	NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU	20,00	ADET
38	AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)	10,00	ADET
39	12 V 3.5 AH NIKEL METAL HIDRIT RECHARQEABLE SMART BATARYA (MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR ICIN)	48,00	ADET
40	ISI ILE DARALAN MAKARON 19 MM	100,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

41	MULTIMED KABLO (EKG,ISI,SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU	10,00	ADET
42	DRAGER SPO2 ARA KABLO 1.2 M (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	30,00	ADET
43	EKG 3 LEAD SINGLE PIN (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	40,00	ADET
44	DRAGER KAPPA MONITORLERE UYUMLU 3'LU EKG LEAD TAKIMI	10,00	ADET
45	DRAGER KAPPA MONITORLERE UYUMLU 5'LI EKG LEAD TAKIMI	5,00	ADET
46	SERVO-I UYUMLU 1 YILLIK BAKIM KITI	24,00	ADET
47	POT (GREY) SU TUTUCU 8416204 (DRAEGER / BABYLOG / VN 500 UYUMLU)	50,00	ADET
48	DRAGER ZEUS ANESTEZİ CIH. UYGUN WATER TRAP	600,00	ADET
49	MF7 20 OKUYUCU KUTUSU (KARTLI GECİS SİSTEMİ İCİN)	30,00	ADET
50	TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20)	3,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

5/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

51	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BIYOMİKROSKOPA UYGUN)	10,00	ADET
52	272 MİKRON LAZER FİBER ÇOK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CİH. UYUMLU)	5,00	ADET
53	550 MİKRON LAZER FİBER ÇOK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CİH. UYUMLU)	5,00	ADET
54	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	30,00	ADET
55	TANSİYON ALETİ MANSONU 8-13 CM TEK ÇIKISLI NIHON KOHDEN	30,00	ADET
56	TANSİYON ALETİ MANSONU 15-23 CM TEK ÇIKISLI NIHON KOHDEN	30,00	ADET
57	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	50,00	ADET
58	FLOW SENSOR KABLOSU (DRAGER / VN500 RESPIRATOR UYGUN)	20,00	ADET
59	PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)	20,00	ADET
60	MONOPOLAR LAPAROSKOPIK ARA KABLOSU ÇOK KULLANIMLIK (REUSABLE)	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

6/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

61	SINGLE PIN EKG UZATMA KABLOSU (ADAPTORU) (DRAGER PRIMUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	50,00	ADET
62	REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTİLATÖR CİH. UYUMLU)	20,00	ADET
63	SİLİKON PULSE PROBU NİHON KOHDEN BSM 2703 MONİTÖR UYUMLU	10,00	ADET
64	AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVİTA V300 AERONEB NEBULİZATÖR İÇİN)	20,00	ADET
65	CİLT İSİ PROBU (PHILIPS 21078A MONİTÖR UYUMLU)	50,00	ADET
66	EKG KABLOSU 5 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1668A MONİTÖR UYUMLU)	20,00	ADET
67	EKG KABLOSU 3 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1669A MONİTÖR UYUMLU)	20,00	ADET
68	NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 İÇİN)	3,00	ADET
69	INFINITY ID FLOW SENSÖR (DRAGER V300 / V500 UYUMLU)	200,00	ADET
70	NEONATAL FLOW SENSÖR ISO15 (DRAGER VENTİLATÖR UYUMLU)	30,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

7/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

71	PATO SA 6871530 (VN500-V500-V300) DRAEGER VENTILATORLER ICIN)	2,00	ADET
72	POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CİFTLİ YAPISTIRICI 27 GR.	20,00	ADET
73	SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CİHAZI ICIN)	350,00	ADET
74	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONİTOR ICIN)	150,00	ADET
75	4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR (PURİTAN BENNET 840 ICIN)	5,00	ADET
76	HEPA FİLTRE (OKSİJEN KONTROLLU İNKUBATOR (K-SYSTEMS G210 İNVİCELL UYUMLU)	4,00	ADET
77	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CİHAZI (12 KANALLI)	15,00	ADET
78	EKG LEAD TAKIMI (10 LEADLI) (GE MARKA EKG CİHAZI ICIN)	10,00	ADET
79	KENDİNDEN KROKODİLLİ EKG KABLOSU (NİHON KPOHDEN EKG CİH. UYUMLU)	30,00	ADET
80	NİBP ARA BAĞLANTI JAKİ (ERKEK) (TANSİYON MANSONU ICIN , NİHON KOHDEN UYUMLU)	300,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

8/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

81	ARGON PROBU 932-146 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ARGON PLAZMA KOAGULATOR CIH. UYUMLU)	5,00	ADET
82	MONOPOLAR KOTER KABLOSU 331-045 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ELEKTROKOTER UYUMLU)	5,00	ADET
83	NIBP SOKETİ (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU)	5,00	ADET
84	CABLE HARNESS SPIROLOG SENSOR (DRAGER MARKA V300 MODEL VENTILATOR UYUMLU)	5,00	ADET
85	RESPIRATOR FLOW SENSORU (BABYLOG 8000 UYUMLU)	150,00	ADET
86	RESPIRATOR OKSİJEN SENSORU (SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)	10,00	ADET
87	OLYMPUS WA00014A BIPOLAR HF CABLE (OLYMPUS MARKA ESG 400 MODEL BIPOLAR TUR SISTEMI ICIN)	3,00	ADET
88	TOPCON PASCAL Y4 SYNTHESIS CIHAZI ICIN 20W 6V AMPUL PART NO:4474020400	3,00	ADET
89	KORKULUK KUMANDASI (MUKA HC630 MODEL HASTA YATAGINA UYUMLU)	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

9/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

90	TANSİYON HOLTER MANSONU (PAR / PHYSIO-PORT CİHAZINA UYUMLU)	10,00	ADET
91	POINTER LAMP (NIKON MARKA ECLIPSE 80I MODEL MIKROSKOP ICIN)	5,00	ADET
92	PLA FILAMENT PLUS (1,75MM 800 GR BEYAZ RENK)	10,00	ADET
93	PLA FILAMENT PLUS (1,75MM 800 GR SIYAH RENK)	10,00	ADET
94	STIMULATOR ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİHAZI ICIN)	2,00	ADET
95	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CİHAZI ICIN)	240,00	ADET
96	SOK ATIM KITI (BTL 6000 SWT ESWT CİHAZI ICIN)	1,00	ADET
97	4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CİHAZINA UYUMLU)	1,00	ADET
98	SPO2 ARA KABLOSU (MASIMO RAINBOW) DRAEGER IACS HASTABASI MONİTOR UYUMLU	40,00	ADET
99	BUTON (ALFAMAX YATAK BASI HEMSİRE CAGRI CİHAZINA UYUMLU)	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

10/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

100	TANSİYON MOTORU 12V DC (DRAGER MARKA KAPPA MODEL HASTABASI MONITOR ICIN)	2,00	ADET
101	RECHARGEABLE BATTERY MODULE 24V 2500 MILIAMPER (DRAEGER V300 VENTILATOR ICIN)	10,00	ADET
102	EKG ARA UZATMA KABLOSU (2METRE) (DRAGER MARKA IACS MODEL HASTABASI MONITORU ICIN)	30,00	ADET
103	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA N7000 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
104	ABDOMEN SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
105	THORAX ARA KABLOSU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
106	EEG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	2,00	TAKIM
107	PULSEOXİMETRE SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	3,00	ADET
108	POZİSYON SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
109	BACAĞ EMG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	4,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

11/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

110	TERMİSTOR (EMBLA S4500 MODEL POLİSOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
111	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLİSOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
112	OXİMETRE FLEX SENSÖRÜ XPOD (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLİSOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
113	THORAX EFOR KEMER KİLİDİ (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLİSOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
114	HORLAMA SENSÖRÜ (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLİSOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
115	C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
116	YUZUK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİHAZI UYUMLU)	3,00	ADET
117	SARMAL TOPRAK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİH. UYUMLU)	3,00	ADET
118	MOTOR KAYIT ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİH. UYUMLU)	3,00	ADET
119	LİNAK YAZILIMLI FUTURE KORKULUK KUMANDASI(MUKA MARKA LB LİNAK MODEL YATAK	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

12/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEREN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

	UYUMLU)		
120	L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CİHAZI UYUMLU)	1,00	ADET
121	ANESTEZİ CİHAZI OKSİJEN BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)	8,00	ADET
122	ANESTEZİ CİHAZI HAVA BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)	8,00	ADET
123	ANESTEZİ CİHAZI VAKUM BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)	8,00	ADET
124	ANESTEZİ CİHAZI AZOT BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)	8,00	ADET
125	VERİ AKTARIM KABLOSU (DRAGER MARKA KAPPA MODEL HASTABASI MONİTOR İCİN)	10,00	ADET
126	VERİ AKTARIM KABLOSU (DRAGER MARKA DELTA MODEL HASTABASI MONİTOR İCİN)	10,00	ADET
127	COCUK EEG ELEKTRODU (2 METRE) (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CİHAZI İCİN)	120,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

13/33



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261686

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/04/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

128	MASIMO RAINBOW YETİSKİN SİLİKON SPO2 PARMAK PROBU(DRAGER IACS HASTABASI MONİTOR İÇİN)	50,00	ADET
129	DRAGER IACS HASTABASI MONİTOR İÇİN MASIMO RAINBOW REUSABLE SPO2 ARA KABLOSU	50,00	ADET
130	HASTABASI MONİTORU İÇİN REUSABLE PEDIATRİK SİLİKON SPO2 PROBU(DRAGER IACS CİHAZINA UYGUN)	50,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261686

NOT : 20261686 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

14/33

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

067.0013.000	WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL	ADET	20
067.0014.000	HEINE AMPUL 0.49 3.5V	ADET	10
066.0299.000	ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ IS.KAY.ICIN)NOWA 300	ADET	3
066.0305.000	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LIK)	ADET	60
067.0061.000	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV ICIN UYUMLU)	ADET	200
066.0348.000	WELCH ALLYN 3100 OTOSKOP UYUMLU AMPUL	ADET	20
066.0444.000	EKG PUAR SETI(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITE ELEKTRODU)	ADET	15
066.0587.000	BILIRUBIN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL BILIRUBIN CIH.ICIN)	ADET	5
072.0171.000	EMNIYET FOTOSELI (MANUSA ACTIVA OTOMATİK KAPI UYUMLU)	ADET	20
072.0719.000	SIFRELI KEYPED(OTOMATİK KAPI ICIN)	ADET	5
072.0734.000	EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)	ADET	100
066.0718.000	TANSİYON MANSONU LARGE ADULT 31-40 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	ADET	50
066.0719.000	TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	ADET	50
066.0731.000	SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)	ADET	10
067.0519.000	ANTEN KABLOSU RG6U6	METRE	2000
067.0712.000	ANTEN JAKI ERKEK RG6 KABLO PCT TV SIKISTIRMALI KONNEKTOR IEC 56CX4.9 TIP	ADET	500
066.1016.000	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CIH. UYGUN)	ADET	5
066.1235.000	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)	ADET	20
066.1284.000	CILT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	ADET	30
067.0818.000	ISI ILE DARALAN MAKARON 15 MM	METRE	100
066.1324.000	TANSİYON MANSONU ADULT BOY TEK CIKISLI 27-35 CM (HASTABASI MONITORU ICIN)	ADET	250
066.1336.000	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LIK KUTU (NIHON KOHDEN EEG CIH. UYGUN)	ADET	5
066.1346.000	TRANSPORT RESPIRATOR DEVRESI SET HALINDE(OXYLOG 3000 UYUMLU)	ADET	10
072.1695.000	MANUSA ACTIVA KONTROL KARTI (OTOMATİK MANUSA KAPILAR ICIN)	ADET	3
072.1697.000	BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATİK KAPILAR UYGUN 26.4 V 500 MA)	ADET	10
066.1561.000	DIJITAL TANSİYON MANSONU (OMRON 7051T TANSİYON CIHAZI ICIN)	ADET	500
066.1612.000	EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU ICIN)	ADET	30
066.1619.000	HORLAMA SENSORU (EMBLA N7000)	ADET	1
066.1620.000	BACAK EMG ELEKTRODU 300 CM'LIK (EMBLA N7000)	ADET	4
066.1622.000	TERMISTOR (EMBLA N7000)	ADET	1
066.1626.000	PULSE OKSİMİTRE SENSORU (EMBLA N7000)	ADET	4

066.1629.000	THORAKS EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000)	ADET	2
066.1630.000	ABDOMEN EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000)	ADET	1
066.1631.000	EEG ELEKTRODU 200 CM'LİK ALTIN KAPLAMA (EMBLA N7000)	ADET	24
067.1079.000	SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	ADET	5
072.2043.000	YOGUN BAKIM HASTA YATAGI KUMANDA PEDI (HILL ROM AVANTGUARD YATAK)	ADET	20
066.1719.000	NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU	ADET	20
066.1721.000	AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)	ADET	10
066.1858.000	12 V 3.5 AH NIKEL METAL HIDRIT RECHARQEABLE SMART BATARYA (MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR ICIN)	ADET	48
067.1202.000	ISI ILE DARALAN MAKARON 19 MM	METRE	100
066.1875.000	MULTIMED KABLO (EKG,ISI,SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU	ADET	10
066.1878.000	DRAGER SPO2 ARA KABLO 1.2 M (DRAGER ZEUS ANESTEZI Cihazlarına uyumlu)	ADET	30
066.1881.000	EKG 3 LEAD SINGLE PIN (DRAGER ZEUS ANESTEZI Cihazlarına uyumlu)	ADET	40
066.1915.000	DRAGER KAPPA MONITORLERE UYUMLU 3'LU EKG LEAD TAKIMI	ADET	10
066.1921.000	DRAGER KAPPA MONITORLERE UYUMLU 5'LI EKG LEAD TAKIMI	ADET	5
066.1922.000	SERVO-I UYUMLU 1 YILLIK BAKIM KITI	ADET	24
066.2087.000	POT (GREY) SU TUTUCU 8416204 (DRAEGER / BABYLOG / VN 500 UYUMLU)	ADET	50
066.2128.000	DRAGER ZEUS ANESTEZI CIH. UYGUN WATER TRAP	ADET	600
072.2517.000	MF7 20 OKUYUCU KUTUSU (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	ADET	30
066.2232.000	TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20)	ADET	3
066.2244.000	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BIYOMIKROSKOPA UYGUN)	ADET	10
066.2292.000	272 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	ADET	5
066.2293.000	550 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	ADET	5
066.2330.000	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	ADET	30
066.2333.000	TANSİYON ALETİ MANSONU 8-13 CM TEK ÇIKISLI NIHON KOHDEN	ADET	30
066.2336.000	TANSİYON ALETİ MANSONU 15-23 CM TEK ÇIKISLI NIHON KOHDEN	ADET	30
072.2657.000	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	ADET	50
066.2385.000	FLOW SENSOR KABLOSU (DRAGER / VN500 RESPIRATOR UYGUN)	ADET	20
066.2410.000	PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)	ADET	20
066.2420.000	MONOPOLAR LAPAROSKOPIK ARA KABLOSU COK KULLANIMLIK (REUSABLE)	ADET	20
066.2562.000	SINGLE PIN EKG UZATMA KABLOSU (ADAPTORU) (DRAGER PRIMUS ANESTEZI Cihazlarına uyumlu)	ADET	50
066.2595.000	REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU)	ADET	20

066.2614.000	SİLİKON PULSE PROBU NIHON KOHDEN BSM 2703 MONITOR UYUMLU	ADET	10
066.2615.000	AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR ICIN)	ADET	20
066.2664.000	CILT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)	ADET	50
066.2684.000	EKG KABLOSU 5 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1668A MONITOR UYUMLU)	ADET	20
066.2685.000	EKG KABLOSU 3 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1669A MONITOR UYUMLU)	ADET	20
066.2692.000	NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 ICIN)	ADET	3
066.2694.000	INFINITY ID FLOW SENSOR (DRAGER V300 / V500 UYUMLU)	ADET	200
066.2695.000	NEONATAL FLOW SENSOR ISO15 (DRAGER VENTILATOR UYUMLU)	ADET	30
066.2760.000	PATO SA 6871530 (VN500-V500-V300) DRAEGER VENTILATORLER ICIN)	ADET	2
078.0283.000	POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CIFTLI YAPISTIRICI 27 GR.	ADET	20
066.2776.000	SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CIHAZI ICIN)	ADET	350
066.2794.000	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONITOR ICIN)	ADET	150
066.2815.000	4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR (PURITAN BENNET 840 ICIN)	ADET	5
066.2841.000	HEPA FİLTRE (OKSİJEN KONTROLLU İNKUBATOR (K-SYSTEMS G210 İNVİCELL UYUMLU)	ADET	4
066.2863.000	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CIHAZI (12 KANALLI)	ADET	15
066.2866.000	EKG LEAD TAKIMI (10 LEADLI) (GE MARKA EKG CIHAZI ICIN)	ADET	10
066.2935.000	KENDİNDEN KROKODILLI EKG KABLOSU (NIHON KPOHDEN EKG CIH. UYUMLU)	ADET	30
066.2937.000	NIBP ARA BAĞLANTI JAKI (ERKEK) (TANSİYON MANSONU ICIN , NIHON KOHDEN UYUMLU)	ADET	300
066.2957.000	ARGON PROBU 932-146 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ARGON PLAZMA KOAGULATOR CIH. UYUMLU)	ADET	5
066.3018.000	MONOPOLAR KOTER KABLOSU 331-045 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ELEKTROKOTER UYUMLU)	ADET	5
066.3038.000	NIBP SOKETİ (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA İZLEM MONİTORU UYUMLU)	ADET	5
066.3062.000	CABLE HARNESS SPIROLOG SENSOR (DRAGER MARKA V300 MODEL VENTILATOR UYUMLU)	ADET	5
066.3104.000	RESPIRATOR FLOW SENSORU (BABYLOG 8000 UYUMLU)	ADET	150
066.3106.000	RESPIRATOR OKSİJEN SENSORU (SIEMENS VE GALİLEO UYUMLU)	ADET	10
066.3107.000	OLYMPUS WA00014A BIPOLAR HF CABLE (OLYMPUS MARKA ESG 400 MODEL BIPOLAR TUR SİSTEMİ ICIN)	ADET	3
066.3151.000	TOPCON PASCAL Y4 SYNTHESIS CIHAZI ICIN 20W 6V AMPUL PART NO:4474020400	ADET	3
072.3721.000	KORKULUK KUMANDASI (MUKA HC630 MODEL HASTA YATAGINA UYUMLU)	ADET	20
066.3228.000	TANSİYON HOLTER MANSONU (PAR / PHYSIO-PORT CIHAZINA UYUMLU)	ADET	10
066.3237.000	POINTER LAMP (NIKON MARKA ECLIPSE 80I MODEL MIKROSKOP ICIN)	ADET	5
075.1215.000	PLA FILAMENT PLUS (1,75MM 800 GR BEYAZ RENK)	ADET	10

075.1216.000	PLA FILAMENT PLUS (1,75MM 800 GR SIYAH RENK)	ADET	10
066.3251.000	STIMULATOR ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİHAZI ICIN)	ADET	2
066.3280.000	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CİHAZI ICIN)	ADET	240
066.3377.000	SOK ATIM KITI (BTL 6000 SWT ESWT CİHAZI ICIN)	ADET	1
066.3436.000	4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CİHAZINA UYUMLU)	ADET	1
066.3463.000	SPO2 ARA KABLOSU (MASIMO RAINBOW) DRAEGER IACS HASTABASI MONITOR UYUMLU	ADET	40
066.3480.000	BUTON (ALFAMAX YATAK BASI HEMSİRE CAGRI CİHAZINA UYUMLU)	ADET	20
066.3486.000	TANSİYON MOTORU 12V DC (DRAGER MARKA KAPPA MODEL HASTABASI MONITOR ICIN)	ADET	2
066.3498.000	RECHARGEABLE BATTERY MODULE 24V 2500 MILIAMPER (DRAEGER V300 VENTILATOR ICIN)	ADET	10
066.3502.000	EKG ARA UZATMA KABLOSU (2METRE) (DRAGER MARKA IACS MODEL HASTABASI MONITORU ICIN)	ADET	30
066.3567.000	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA N7000 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3568.000	ABDOMEN SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3569.000	THORAX ARA KABLOSU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3570.000	EEG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	TAKIM	2
066.3571.000	PULSEOXİMETRE SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	3
066.3572.000	POZİSYON SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3573.000	BACAK EMG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	4
066.3574.000	TERMİSTOR (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3575.000	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3576.000	OXİMETRE FLEX SENSORU XPOD (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3577.000	THORAX EFOR KEMER KİLİDİ (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3578.000	HORLAMA SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3590.000	C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3606.000	YUZUK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİHAZI UYUMLU)	ADET	3
066.3607.000	SARMAL TOPRAK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİH. UYUMLU)	ADET	3
066.3608.000	MOTOR KAYIT ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CİH. UYUMLU)	ADET	3
066.3646.000	LİNAK YAZILIMLI FUTURE KORKULUK KUMANDASI(MUKA MARKA LB LİNAK MODEL YATAK UYUMLU)	ADET	10
066.3688.000	L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CİHAZI UYUMLU)	ADET	1
066.3721.000	ANESTEZİ CİHAZI OKSİJEN BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)	ADET	8

066.3722.000	ANESTEZİ CİHAZI HAVA BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)	ADET	8
066.3723.000	ANESTEZİ CİHAZI VAKUM BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)	ADET	8
066.3724.000	ANESTEZİ CİHAZI AZOT BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)	ADET	8
066.3728.000	VERİ AKTARIM KABLOSU (DRAGER MARKA KAPPA MODEL HASTABASI MONITOR ICIN)	ADET	10
066.3729.000	VERİ AKTARIM KABLOSU (DRAGER MARKA DELTA MODEL HASTABASI MONITOR ICIN)	ADET	10
066.3739.000	COCUK EEG ELEKTRODU (2 METRE) (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CİHAZI ICIN)	ADET	120
066.3741.000	MASIMO RAINBOW YETİSKİN SİLİKON SPO2 PARMAK PROBU(DRAGER IACS HASTABASI MONITOR ICIN)	ADET	50
066.3742.000	DRAGER IACS HASTABASI MONITOR ICIN MASIMO RAINBOW REUSABLE SPO2 ARA KABLOSU	ADET	50
066.3743.000	HASTABASI MONİTORU ICIN REUSABLE PEDIATRİK SİLİKON SPO2 PROBU(DRAGER IACS CİHAZINA UYGUN)	ADET	50

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5374) WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL

Açıklama : WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL

1. Ampul hastanemizde kullanılan N100 Welch allyn marka cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Ampul çalışma voltajı 3,5 v olmalıdır.
4. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
5. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
6. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(10060) ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ IS.KAY.ICIN)NOWA 300

Açıklama : ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ IS.KAY.ICIN)NOWA 300

1. 300 watt xenon arc surgical endoscope medikal lamba (parabolic reflektör özellikli) olacaktır.
2. Klinik mühendislik ve ilgili bölümden uygunluk alınmalıdır.
3. 500 saat kullanma garantili olmalıdır.

(9954) NIBP SOKETİ (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU)

Açıklama : NIBP SOKETİ (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU)

1. NIBP SOKETİ (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU) OLACAKTIR.
2. KLİNİK MÜHENDİSLİKTE ONAY ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.
3. EN AZ 1 YIL MALZEME GARANTİSİ VERİLMELİDİR.

(10059) CABLE HARNESS SPIROLOG SENSOR (DRAGER MARKA V300 MODEL VENTILATOR UYUMLU)

Açıklama : CABLE HARNESS SPIROLOG SENSOR (DRAGER MARKA V300 MODEL VENTILATOR UYUMLU)

1. Flow Sensör Kablosu hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Evita V300 model ventilatörlerin orjinal parçası olmalıdır.
2. Flow Sensör Kablosu cihazda kullanılan sensöre sistemine uygun olmalıdır.
3. Flow Sensör Kablosu ventilatördeki kilit mekanizma sistemine uygun olmalıdır.
4. Flow Sensör Kablosu cihazın M14.1 ölçüm kartına bağlantısı yapılabilmelidir.
5. Flow Sensör Kablosu cihazın self testte yapılan flow sensör testinden sorunsuz olarak geçmelidir.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.
8. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.

(13656) ANESTEZİ CİHAZI OKSİJEN BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)

Açıklama : ANESTEZİ CİHAZI OKSİJEN BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)

1. Ürün hastanemizde kullanılan Drager Primus Anestezi cihazlarına uygun olmalıdır.
2. Ürün 5 metre uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürün merkezi sistemden gelen basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Ürün uçlar bir tarafı cihaz tarafına diğer tarafı hastane nasetti merkezi sistemine (numuneye göre) uygun olmalıdır.
5. Ürün hortumu beyaz renkte olmalıdır.
6. Ürün jakları hortuma presle çakılmış olmalıdır ve istenildiğinde kolayca sökülememelidir.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. Toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi ve 13485 standartına uygun olmalıdır.
9. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
10. Teknik Hizmetler biriminin uygunluk verdiği ürün alınacaktır.

N.A

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9349) SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXİMETRE CİHAZI İÇİN)

Açıklama : SİLİKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXİMETRE CİHAZI İÇİN)

1. Sensör, yetişkin ve pediatrik hastalarda oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalıdır.
2. Sensör hastane, hastane benzeri tesisler, hastane içinde nakil, kara ambulansı, uçak ve helikopterle karayolu ve havayolu ile acil tıbbi müdahale uygulamaları sırasında ve evde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Sensörün kendinden kablosu olmalı, büyük ve küçük boyları bulunmalıdır veya en az bir metre uzunluğunda ara kablo ile sensör bağlanabilmelidir.
4. Sensör kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.Veya sensör ve ara kablo elektriksel gürültüleri önleyecek teknolojiye sahip olacaktır.
5. Sensörün SpO2 ölçüm doğruluğu 70-100% aralığında hareketsiz hastalarda en fazla $\pm 2,5$; nabız oranı ölçüm doğruluğu en fazla ± 3 bpm olmalıdır.
6. Sensör -20°C ile $+50^{\circ}\text{C}$ sıcaklık koşullarında 20 dakika çalışabilmelidir.
7. Sensörün ambalajı üzerinde markası, üreticisi ve özellikleri yazılı olmalıdır.
8. Sensörün kullanım ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
9. Sensör lateks içermemeli, esnek yapıda ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.ve hastanede kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri ile uyumlu şekilde dezenfekte olmalıdır.
10. Sensör, evde bakım standardı da dahil tüm standartları karşılamalıdır.
11. Sensör, hem döner hem de sabit kanatlı hava taşıtlarında havayolu ile nakle elverişlilik titreşim testi ve DO-160G standardına göre elektromanyetik uyumluluk (yayılan emisyonlar) seviyeleri için test edilmiş olmalıdır.
12. İhaleyi kazanan firma, 275 adet (aşağıdaki özelliklere sahip) pulseoksometre cihazını hastaneye teslim etmelidir.Problar kullanıldığı sürece cihazlar hastanede kalacaktır.
 - 12.1. Verilecek pulseoksometre cihazı arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direk olarak şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutacağı olan göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.
 - 12.2. Cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve düşük perfüzyonda ölçüm yapabilmelidir
 - 12.3. Cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibatı ve düşük pil seviyesi, sensör arızası, nabız kaybı alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi en az 30 sn olmalı ve istenildiğinde tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.
 - 12.4. Cihazda artefak, sensör arızası - atım kaybı, ışık artefaktı ve düşük pil için görsel veya sesli uyarıcı olmalıdır.
 - 12.5. Cihazda pulse sesi ve alarm sesi ayarlanabilmelidir.
 - 12.6. Cihazda açılış değerleri (SpO2 ve nabız için alt ve üst alarm limitleri, pulse ve alarm ses şiddeti) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
13. Cihazın kalibrasyonu ve bakımı yılda en az bir kere olmak üzere servis manuelinde belirtilen aralıklarda firma tarafından yapılmalı ve sertifikayla belgelendirilmelidir. Bununla ilgili kayıtlar(sertifikalar) tarafımıza verilmelidir.cihaz kalibrasyon gerektirmiyorsa firma bunu üretici onaylı belgeyle ispatlamak Ve ilgili belgeleri vermekle zorunludur.
14. Arıza bildiriminden sonra en geç 24 saat içerisinde cihaza müdahale edilecek ve onarım için yedek parça gerekmiyorsa en geç 2 gün yedek parça gerekiyorsa en geç 3 gün içinde cihaz faal hale getirilecektir. toplamda cihazın 3 günden fazla arızalı kalması halinde firma aynı özellikleri taşıyan bir başka cihazı cihazın onarımı tamamlanıncaya kadar geçici olarak bırakmayı kabul edecektir.
15. İhaleyi alan firma :kaybolan veya düşürülme sonucu zarar gören,sıvı kaçması gibi çeşitli nedenlerle kullanılamaz duruma gelen cihazları onarmak veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.
16. Telkif edilen cihaz ve sensörün CE belgesi olmalıdır.kullanıcı ve servis eğitimleri verilmeli ve bu eğitimler sertifikalandırılmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9756) 4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR (PURITAN BENNET 840 ICIN)

Açıklama : 4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR (PURITAN BENNET 840 ICIN)

1. 4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR
2. PURITAN BENNET 840 CİHAZI İÇİN ALINACAKTIR.
3. UYGUNLUK ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.

(10015) KENDINDEN KROKODILLI EKG KABLOSU (NIHON KPOHDEN EKG CIH. UYUMLU)

Açıklama : KENDINDEN KROKODILLI EKG KABLOSU (NIHON KPOHDEN EKG CIH. UYUMLU)

1. Ekg kablosu tüm Nihon Kohden ekg modellerine uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun uçlarında derivasyon isimleri ve renk kodları belirtilmelidir.
3. Kablonun 6 adet göğüs 2 adet kol ve 2 adet bacak bağlantı kablosu bulunmalıdır.
4. Kablonun cihaza bağlantı soketi vidalanabilir özellikte olmalıdır.
5. Kablo uçları mandallı klips şeklinde olmalıdır.
6. Kablonun blendaj veya şaseleme özelliği bulunmalıdır.
7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır
8. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır. Ürünün CE belgesi olmalıdır. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır. En az 1 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır. Üretim ve son kullanım tarihleri belirtilecektir.
9. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.
10. Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır. İhalede 1 Adet numune teslim edilecektir.
11. Klinik mühendislikten uygunluk alan ürün alınacaktır.

(5386) TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)

Açıklama : TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan draeger monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.Yetişkin uyumlu (23-33cm)çok kullanımlık tip olmalıdır.
2. Lateks içermemelidir.
3. Manşon monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu olmalıdır.
4. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(5382) SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)

Açıklama : SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)

1. Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. SpO2 probunu Multimed Pod?a bağlayan özellikte olması gerekir.
3. Ara kablonun spo2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
6. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
7. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.

(10042) SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)

Açıklama : SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)

1. SPO2 Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan SPACELABS / SL 2400 ULTRAVIEW monitör cihazlarına uyumlu olmalı ve doğru ölçüm yapmalıdır.
2. Monitöre giriş kısmı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Teklif edilen ara kablo Hastanemizde bulunan Space Labs monitörlere uyumlu olmalı ve parazitsiz spo2 Ölçümü yapmalıdır.
3. Ara kablonun propla birleşim yeri Nellcor uyumlu olmalıdır.Kablo boyu en az 3 m olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır. Üretim ve son kullanım tarihleri belirtilmelidir. Ürün, üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olacaktır.
5. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
6. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının olması gerekmektedir.
7. Klinik mühendislikten uygunluk alan ürün alınacaktır.

(8697) SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)

Açıklama : SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)

1. SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN) KULLANILACAKTIR.
2. EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
3. UYGUNLUK ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(11509) PLA FILAMENT PLUS (1,75MM 800 GR SIYAH RENK)

Açıklama : PLA FILAMENT PLUS (1,75MM 800 GR SIYAH RENK)

1. malzemenin cinsi PLA olmalıdır.
2. malzemenin çapı 1.75mm olmalıdır.
3. malzemenin rengi siyah olmalıdır.
4. malzemenin çalışma sıcaklığı 190°C-220°C olmalıdır.
5. malzemenin net ağırlığı 800 gr olmalıdır.

(12207) 4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CİHAZINA UYUMLU)

Açıklama : 4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CİHAZINA UYUMLU)

1. Yetişkin kullanım amaçlı Transözefageal prop, hastanemizde bulunan Philips Marka Affiniti 50 Model Ekokardiyografi Cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Transducer' in çalışma frekans aralığı 2 Mhz ile 7 Mhz aralığında olmalıdır. Teklif edilen Prob orijinal parça olmalıdır. İstenildiği takdirde probun üretici firmadan temin edildiğine dair belge getirilecektir.
3. Teklif edilen transducer yetişkin kullanım için uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen transducer purewave, x-matrix probe teknolojisine sahip olmalıdır. Teklif edilen transducer ile ileride istenildiğinde 4D (4 Boyutlu) görüntüleme ücreti mukabili yapılabilir olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan TEE (Transesophageal) Probu, Color Doppler, PW/CW Doppler ve Harmonik modlarını desteklemelidir.
6. Probu veren firma 1 gün boyunca ücretsiz aplikasyon hizmeti vermelidir. Philips Marka Affiniti 50 model Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazı için alınacak TEE probun montaj ve upgrade işlemleri firma servis mühendisleri tarafından yapılacaktır.
7. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.
8. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
9. Teklif veren firma, üretici firmadan aldığı yetki belgesini teklifle beraber vermelidir.
10. Teklif edilen transducer üretim hatalarına karşı kesin kabul tarihinden itibaren 6 (Altı) ay süre ile garantili olmalıdır.

N.A

(13657) ANESTEZİ CİHAZI VAKUM BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)

Açıklama : ANESTEZİ CİHAZI VAKUM BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)

1. Ürün hastanemizde kullanılan Drager Primus Anestezi cihazlarına uygun olmalıdır.
2. Ürün 5 metre uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürün merkezi sistemden gelen basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Ürün uçlar bir tarafı cihaz tarafına diğer tarafı hastane nasetti merkezine (numuneye göre) uygun olmalıdır.
5. Ürün hortumu sarı renkte olmalıdır.
6. Ürün jakları hortuma presle çakılmış olmalıdır ve istenildiğinde kolayca sökülemelidir.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. Toplama parçalardan oluşmamalıdır.

8. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi ve 13485 standartına uygun olmalıdır.
9. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
10. Teknik Hizmetler biriminin uygunluk verdiği ürün alınacaktır.

N.A

(9943) HEINE AMPUL 0.49 3.5V

Açıklama : HEINE AMPUL 0.49 3.5V

1. Heine 049 uyumlu ampül olacaktır.
2. 3.5 volt 0.6 amper en az 20 saat ömürlü olacaktır.
3. klinik mühendislikten onay alan ürün alınacaktır.

(10228) BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATİK KAPILAR UYGUN 26.4 V 500 MA)

Açıklama : BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATİK KAPILAR UYGUN 26.4 V 500 MA)

1. MANUSA MARKA OTOMATİK KAPILARA UYGUN 26.4 V 500 MA BATARYA OLACAKTIR.
2. EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
3. KLİNİK MÜHENDİSLİKTE ONAY ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.

(10045) SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)

Açıklama : SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)

1. SPO2 ara kablosu Nihon Kohden Bsm2301 K monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Kabloda blendaj özelliği olmalıdır. Ara kablo nellcor tip proplara uyumlu olmalıdır.
3. Ara kablonun SPO2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır.En az 1.2 m uzunluğunda olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır
6. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
7. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir. En az 1 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır. Üretim ve son kullanım tarihleri belirtilmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Klinik mühendislikten uygunluk alan ürün alınacaktır.

(9615) NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 ICIN)

Açıklama : NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 ICIN)

1. PHILIPS AVALON FM 20 AVALON CİHAZI İÇİN ÜRETİLEN ORJİNAL ÜRÜN OLMALIDIR.
2. KLİNİK MÜHENDİSLİKTE UYGUNLUK ALINACAKTIR.
3. EN AZ 1 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

(13544) C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CİHAZI UYUMLU)

Açıklama : C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CİHAZI UYUMLU)

1. Satın alınacak konveks ultrason probu philips marka affiniti 50 model Renkli Doppler Ultrasonografi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Ultrason probu çalışma frekansı 6 MHz ile 2 MHz arasında olmalıdır.
3. Prob orjinal kutusunda teslim edilmelidir.
4. Probun orjinal olduğunu gösteren yetkili firma adına sertifika belgesi olmalıdır.
5. Probun sistem uyumluluk sertifika belgesi olmalıdır.
6. Prob 6 ay garantili olmalıdır.
7. Klinik mühendisliğin ve bölümün uygunluk verdiği malzeme kabul edilecektir.
8. Probun cihaza takılması denenmesi ve kontrollerinin yapılması satıcı firmaya aittir.

N.A

(13659) ANESTEZİ CİHAZI AZOT BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)

Açıklama : ANESTEZİ CİHAZI AZOT BAGLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI ICIN)

1. Ürün hastanemizde kullanılan Drager Primus Anestezi cihazlarına uygun olmalıdır.
2. Ürün 5 metre uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürün merkezi sistemden gelen basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Ürün uçlar bir tarafı cihaz tarafına diğer tarafı hastane nasattı merkezi sistemine (numuneye göre) uygun olmalıdır.
5. Ürün hortumu mavi renkte olmalıdır.
6. Ürün jakları hortuma presle çakılmış olmalıdır ve istenildiğinde kolayca sökülemelidir.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. Toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi ve 13485 standartına uygun olmalıdır.
9. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
10. Teknik Hizmetler biriminin uygunluk verdiği ürün alınacaktır.

N.A

(1724) TRANSPORT RESPIRATOR DEVRESİ SET HALİNDE(OXYLOG 3000 UYUMLU)

Açıklama : TRANSPORT RESPIRATOR DEVRESİ SET HALİNDE(OXYLOG 3000 UYUMLU)

1. Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullanılan Oxylog 3000 model ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Hasta devresi ve aksesuarları 134 derecede otoklav edilebilir yapıda çok kullanımlık olmalıdır.
3. Hasta devresi cihaz üreticisi olan firma tarafından onaylı olmalıdır.Onaysız ürünler kabul edilmeyecektir.
4. Hasta devresi latex içermeyen silikon yapıda olmalıdır.Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Hasta devreleri cihazların self testleri esnasında ve kaçak testleri esnasında kompliyans ve rezistans testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayını klinik mühendislik ve ilgili bölümden almalıdır.
6. Hasta devresinin içerisinde aşağıdaki aksesuarlardan bulunmalıdır.
7. Silikon hortum 120 cm,Akış sensörü,Hasta valfi,Açılı konnektör
8. Hortumların takma ve çıkartma esnasında yıpranmasını engellemek için long sleeve tarzında olmalıdır
9. Paketler üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır
10. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
12. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
13. En az 2 yıl garanti verilmelidir.

(9536) TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20)

Açıklama : TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20)

1. TOCO PROBU (PARCA NO M2734B) ORJİNAL SIFIR ÜRÜN OLACAK VE PHİLİPS AVALON FM 20 CİHAZINDA KULLANILACAKTIR.
2. EN AZ 1 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

(8709) EMNİYET FOTOSELİ (MANUSA ACTIVA OTOMATİK KAPI UYUMLU)

Açıklama : EMNİYET FOTOSELİ (MANUSA ACTIVA OTOMATİK KAPI UYUMLU)

1. EMNİYET FOTOSELİ (MANUSA ACTIVA OTOMATİK KAPI UYUMLU) 1 SET OLACAKTIR.
2. KLİNİK MÜHENDİSLİKTE UYGUNLUK ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.
3. EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.

(9616) TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGU

Açıklama : TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYG

1. INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A ÖZELLİKLERİNDE OLACAKTIR.
2. HASTANEMİZDE KULLANILAN HILL-ROM AVANT GUARD YATAKLARA UYGUN OLAN TRANSFORMER ALINACAKTIR.
3. KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİNDEN ONAY ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.
4. EN AZ 1 YIL GARANTİLİ ÜRÜN OLACAKTIR.

(9950) PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)

Açıklama : PRESSURE REGULATOR (DRAGER / VN500 VENTILATOR UYUMLU)

1. Hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka v300 model ventilatör cihazı için uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen regülatör seti içinde 1(bir)adet regülatör,2(iki)adet bağlantı vidası ve 1(bir)adet O-ring olmalıdır.
3. Teklif edilen regülatör merkezi basınç 3-6 Barı ayarlanabilmelidir.
4. Teklif edilen regülatörün bağlantıları akış şekil ile göstermelidir.
5. Teklif edilen regülatör 10 bar giriş basınçla çalışabilmelidir.
6. Teklif edilen setde regülatör 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
9. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve bölümden numune onayı almalıdır.
10. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
11. Firmalar sattıkları malzemeye ait Türkiye tek yetkili belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

(8698) AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR ICIN)

Açıklama : AEROGEN CONTROLLER CABLE (DRAEGER EVITA V300 AERONEB NEBULİZATOR ICIN)

1. Malzeme Aeroneb marka nebülizatör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Malzeme üzerinde lot ve pn numaraları olmalıdır.
3. Malzeme 80 derece ve 300 volta dayanıklı olmalıdır.
4. Malzemenin uzunluğu 2 metreden az olmamalıdır.
5. Malzeme, CE belgesine sahip olmalıdır.

(13543) L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CİHAZI UYUMLU)

Açıklama : L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CİHAZI UYUMLU)

1. Satın alınacak linear ultrason probu philips marka affiniti 50 model Renkli Doppler Ultrasonografi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Ultrason probu çalışma frekansı 12 MHz ile 3 MHz arasında olmalıdır.
3. Prob orjinal kutusunda teslim edilmelidir.
4. Probun orjinal olduğunu gösteren yetkili firma adına sertifika belgesi olmalıdır.
5. Probun sistem uyumluluk sertifika belgesi olmalıdır.
6. Prob 6 ay garantili olmalıdır.
7. Klinik mühendisliğin ve bölümün uygunluk verdiği malzeme kabul edilecektir.
8. Probum cihaza takılması denenmesi ve kontrollerinin yapılması satıcı firmaya aittir.

N.A

(9388) BİLİRUBİN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL BİLİRUBİN CİH.ICİN)

Açıklama : BİLİRUBİN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL BİLİRUBİN CİH.ICİN)

1. APEL Marka BR 5000N MODEL BİLİRUBİN Cihazına uygun olacaktır
2. 5v la çalışacaktır.
3. merkez laboratuvarının uygunluk verdiği ampul alınacaktır.

(5369) EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)

Açıklama : EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)

1. Tuş takımı Hill Rom marka Avand Quard 1200 model otomatik hasta yatağına uyumlu olmalı ve fonksiyonları doğru olarak çalıştırmalıdır.
2. Tuşlar memran swiç özelliğinde olmalıdır.
3. On-Of düğmesi üzerinde olmalıdır.
4. Pozisyon düğmelerinin üzerinde resimli anlatım olmalıdır.
5. Karta bağlantısı ucunda soket bulunan film şerit kablo ile yapılmalıdır.
6. Orjinali ile birebir aynı olmalıdır.
7. İhalede 1 Adet numune verilecektir.

(5354) AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)

Açıklama : AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)

1. ısı sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan ventilatörün fisher paykell ısıtıcısına uyumlu olmalıdır
2. ısı sensörü ventilatörün hasta devresine uyumlu olmalıdır

- ısı sensörü iki ayrı noktadan ölçüm yapabiliyor olmalıdır.
- ısı sensörünün boyu 210 cm olmalıdır
- ısı sensörü kolay monte edilebilir yapıda ve yönleri renklendirme ile kolay bir şekilde tespit edilmelidir
- paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır
- teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır
- firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır
- Ulusal bilgi bankasında kaydı olmalıdır.
- İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.

(9988) REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU)

Açıklama : REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU)

- PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU REUSABLE EXPIRASYON FİLTRESİ OLACAKTIR.
- EN AZ 1 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- UYGUNLUK ALAN ÜRÜN ALINACAKTIR.

(10185) CİLT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONİTOR UYUMLU)

Açıklama : CİLT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONİTOR UYUMLU)

- PHILIPS 21078A Hastabaşı monitörlerde kullanılmak üzere monitörlerle uyumlu çalışacak cilt ısı probu alınacaktır.
- Probe yetişkin ve pediatrik uyumlu çok kullanımlık cilt tipi olmalıdır.
- Sipariş öncesi uygunluk alınacaktır. Numune verilecektir. Uygunluk almayan ürün alınmayacaktır.
- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır. Üretim ve son kullanım tarihleri belirtilmelidir. Ürün, üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olacaktır. Teklif veren firmanın iso sertifikası olmalıdır.

(13658) ANESTEZİ CİHAZI HAVA BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)

Açıklama : ANESTEZİ CİHAZI HAVA BAĞLANTI HORTUMU 5 METRE (DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZI İCİN)

- Ürün hastanemizde kullanılan Drager Primus Anestezi cihazlarına uygun olmalıdır.
- Ürün 5 metre uzunluğunda olmalıdır.
- Ürün merkezi sistemden gelen basınca dayanıklı olmalıdır.
- Ürün uçlar bir tarafı cihaz tarafına diğer tarafı hastane nasattı merkezi sistemine (numuneye göre) uygun olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Ürün hortumu beyaz-siyah renkte olmalıdır.
6. Ürün jakları hortuma presle çakılmış olmalıdır ve istenildiğinde kolayca sökülememelidir.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. Toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi ve 13485 standartına uygun olmalıdır.
9. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
10. Teknik Hizmetler biriminin uygunluk verdiği ürün alınacaktır.

N.A

(4061) ANTEN KABLOSU RG6U6

Açıklama : ANTEN KABLOSU RG6U6

1. Bina içi CATV -CCTV dağıtım ve uydu bağlantı sistemlerinde ve düşük zayıflama istenen sistemlerde zayıflama kablosu olarak kullanılabilir olmalıdır.
2. Yapısı itibarıyla alev geciktirici özelliğe sahip olmalıdır. Kablolar insanların yoğun olduğu ortamlarda yangın esnasında ortaya çıkan duman ve korozif gazların insan sağlığını tehdit etmemesi istenilen yerlerde kullanılabilir olmalıdır.
3. Kapasitesi 57 pF/mt, Empedansı 75 ± 3 ohm, yayılma hızı %85, İletken Direnci 22,5 ohm/km, İzolasyon Direnci >2000 M ohmxkm, Çalışma Voltajı 1,3 Kv, Test Voltajı 1,3 Kv, Test Voltajı 3,0 Kv, Çalışma ısısı -40°C.....+70°C, olmalıdır.
4. Alev testi IEC 60332 / TS EN 50266, Asidik (Korozif)Gaz Testi IEC 60754-2 /TS EN 50267-2-2, Holojen Asit Gaz Testi IEC 60754-1 / TS EN 50267-2-1, Duman Yoğunluğu Testi IEC 601034-2 / TS EN 50268-2 uygun olmalıdır.
5. ZAYIFLAMALAR (20 °C) : 50 MHz 4,9 dB /100 mt, 100 MHz 6,6 dB /100 mt, 200 MHz 10 dB/100 mt olmalıdır.
6. Kablo Yapısı
 - 6.1. İletken 1.00 mm çapında Elektrolitik mono bakır
 - 6.2. Yalıtkan 4,70 mmØ Köpüklü Polietilen
 - 6.3. 1.Ekran Cu-PES Bant ekran (%100 Kapama)
 - 6.4. 2.Ekran Elektrolitik bakır Tel Örgü(Kapama %60)
 - 6.5. Dış kılıf 7.00 mmØ Gri HFFR
 - 6.6. Yaklaşık Ağırlık 58 kg /km olmalıdır.
7. Minimum bükülme yarı çapı 10xD(çap), Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece olmalıdır.
8. TS EN 60966-2-4 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
9. TSE ve/veya TSEK belgesi olmalıdır.
10. Kablo 100 metre uzunluğunda kangallar halinde teslim edilecektir.
11. Dış HFFR kılıf üzerinde kablo tipi, her metrede bir metraji, üretici firma adı, standart numarası yazılı olacaktır.
12. Kablolar CE belgeli olacaktır.

(5363) CILT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)

Açıklama : CILT ISI PROBU (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)

1. Isı probu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger ve Siemens marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Prob yetişkin ve pediatrik uyumlu, çok kullanımlık cilt tipi olmalıdır.
3. Disk genişliği 7mm den küçük olmalıdır.
4. Probun kablo uzunluğu isteğe göre 150 cm veya 300 cm olmalıdır.
5. Isı probu ısı kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(5358) EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU ICIN)

Açıklama : EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU ICIN)

1. EKG Kablosu Nihon Kohden BSM 2301 model monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
4. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının olması gerekmektedir.
5. Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır. İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.
6. EKG kablosu 3 leadli olmalıdır.
7. Kablo üzerinde derivasyon isimleri ve renkleri olmalıdır.
8. Ekg lead uçları mandallı clips şeklinde olmalıdır.

(5357) NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU

Açıklama : NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU

1. NIBP Hortumu Nihon Kohden BSM 2301 K monitöre uyumlu olmalı ve Nıbp nin doğru ölçmesini sağlamalıdır.
2. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
4. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının olması gerekmektedir.
5. Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır. İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/04/2026 15:06:45

(9750) POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CIFTLI YAPISTIRICI 27 GR.

Açıklama : POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CIFTLI YAPISTIRICI 27 GR.

1. TEKNİK ÖZELLİKLER
2. Isı dayanımı : -40°C ile 120°C
3. Renk : şeffaf
4. Karışımı kullanma süresi : 5 dakika
5. Elektriği iletmemeli,Su geçirmez özellikte olmalıdır.
6. klinik mühendislikten uygunluk alan ürün alınacaktır.