



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20262110

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 17/04/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBİ)	6,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20262110

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.1525.000	KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBI)	ADET	6
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14015) KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBI)

Açıklama : KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBI)

1. Kan taşıma çanta kapasitesi 15 - 18 Litre arası olmalıdır.
2. Kan taşıma çantası ile en az 4 adet çantaya uygun soğutucu akü verilmelidir. 1 adet soğutucu akü veya 3 adet soğutucu akü çerçevesi yerleştirme imkânına olmalıdır.
3. Kan taşıma çantası ağırlığı 800 - 999 gr olmalıdır.
4. Kan taşıma çanta iç hacim volümü 15 - 18 Litre arası olmalıdır.
5. Kan taşıma çanta boyutları 350 x 180 x 290 ile 400 x 220 x 350 mm arasında olmalıdır.
6. Kan taşıma çantası kısa süreli taşıma için uygun olmalıdır.
7. Kan taşıma çantası, kan ve organ gibi biyolojik ürünlerin emniyetli ve hijyenik biçimde nakil edilmesi için kullanıma uygun olmalıdır.
8. Kan taşıma çantası ambulans ve araçlarda kullanıma uygun olmalıdır.
9. Kan taşıma çantasının içi ve dışı biyolojik ürün taşımaya elverişli, toksitesi olmayan materyalden imal edilmiş olmalıdır.
10. Kan taşıma çantasının izolasyonu, ısı değişikliklerine imkân vermeyecek şekilde sert naylon ve yalıtım malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
11. Kan taşıma çantası içerisinde boş yer kaybı olmamalıdır. Akülere uygun olmalıdır.
12. Kan taşıma çantası taşımayı kolaylaştıran tutma kulpu ve omuz taşımaya uygun askı aparatı olmalıdır.
13. Çanta üzerinde iç sıcaklığı gösterir dijital gösterge olmalıdır. Dijital göstergenin pil değişimi rahatlıkla yapılabilir olmalıdır.
14. Kan taşıma çanta CE markasına sahip olmalıdır.
15. Kan taşıma çantası fabrikasyon ve üretim hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T