



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20262327

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEREN FİRMALARIN 27/04/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBİ)	6,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20262327

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.1525.000	KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBI)	ADET	6
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14072) KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBI)

Açıklama : KAN MATERYALLERİ NAKİL(TASIMA) CANTASI (TIBBI)

- Soğuk Zincir Taşıma Çantası güvenli olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk zincir taşıma çantası hacmi en az 9 litre olmalıdır.
- Dış ölçüleri: Yaklaşık 40 x30 x 27cm
İç ölçüleri: Yaklaşık 24 x 22 x 18 cm olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk zincir taşıma çanta ağırlığı buz aküleriyle beraber yaklaşık 4.200 gram olmalıdır.
- Çanta içi sıcaklığı 10 dakika içinde 8 derecenin altına inebilmelidir.
- Güvenlikli soğuk zincir çantası içinde Soğuk zincir ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyen ve hızlı soğumayı sağlayan en az 3 ayrı seperatör olmalıdır. Seperatörler hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde delikli hava kanallarına sahip olmalıdır.
- Seperatörler kapağa veya gövdeye paslanmaz bağlantı elemanlarıyla sabitlenmiş olmalıdır. Seperatör kanalları olmadan seperatör doğrudan kapağa veya gövdeye sabitlenmiş olmalıdır.
- Seperatörlerin delikli hava kanalları olmalı, bu sayede buz akülerinin çanta içini süratle soğutması sağlanmalıdır.
- Seperatörler buz aküleriyle uyumlu olmalıdır.
- Kapakta ve gövdede yer alan seperatörler bağlantı elemanlarına sahip olmalıdır.
- Ortalama 29 saat boyunca 8 derecenin altında tutabilmelidir.
- Seperatörler plastik enjeksiyon makinesiyle üretilmiş, dayanıklı ve kırılmaz olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk zincir taşıma çantalarının kapakları 2 yandan kilitlenebilir olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk zincir kabı hem elde hem omuzda taşınabilmelidir. Omuz kemeri ayarlanabilir olmalıdır.
- Çantanın yan taraflarında "Soğuk Zincir Taşıma Çantası" ibaresi yer alan mavi renk zemine beyaz karakterlerle yazılmış etiket olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk Zincir taşıma çantası ve buz aküleri aynı marka olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk Zincir çantası poliüretan izolasyon ve buz aküleri sayesinde kabın içi uzun süre 2 - 8 derecede stabil tutulabilmelidir.
- Boş ağırlığı yaklaşık 2-3 kg'yi geçmemelidir.
- Soğuk Zincir taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır.
- Taşıma çantasının rengi mavi veya kırmızı olmalıdır.
- Soğuk zincir taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
- Güvenlikli Soğuk zincir taşıma çantasının tüm yüzeyleri sıcaklığı muhafaza edecek özellikte olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/04/2026 08:55:40

23. Her çantayla beraber 1 adet buz aküsü sıcaklık takip etiketi verilmelidir. Buz aküsü takip etiketi -2...+12 derece sıcaklığı ölçebilmelidir.
24. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

A.T