



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261854

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/04/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM	5,00	ADET
2	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM	5,00	ADET
3	BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 22CM 2.0MM DUZ	5,00	ADET
4	BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 22CM 1.0MM DUZ	1,00	ADET
5	BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 24CM 1.0 MM DUZ	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261854

NOT : 20261854 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3766.000	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM	ADET	5
442.3767.000	BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM	ADET	5
442.3929.000	BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 22CM 2.0MM DUZ	ADET	5
442.3930.000	BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 22CM 1.0MM DUZ	ADET	1
442.3931.000	BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 24CM 1.0 MM DUZ	ADET	1

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (14003) BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM

##### Açıklama : BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 1MM , 20 CM

1. Teklif edilecek bipolar pensetin ağız genişliği 1mm olup uzunluğu 20cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir .
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.03 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş , yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır .
5. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen , lekelenmeyen özellikte olmalıdır.
6. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup , aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir . Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını , katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
7. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir . Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa , hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
8. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
9. Cerrahi el aletleri ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı , yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat , kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir.
11. Garanti süresi içinde kullanım , bakım ve sterilizasyon hataları hariç , arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek , tamir yoluna gidilmeyecektir.
12. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilmiş olan garanti şartları geçerli olup, garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
13. Halihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır . Alet , cihazlar vb. üzerlerindeki karekoddan okuma işlemi yapıldığında , kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir . Cerrahi aletlerin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır . Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
14. Ardışık olmayan , okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır . Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
15. Karekod yazılması uygun olmayan , ( malzeme yapısı , kalınlığı , yazılacak alan olmaması vb. ) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

C.U

### (14007) BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 24CM 1.0 MM DUZ

#### Açıklama : BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 24CM 1.0 MM DUZ

1. Teklif edilecek bipolar pensetin ağız genişliği 1mm olup uzunluğu 24cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir .
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.13 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş , yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır .
5. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen , lekelenmeyen özellikte olmalıdır .
6. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup , aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir . Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını , katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir .
7. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir . Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa , hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir .
8. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
9. Cerrahi el aletleri ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı , yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır .
10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat , kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir .
11. Garanti süresi içinde kullanım , bakım ve sterilizasyon hataları hariç , arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek , tamir yoluna gidilmeyecektir .
12. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilmiş olan garanti şartları geçerli olup, garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
13. Halihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır . Alet , cihazlar vb. üzerlerindeki karekoddan okuma işlemi yapıldığında , kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir . Cerrahi aletlerin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır . Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır .
14. Ardışık olmayan , okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır . Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır .
15. Karekod yazılması uygun olmayan , ( malzeme yapısı , kalınlığı , yazılacak alan olmaması vb. ) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır .

C.U

### (14004) BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM

#### Açıklama : BIPOLAR PENSET AGIZ GENISLIGI 2MM , 20 CM

1. Teklif edilecek bipolar pensetin ağız genişliği 2mm olup uzunluğu 20cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir.
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.05 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş , yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
5. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen , lekelenmeyen özellikte olmalıdır.
6. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup , aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir . Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını , katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
7. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir . Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa , hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
8. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
9. Cerrahi el aletleri ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı , yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat , kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir.
11. Garanti süresi içinde kullanım , bakım ve sterilizasyon hataları hariç , arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek , tamir yoluna gidilmeyecektir.
12. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilmiş olan garanti şartları geçerli olup, garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
13. Halihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır . Alet , cihazlar vb. üzerlerindeki karekoddan okuma işlemi yapıldığında , kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir . Cerrahi aletlerin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır . Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır.
14. Ardışık olmayan , okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır . Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır.
15. Karekod yazılması uygun olmayan , ( malzeme yapısı , kalınlığı , yazılacak alan olmaması vb. ) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır.

C.U

**(14006) BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 22CM 1.0MM DUZ**

**Açıklama : BIPOLAR YAPISMAZ BAYONET PENSET 22CM 1.0MM DUZ**

1. Teklif edilecek bipolar pensetin ağız genişliği 1mm olup uzunluğu 22cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir .
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.08 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş , yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır .
5. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen , lekelenmeyen özellikte olmalıdır.
6. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup , aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir . Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını , katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir.
7. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir . Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa , hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıkça belirtilmelidir.
8. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
9. Cerrahi el aletleri ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı , yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat , kalibre ve ağırlı v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir.
11. Garanti süresi içinde kullanım , bakım ve sterilizasyon hataları hariç , arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek , tamir yoluna gidilmeyecektir.
12. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilmiş olan garanti şartları geçerli olup, garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
13. Halihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır . Alet , cihazlar vb. üzerlerindeki karekoddan okuma işlemi yapıldığında , kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir . Cerrahi aletlerin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır . Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır .
14. Ardışık olmayan , okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır . Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır .
15. Karekod yazılması uygun olmayan , ( malzeme yapısı , kalınlığı , yazılacak alan olmaması vb. ) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır .

C.U

### (14008) BIPOLAR YAPISMAZ BAYOINET PENSET 22CM 2.0MM DUZ

#### Açıklama : BIPOLAR YAPISMAZ BAYOINET PENSET 22CM 2.0MM DUZ

1. Teklif edilecek bipolar pensetin ağız genişliği 2mm olup uzunluğu 22cm olmalıdır. Gövdesi bayonet tipte olmalıdır . Farklı uzunluk ve ağız ölçüsünde ürün kabul edilmeyecektir .
2. Bipolar pensetin çalışma esnasında uçları birbirine asla yapışmamalı ve yüzey kaplaması dayanıklı olup kolayca soyulmamalıdır . Mühürleme işlemini dokuya minimum temasla kısa sürede yapabilmelidir.
3. Teklif verecek firmalar için 88.08.10 nolu muadil kod medicon kataloğundan seçilmiştir.Firmalar istenilen özellikleri karşılamak şartı ile kendi markaları ile teklif verebilirler.
4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş , yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır .
5. Hastanede kullanılan yıkama solüsyonları ve dezenfektan maddelerle hasar görmeyen , lekelenmeyen özellikte olmalıdır .
6. Yukarıda belirtilen firma ismi ve katalog numaraları referans olarak verilmiş olup , aynı özellikleri taşıyan muadil markalar da teklif verebilir . Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını , katalog numaralarını ve açık özelliklerini de belirteceklerdir .
7. Sistem ve sistem parçaları hastanemizde kullanılan sterilizasyon işlemleriyle steril edilebilmelidir . Özellikle istenen bir sterilizasyon metodu varsa , hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu açıktan belirtilmelidir .
8. Kapalı ambalajı ve/veya malzeme üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
9. Cerrahi el aletleri ışık altında parlamaması için matlaştırılmış olmalı , yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır .
10. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat , kalibre ve ağırlı v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir .
11. Garanti süresi içinde kullanım , bakım ve sterilizasyon hataları hariç , arızalı aletler yenisi ile değiştirilecek , tamir yoluna gidilmeyecektir .
12. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilmiş olan garanti şartları geçerli olup, garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
13. Halihazırda kullanılan karekod programı ve okuyucuları ile uyumlu olmalıdır . Alet , cihazlar vb. üzerlerindeki karekoddan okuma işlemi yapıldığında , kurumumuzun belirttiği karekodlar sistemde görüntülenecektir . Cerrahi aletlerin üzerinde fabrika çıkışlı ardışık numaralandırma olmalıdır . Kurumumuzda kullanılan karekod programı sayesinde karekod içerik bilgileri kurumumuzun ilgili birimleri tarafından içeriğinin yazılması sağlanacaktır .
14. Ardışık olmayan , okuyucunun okumadığı karekodlar yüklenici tarafından karekod uygulaması yapılacaktır . Bu uygulamanın yapılması durumunda şartnamede belirtilen garanti şartları geçerli olacaktır .
15. Karekod yazılması uygun olmayan , ( malzeme yapısı , kalınlığı , yazılacak alan olmaması vb. ) spesifik aletler için üretici ve/veya distribütör onaylı gerekçe yazısına istinaden karekod barkod uygulama şartı aranmayacaktır .



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

03/04/2026 10:00:48

C.U