



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263818

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/07/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 DOĞAL ORFİZ CERRAHİSİ İZSİZ GIRISIM KITI	15,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20263818

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

258.0005.000	DOGAL ORFIZ CERRAHISI IZSIZ GIRISIM KITI	ADET	15
--------------	--	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12689) DOGAL ORFIZ CERRAHISI IZSIZ GIRISIM KITI

Açıklama : DOGAL ORFIZ CERRAHISI IZSIZ GIRISIM KITI

1. Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
2. Yara koruyucu, travmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
3. Bu halkaların çapları daha iyi ekartasyon yapabilmesi için birbiriyile aynı olmalı, biri diğerinden küçük olmamalıdır.
4. Üst kısımdaki halkanın rengi Beyaz, alt kısımdaki halkanın rengi Pembe olmalı ve aynı zamanda batın içerisinden kolay çıkartılabilmesi için alt halkada iplik + marker sabitlenmiş olmalıdır.
5. Yara koruyucu Lateks içermemelidir. Latex free olmalıdır.
6. Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince Mor renkli halka esnek olmalıdır.
7. Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş Beyaz halka içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
8. Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
9. Gel Point V - PATH Transvajinal Sistemin içerisinde ;
 - 9.1. Alexis Yara Koruyucu Poliüretan Alan Açıcı
 - 9.2. Gel Port Kep
 - 9.3. Plastik Koruyucu Kep
 - 9.4. 10 mm lik trokar (3 adet)
 - 9.5. 12 mm lik trokar (1 adet)
 - 9.6. Delici Obturatör (1 adet)
 - 9.7. Instrument Shield (1 adet) olmalıdır.
10. Gel Point v - PATH sayesinde ameliyat tek insizyon kesisinden ve vajinal kanaldan laparoskopik olarak yapılabilir.
11. Gel Point Kep Alexis yara koruyucunun üzerine kilitlenebilir olmalıdır.
12. Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle alt kısımdaki ince pembe halka batın içerisinden çekilerek kolayca çıkarılabilir.
13. Yara koruyucu 7 veya 9,5 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilir.
14. Minimal insizyon ve 360 derecelik çalışma alanı sağlamalıdır.
15. Yara kenarlarını temas ile kontaminasyona karşı korumalıdır.
16. İnsan gücüne ve metal ekartöre gerek kalmadan germe işlemini ürünün kendisi yapmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17. İnsizyon alanına yerleştirildikten sonra o bölgedeki enfeksiyon riskinin azalmasına yardımcı olmalıdır.
18. Retraktör, gerilimi dağıtmalı tek bir noktada toplamamalı dolayısıyla doku travmasını ve post - op dönemdeki ağrıyı azaltmalıdır.
19. Laparoskopik prosedürlerde gaz kaçağına engel olarak kullanılabilir.
20. Retraktörün şeffaf olan kısmı sağlam ve dayanıklılığı sağlayan "poliüretan" malzemeden yapılmış olmalıdır.
21. Yara kenarlarını görebilmek için retractor şeffaf olmalıdır.
22. Batının dışında kalan halkası elle kolaylıkla bükülebilir olmalıdır.
23. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
24. GENEL ÖZELLİKLER
 - 24.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 24.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 24.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 24.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 24.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 24.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.