



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263231

İLAN

08/06/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/06/2026 TARİHİ, SAAT 09:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 KAN İSİNLAMA CİHAZI ONARIMI	1,00 ADET	Kan İşinlama Cihazına Bakım Ve Kalibrasyon Yapılması. Demirbaş Numarası : 070018099 Cihaz Kalibrasyonu Yapılmalı Ve Cihazdan İnce Bir Uyarı Sesi Geliyor Arıza Vermeden Kalibrasyon İle Birlikte Bakım İ
<b>Marka/Model /Seri No :</b>	SICIL NO: 070018099 REFERANS NO: AA030821 DEMİRBAŞ ADI: KAN İŞİNLAMA CİHAZI MARKA-MODEL: MDS NORDION GAMMACELL 3000 ELAN SERI NO: 358 Ayn No: 18099Ozel Dno: TKKY NOTU: GİRİŞ:8819/1 aa030821 ÇIKIŞ:8819/1 aa030821 ZİMMET: ALİİHSAN GEMİCİ - 19/11/2025 BULUNDUĞU YER: KAN BANKASI TEDARİKÇİ ADI: MEDITEL LTD.STİ. ALIM FİYATI: 189216 GARANTİ: H - (19/12/2006 - 19/12/2008) FATURA: 930234 - 19/12/2006 KESİN KABUL NO: 2007 - 13354 GARANTÖR ADI: MEDITEL LTD.STİ..	
<b>Arıza No :</b>	485278	

TEKLİF NO 20263231

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : KAN İSİNLAMA CİHAZI ONARIMI

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

**NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0393.001 KAN ISINLAMA CİHAZI ONARIMI	ADET	1
------------------------------------------	------	---

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14051) KAN ISINLAMA CİHAZI ONARIMI

Açıklama : KAN ISINLAMA CİHAZI ONARIMI

- Arızalı olan MDS NORDION marka kan ısınlama cihazının tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
- Cihazın tüm kontrolleri yapılacak, mevcut arızası giderilecek, testleri ve kalibrasyonu yapılacaktır.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
- Yüklenici firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- Yüklenici firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir. Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
- Yüklenici firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
- Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.

N.A