



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264107

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/07/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 LAPAROSKOPIK DUZ GENELI PORTEGU 43 CM	1,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20264107

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3889.000	LAPAROSKOPIK DUZ CENELI PORTEGU 43 CM	ADET	1
--------------	---------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13069) LAPAROSKOPIK DUZ CENELI PORTEGU 43 CM

Açıklama : LAPAROSKOPIK DUZ CENELI PORTEGU 43 CM

1. Ergonomik ve düz kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır.
2. Çenesi düz olmalıdır.
3. İç aksan tungsten carbide'ten yapılmış olmalı.
4. Çapı 5 mm, uzunluğu ise 43 cm olmalıdır.
5. Çapı 6 mm olan trokarlarla kullanılmalıdır.
6. Kabzada bulunan bir mandal sayesinde portegü serbest çalışabilmelidir.
7. 0/0 - 7/0 arasındaki suture materyelleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
8. Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
9. Evsaf katalog no: Karl Storz K.N 26178KAF veya eşdeğeri olmalıdır.
10. En az iki yıl garantili olmalıdır.

A.T