



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264206

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/07/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAN VE NUMUNE TASIMA CANTASI	6,00	ADET
---	------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20264206

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1491.000	KAN VE NUMUNE TASIMA CANTASI	ADET	6
--------------	------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14341) KAN VE NUMUNE TASIMA CANTASI

Açıklama : KAN VE NUMUNE TASIMA CANTASI

- Genel Özellikler ve Tasarım**
Taşınabilirlik: Ürün, rahat transfer sağlanabilmesi amacıyla çanta formunda olmalı ve üstten tek elle taşımaya uygun, güçlendirilmiş taşıma kulpuna (sapına) sahip olmalıdır. Sap, kapandığında kapak içine gömülebilen veya katlanabilen hareketli yapıda olabilir. Kulp yapısı sağlam olmalı, taşıma esnasında kırılma veya kopma yapmamalıdır.
Kapatma Mekanizması: Çantanın taşıma esnasında ani açılmalarını ve numunelerin dökülmesini önlemek amacıyla, güvenli kapama sağlayan dayanıklı bir fermuar sistemi bulunmalıdır.
- Malzeme Özelliği ve Hijyen**
Dış ve İç Gövde Yapısı: Çantanın dış yüzeyi su geçirmez, aşınmaya karşı dayanıklı ve kolay yıpranmayan kırmızı renkli imperteks kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Çantanın dik durmasını, formunu korumasını ve dış darbelerden etkilenmemesini sağlamak amacıyla iç haznesi veya ana iskeleti; biyolojik ürün taşımaya elverişli, toksik olmayan, sert ve korozyona dayanıklı plastik (ABS, PP veya yüksek yoğunluklu PVC vb.) materyalden üretilmiş olmalıdır.
Hijyen ve Temizlik: Çantanın iç ve dış yüzeyleri hastanelerde ve laboratuvarlarda kullanılan standart tıbbi dezenfektanlar, sterilizasyon kimyasalları ve çamaşır suyu ile silindiğinde veya temizlendiğinde zarar görmemeli, lekelenmemeli ve kolay temizlenebilir pürüzsüz yapıda olmalıdır.
- Kapasite ve İç Düzenek (Ölçüler)**
Hacim: Çantanın net iç hacmi kullanım amacına uygun olarak en az 20 (yirmi) litre olmalı veya üretici standartlarına göre en az +/- %10 tolerans aralığında bulunmalıdır.
Örnek Kapasitesi: Çanta içerisinde tüplerin dik ve sarsılmadan durmasını sağlayan, en az 100 (yüz) adet (+/- %10 toleranslı) kan alma tüpü kapasitesine sahip tüp sporları (seperatörler) yer almalıdır.
Çeşitlilik: Çanta içi düzenek; biyokimya, EDTA'lı, jelli, sitratlı kan tüpleri ile idrar/gaita kaplarının aynı anda, birbirine temas etmeden emniyetli ve hijyenik bir şekilde taşınmasına imkan tanımalıdır.
- İzolasyon ve Sıcaklık Takibi (Soğuk Zincir)**
Yalıtım Özelliği: Çantanın tüm yüzeyleri (gövde ve kapak), iç ortam sıcaklığını dış ortam sıcaklığından koruyacak ve ısı değişikliklerine imkan vermeyecek şekilde yüksek yoğunluklu EPS (Genleştirilmiş Polistiren) veya poliüretan izolasyon/yalıtım malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.
Sıcaklık Koruma: Çanta, içerisine uygun miktarda buz aküsü yerleştirildiğinde iç sıcaklığını 2-8 °C aralığında uzun süre (en az 12-21 saat boyunca) muhafaza edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Etiketleme ve Uyarılar**
Yazılı ve Görsel Uyarılar: Çantanın dış yüzeyinde (ön, arka veya üst kapakta) sudan ve dezenfektandan etkilenmeyen materyalden üretilmiş, net bir şekilde okunabilen "KAN VE NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI" ibaresi yer almalıdır.
Amblem: Yazıyla birlikte uluslararası "Biyotehlike / Biyolojik Risk" amblemi ve gerekli güvenlik uyarı görselleri çanta üzerinde kalıcı ve görünür şekilde bulunmalıdır.

6. Aksesuarlar, Belgeler ve Garanti

Buz Aküleri: Yüklenici firma, çanta ile birlikte çantanın iç yuvalarına/bölmelerine tam uyumlu, sızdırma yapmayan en az 2 (iki) veya 4 (dört) adet jelli buz aküsünü standart aksesuar olarak teslim etmelidir.

Kalite Belgeleri: Teklif edilen ürünün üretici firmasına ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve ürüne ait CE deklarasyonu / belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Garanti: Teklif edilen ürünler kabul tarihinden itibaren imalat ve üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

A.T