



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/07/2026 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264498

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/07/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GOZLUK CERCEVESİ (Gözlük Deneme Çerçevesi)	5,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20264498

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA.

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

* Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

14340 GÖZLÜK DENEME ÇERÇEVESİ

1. Çerçeve tam daire tipte olmalıdır.
2. Çerçevenin lens kapasitesi sağ göz için 5, sol göz için 5, toplam 10 adet olmalıdır.
3. Çerçevenin pupil distance aralığı isteğe göre ayarlanabilmelidir.
4. Çerçeve kaliteli metalden imal edilmiş olup, hafif, dayanıklı ve kullanışlı olmalıdır.
5. Çerçevenin burun desteği ve hastayı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. Burun desteğininse plastik ve burunu acıtmayacak şekilde olmalıdır.
6. Çerçevenin kolları uzunluğu ayarlanabilmelidir.
7. Çerçeve üzerinde lens axis'inin ölçüsünü gösteren scala olmalıdır. Lens'in axis'i 0 ila 180 derece arasında olmalıdır.
8. Çerçevenin ağırlığı 60 gramı geçmemelidir. Yüklenici tarafından teslim edilecek gözlük deneme çerçeveleri, kullanıcı birim tarafından yapılacak uygunluk kontrolü sonrasında kabul edilecektir.
9. Cihaz orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Prof. Dr. Ziya AYHAN
DEUTE Göz Hastalıkları A.D.
Diploma No:10908
Diploma Tescil No:119808