



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263308

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/06/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 PEDIATRİK BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:160CM CAP:1.8 MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)	20,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20263308

NOT : 20263308 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/06/2026 09:20:10

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0665.000	PEDIATRİK BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:160CM CAP:1.8 MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)	ADET	20
--------------	--	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14249) PEDIATRİK BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:160CM CAP:1.8 MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)

Açıklama : PEDIATRİK BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:160CM CAP:1.8 MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)

1. Pediatrik biyopsi forsepsi disposable olmalıdır.
2. Pediatrik biyopsi forsepsi, pediatrik endoskopların biyopsi forseps kanalından geçebilecek ölçülerde olmalıdır.
3. Uzunluk ölçüsü 1600 mm, çap ölçüsü 1.8 mm olmalıdır.