



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263338

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/06/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CATAL IGNE	70.000,00	ADET
2	SEFFAF POSET (45 X 60 CM) (RADYOLOJİ)	100,00	ADET
3	SEFFAF POSET (30X50)	20.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20263338

NOT : 20263338 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0018.000	CATAL IGNE	ADET	70000
298.0583.000	SEFFAF POSET (45 X 60 CM) (RADYOLOJİ)	ADET	100
298.0664.000	SEFFAF POSET (30X50)	ADET	20000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9296) SEFFAF POSET (45 X 60 CM) (RADYOLOJİ)

Açıklama : SEFFAF POSET (45 X 60 CM) (RADYOLOJİ)

- İmalatında atık madde kullanılmamalıdır.
- Birinci sınıf orijinal orta yoğunluk polietilen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- Boyutları en az 45 cm x 60 cm olacaktır.
- Rengi şeffaf ve kokusuz olmalıdır.
- Üç tarafı kapalı, 45 cm'lik bir kısmı açık olmalıdır.
- Poşetler su geçirmez, sızdırmaz, patlamaz ve yüksek mukavemetli olmalıdır.
- Poşetlerde herhangi bir yırtık ve kopukluk olmamalıdır.
- Malzeme kalınlığı en az 40 mikron olmalıdır.

(10626) CATAL IGNE

Açıklama : CATAL IGNE

- Çatal iğne boyu dıştan dışa 55 mm (± 2 mm) olmalıdır.
- Çatal iğne tel çapı en az 1 mm ve tel gereci yaylanma özelliği olan, bükülmeyen, nikel kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 134°C otoklava dayanıklı, otoklav esnasında rengini ve özelliklerini kaybetmeyen, paslanmaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
- Kutu içeriği yığıntı ve çökme olarak doldurulmamalıdır.
- Çatal iğneler en az 100-200-300 ve 400 adetlik kutular içinde ve her biri 10 adetlik demetler halinde paketlenmiş olmalıdır.
- Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, ürün standardı ve numarası, katalog numarası yazılı olmalıdır.
- Üretici firma hastanemizde denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 1 kutu orijinal (100 adet) numune temin etmelidir.
- Numune olarak bırakılan ürünler için; şartnamede belirtilen teknik özellikler kontrol edilerek ve hastanemizin sterilizasyon ünitesinde denenerek uygunluk kararı verilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/01/2026 10:33:33

TEKNİK ŞARTNAME

13717 SEFFAF POSET (30X50) (Tıbbi Sarf Depo)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. 30X50 boyutunda olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
5. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Dyt. Zeynep CEPİK
Zuhi

Dyt. Serdar ÖZDEMİR
S. K. Y. ÖZDEMİR