



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265032

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/08/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	25,00	ADET
2	BISTURI NO 10	4.000,00	ADET
3	BISTURI NO 22	10.000,00	ADET
4	BISTURI NO 24	8.000,00	ADET
5	NON STERİL GAITA KABI (BEYAZ KAPAKLI)	15.000,00	ADET
6	IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLIK)	500,00	ADET
7	DİSTİLE STERİL SU 1 LT.	6.000,00	ADET
8	CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM	1.000,00	METRE
9	METHANOL (2,5 LT)	40,00	ADET
10	PIPET UCU OTOMATİK BEYAZ	10.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265032

NOT : 20265032 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265032

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/08/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	SEFFAF KILITLI POSET(30X50 CM)	6.000,00	ADET
12	KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT IS ELDIVENİ (M BEDEN)	1.000,00	ÇİFT
13	KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT IS ELDIVENİ (S BEDEN)	1.500,00	ÇİFT

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265032

NOT : 20265032 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

301.0019.000	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	ADET	25
298.0004.000	BISTURI NO 10	ADET	4000
298.0009.000	BISTURI NO 22	ADET	10000
298.0010.000	BISTURI NO 24	ADET	8000
306.0017.000	NON STERIL GAITA KABI (BEYAZ KAPAKLI)	ADET	15000
306.0068.000	IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLIK)	ADET	500
303.0042.000	DISTİLE STERİL SU 1 LT.	ADET	6000
297.0123.000	CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM	METRE	1000
303.0052.000	METHANOL (2,5 LT)	ADET	40
293.0325.000	PIPET UCU OTOMATİK BEYAZ	ADET	10000
298.0499.000	SEFFAF KILITLI POSET(30X50 CM)	ADET	6000
298.0642.000	KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT İS ELDIVENİ (M BEDEN)	ÇİFT	1000
298.0643.000	KİMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT İS ELDIVENİ (S BEDEN)	ÇİFT	1500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5670) SEFFAF KILITLI POSET(30X50 CM)

Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET(30X50 CM)

- LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
- Şeffaf renkte olmalıdır.
- Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
- Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
- Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
- Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
- Paketler barkotlu olmalıdır.
- En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

(12783) KIMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT IS ELDIVENİ (S BEDEN)

Açıklama : KIMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT IS ELDIVENİ (S BEDEN)

1. EN ISO 374-1 standardına göre en az Type-B performans değerlerini göstermelidir.
2. Kimyasala dirençli eldiven simgesiyle en az 3 haneli bir kod bulunmaktadır.TAM-T:Formaldehit %37, A:Metanol, Me Nitrik Asit %65
3. Bu kod 3 kimyasal kod harflerine aittir.(TAMKL), nüfus etme süresi en az 30 dakikalık bir dayanıklılık süresi sağlanmalıdır.(tanımlanmış olan standart kimyasalın yer aldığı listeden alınmıştır.)
4. Eldivenin kalınlığı geçirgenliği ve diğer özellikleri ilgili standartta uygun olmalıdır.
5. Tek kullanımlık (kullan at) (disposable) şeklinde olmalıdır.
6. Eldivenin uzunluğu bilek üzerini koruyacak şekilde en az 25 cm. ve yukarısı olmalıdır.
7. Eldiven bedeni XS-S-M-L formunda olmalıdır.
8. Eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay tabana ve güçlü kavrayacak özellikte terletmez ergonomik olmalıdır.
9. Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
10. Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.
11. Patoloji Laboratuvarında tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılmaktadır.6331 sayılı İSG yasasına göre çalışanların tehlikelerden korunması için önlem alınması gerekmektedir.Önlemlerden biri de kişisel koruyucu ekipmanlardan olan eldiven kullanımıdır.Eldivenlerin kullanılan kimyasalın tehlikelerinden koruyacak özellikte olması gerekmektedir.

(1104) BISTURI NO 22

Açıklama : BISTURI NO 22

1. Krom, nikel, karbon veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bisturi saplarına kolay ve tam oturmalıdır.
3. Kesici ucu düzgün olmalı ve bileme izleri bulunmamalıdır.
4. Ambalaj alüminyum içerikli olup su geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Anti septik solüsyonlar ve suyla temasta oksitlenme olmamalıdır.
6. Sterilizasyon GAMMA yöntemi ile yapılmış olmalı, her kutuda orijinal fabrika tarafından basılmış kırmızı sterilizasyon indikatörü bulunmalıdır.
7. Paket açımı kolay olmalı ve sterilizasyonu bozulmadan yapılabilmelidir.
8. Kullanımda kolay kırılmamalı, dayanıklı olmalı kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
9. Kutuların üzerinde steril ibaresi bulunmalı, hangi metotla steril edildiği, son kullanım ve imalat tarihi yazılmalıdır.
10. Kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
11. BS 2982 / ISO 77740 / TSE 4171 e uygunluk belgesi olmalı, BS ve ISO no ları kutu üzerinde orijinal baskılı olmalı, TSE ye ait laboratuvar uygunluk raporları ve/veya ürüne ait CE belgesi ibraz edilmelidir.
12. Steril 100 lük kutularda, uç ve ambalaj üzerinde numaraları yazılı olarak ambalajlanmış olmalıdır. Kutu ve adet üzerinde barkot olmalıdır.
13. Şekil olarak aşağıda belirtilen şekillerde olmalıdır.11 no'lu bistürilerin uçlarının açısı dar olmalıdır. 15 no' lu bistürinin uç kısmı ile sapı arası bütün olarak birleşmelidir.

(7384) İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

Açıklama : İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vidalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 2.5 - 3 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.
4. İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
5. 500 ml'den başlayıp 2500 - 3000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
6. Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değiştirecektir.
7. Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
12. Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(5556) METHANOL (2,5 LT)

Açıklama : METHANOL (2,5 LT)

1. Ultra saf olmalıdır
2. 2.5 ltlik koyu renk cam şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
3. %99.8 ve daha saf olmalıdır
4. Merck marka veya muadili tercih edilir.
5. Ref: Merck 1.06018.2500 veya muadili tercih edilir.
6. Su içeriği %0.03 ten az olmalıdır.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5460) PIPET UCU OTOMATİK BEYAZ

Açıklama : PIPET UCU OTOMATİK BEYAZ

1. Düşük hacimli çalışmalar için kullanılacak pipet ucunun uzunluğu standart ölçü olan 5,2 cm olmalı ve polipropilenden üretilmelidir.
2. Pipet ucunun standardize üretimi TSE ya da uluslar arası geçerli kuruluşlarca (ISO vb.) belgelendirilmelidir.
3. Merkez Laboratuvarında kullanımda olan tek ve çok kanallı tüm pipetlerle uyumlu olmalıdır (finnpipette 2-20 µl, eppendorf 10-100 µl, eppendorf 20-200 µl, Boeco 2-20 µl, transferpette 30-300 µl kullandığımız pipet çeşitleri).

4. Kimyasallara, dış etkenlere ve termal etkenlere dayanıklı olmalıdır.
5. İç yüzeyi sıvı yapışmasını engellemek amaçlı kaygan olmalıdır.
6. Pipetöre giren ağız kısımları tam ve sızdırmaz olmalıdır.
7. Pipet ucu çıkış deliği standart olmalı, istikrarlı ve tekrarlanabilen sıvı aktarımını garanti etmelidir.
8. Pipet uçları torba, rak veya yeniden doldurulabilir kapalı paketlerde verilmelidir.
9. Ürünlerin uygunluğu Merkez Laboratuvar teknik birimince denenmesi yapıldıktan sonra ve ilgili laboratuvar biriminin de onayı ile belirlenecektir.
10. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
11. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

(1104) BISTURI NO 24

Açıklama : BISTURI NO 24

1. Krom, nikel, karbon veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bisturi saplarına kolay ve tam oturmalıdır.
3. Kesici ucu düzgün olmalı ve bileme izleri bulunmamalıdır.
4. Ambalaj alüminyum içerikli olup su geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Anti septik solüsyonlar ve suyla temasta oksitlenme olmamalıdır.
6. Sterilizasyon GAMMA yöntemi ile yapılmış olmalı, her kutuda orijinal fabrika tarafından basılmış kırmızı sterilizasyon indikatörü bulunmalıdır.
7. Paket açımı kolay olmalı ve sterilizasyonu bozulmadan yapılabilmelidir.
8. Kullanımda kolay kırılmamalı, dayanıklı olmalı kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
9. Kutuların üzerinde steril ibaresi bulunmalı, hangi metotla steril edildiği, son kullanım ve imalat tarihi yazılmalıdır.
10. Kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
11. BS 2982 / ISO 7740 / TSE 4171 e uygunluk belgesi olmalı, BS ve ISO no ları kutu üzerinde orijinal baskılı olmalı, TSE ye ait laboratuvar uygunluk raporları ve/veya ürüne ait CE belgesi ibraz edilmelidir.
12. Steril 100 lük kutularda, uç ve ambalaj üzerinde numaraları yazılı olarak ambalajlanmış olmalıdır. Kutu ve adet üzerinde barkot olmalıdır.
13. Şekil olarak aşağıda belirtilen şekillerde olmalıdır.11 no'lu bistürilerin uçlarının açısı dar olmalıdır. 15 no' lu bistürinin uç kısmı ile sapı arası bütün olarak birleşmelidir.

(8156) DISTİLE STERİL SU 1 LT.

Açıklama : DISTİLE STERİL SU 1 LT.

1. Şişenin veya vakumlu PVC veya Polipropilen'den mamul poşet ambalajlar içindeki su steril, distile ve aprojen olmalıdır.
2. 1000ml'lik orjinal cam şişelerde veya bulaşma riski olmayacak şekilde vakumlu PVC veya Polipropilen 'den mamul poşet ambalajlarda olmalıdır.
3. Gerekğinde oksijen haznelerinde, respiratör haznelerinde, küvözlerde veya ventilatör nemlendirici , highflow cihazlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Her şişenin yanında 1 adet askısı olmalıdır veya kendinde askılı PVC ve Polipropilen 'den mamul poşet ambalajlarda olmalıdır.
5. Şişenin veya PVC Polipropilen poşetin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, seri no, lot numarası, üretici adresi olmalıdır.
6. Şişenin üzerinde 'parantral enjeksiyon şeklinde kullanılmamalıdır' uyarısı mutlaka olmalıdır, bu uyarı göze çarpacak şekilde büyük ve kalın harflerle yazılmış olmalıdır veya verilecek olan poşet distile suda uyarı etiketli olmalıdır.
7. Şişe kapaklarına serum seti yerleştirilebilir özellikte olmalıdır veya PVC Polipropilen mamul poşetlerden imal edilmiş olan poşetlerin ağız kısımları su sızmasını engelleyecek şekilde seum seti yerleştirilebilir olmalıdır.
8. Teklif edilen malzeme T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ruhsata, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır ve bunu belgeleyebilmelidir.
9. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır, uygun olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. Kullanılmakta olan ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydıyla sözkonusu ürünlerin şartnameye uygun yeni miyadlıları ile en geç 15 gün içerisinde değiştirilebilmelidir.
11. Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir, jenerik eşdeğerleri kabul edilmeyecektir.
12. Ürün içeriğinin doğrulanması amacıyla kurumumuz tarafından gerekli görüldüğü hallerde akredite bir laboratuarda analizi yapılacaktır, analiz ücreti firma tarafından karşılanacaktır.
13. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 3 adet orjinal numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir.
14. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

(7008) CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM

Açıklama : CERRAHI ALET KORUYUCU SLİKON HORTUM

1. % 100 SİLİKONDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2. 134 DERECE VE ÜZERİ ISILARA VE BUHAR STERİLİZASYON İŞLEMİNE DAYANIKLI OLMALIDIR.
3. ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SİLİKON ÇAPAK, KALINTI, KİR VS. OLMAMALI, PÜRÜZSÜZ BİR YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR.
4. ORTA SERTLİKLE OLMALIDIR.
5. ALET UCU KORUYUCUSU OLARAK KULLANILACAĞI İÇİN GEREKLİ ESNEKLİKTE OLMALIDIR.
6. BİRÇOK KEZ KULLANIM VE BUHAR STERİLİZASYON İŞLEMLERİ SONRASI DEFORME OLMAMALIDIR.
7. HORTUMUN İÇ ÇAPI 3 MM, DIŞ ÇAPI 5 MM OLMALIDIR. (+/- 1 MM)
8. ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN 1 METRE SİLİKON HORTUM ÜZERİNDE MARKA BİLGİLERİ OLACAK ŞEKİLDE NUMUNE OLARAK BIRAKILMALIDIR.
9. ÜRÜN İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER DOSYA HALİNDE NUMUNE İLE BİRLİKTE MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.
10. ÜRÜNÜN MARKASI, LOT NUMARASI, ÜRETİM VE SON KULLANIM TARİHLERİ KOLİ/PAKET ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.

11. SİLİKON HORTUMLAR PAKETLENMİŞ TESLİMİ YAPILMALIDIR.

(12328) %4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.

Açıklama : %4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.

1. Minimum 1 lt.lik alüminyum yada cam şişe içerisinde olmalıdır.
2. Oda sıcaklığındaki yoğunluğu yaklaşık 0,75 gr/ml olmalıdır.
3. %4 kolodyum çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
4. Azot içeriği %12,6'dan fazla olmamalıdır.
5. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu numune ile birlikte Satın Alma Birimi'ne teslim edilecektir.
6. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(4559) NON STERIL GAITA KABI (BEYAZ KAPAKLI)

Açıklama : NON STERIL GAITA KABI (BEYAZ KAPAKLI)

1. İdrar kabı yaklaşık 100 ml hacminde bardak ya da beher şeklinde olmalıdır.
2. Plastik, burgulu kapaklı, sızdırmaz özellikte şeffaf ve esnek olmalıdır.
3. Sızdırmazlık özelliğine sahip çift burgulu olmalıdır.
4. Pnömatik sisteme uygun olmalıdır.
5. Her ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.
6. Laboratuvar ihtiyacına göre istek olduğunda çekilecektir.
7. İdrar kaplarının kapakları kapatılmış şekilde teslim edilmelidir.
8. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
10. Değerlendirme için 10 adet numune verilmelidir.

(12783) KIMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT IS ELDIVENİ (M BEDEN)

Açıklama : KIMYASALA DAYANIKLI KULLAN AT IS ELDIVENİ (M BEDEN)

1. EN ISO 374-1 standardına göre en az Type-B performans değerlerini göstermelidir.
2. Kimyasala dirençli eldiven simgesiyle en az 3 haneli bir kod bulunmaktadır.TAM-T:Formaldehit %37, A:Metanol, Me Nitrik Asit %65
3. Bu kod 3 kimyasal kod harflerine aittir.(TAMKL), nüfus etme süresi en az 30 dakikalık bir dayanıklılık süresi sağlanmalıdır.(tanımlanmış olan standart kimyasalın yer aldığı listeden alınmıştır.)
4. Eldivenin kalınlığı geçirgenliği ve diğer özellikleri ilgili standartta uygun olmalıdır.
5. Tek kullanımlık (kullan at) (disposable) şeklinde olmalıdır.
6. Eldivenin uzunluğu bilek üzerini koruyacak şekilde en az 25 cm. ve yukarısı olmalıdır.
7. Eldiven bedeni XS-S-M-L formunda olmalıdır.
8. Eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay tabana ve güçlü kavrayacak özellikte terletmez ergonomik olmalıdır.
9. Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
10. Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.
11. Patoloji Laboratuvarında tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılmaktadır.6331 sayılı İSG yasasına göre çalışanların tehlikelerden korunması için önlem alınması gerekmektedir.Önlemlerden biri de kişisel koruyucu ekipmanlardan olan eldiven kullanımıdır.Eldivenlerin kullanılan kimyasalın tehlikelerinden koruyacak özellikte olması gerekmektedir.

(1104) BISTURI NO 10

Açıklama : BISTURI NO 10

1. Krom, nikel, karbon veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bisturi saplarına kolay ve tam oturmalıdır.
3. Kesici ucu düzgün olmalı ve bileme izleri bulunmamalıdır.
4. Ambalaj alüminyum içerikli olup su geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Anti septik solüsyonlar ve suyla temasta oksitlenme olmamalıdır.
6. Sterilizasyon GAMMA yöntemi ile yapılmış olmalı, her kutuda orijinal fabrika tarafından basılmış kırmızı sterilizasyon indikatörü bulunmalıdır.
7. Paket açımı kolay olmalı ve sterilizasyonu bozulmadan yapılabilmelidir.
8. Kullanımda kolay kırılmamalı, dayanıklı olmalı kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
9. Kutuların üzerinde steril ibaresi bulunmalı, hangi metotla steril edildiği, son kullanım ve imalat tarihi yazılmalıdır.
10. Kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
11. BS 2982 / ISO 77740 / TSE 4171 e uygunluk belgesi olmalı, BS ve ISO no ları kutu üzerinde orijinal baskılı olmalı, TSE ye ait laboratuvar uygunluk raporları ve/veya ürüne ait CE belgesi ibraz edilmelidir.
12. Steril 100 lük kutularda, uç ve ambalaj üzerinde numaraları yazılı olarak ambalajlanmış olmalıdır. Kutu ve adet üzerinde barkot olmalıdır.
13. Şekil olarak aşağıda belirtilen şekillerde olmalıdır.11 no'lu bistürilerin uçlarının açısı dar olmalıdır. 15 no' lu bistürinin uç kısmı ile sapı arası bütün olarak birleşmelidir.