



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264886

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 07/08/2026 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	C TIPI KORUYUCU ELBİSE (KBRN İCİN)	10,00	ADET
2	KORUYUCU BOT VE KILIFLARI (KBRN İCİN)	10,00	ÇİFT
3	KORUYUCU EL DİVEN İC VE DİS (KBRN İCİN)	10,00	ÇİFT

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20264886

NOT : KORUYUCU KIYAFET

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

112.0187.000	C TIPI KORUYUCU ELBISE (KBRN ICIN)	ADET	10
112.0272.000	KORUYUCU BOT VE KILIFLARI (KBRN ICIN)	ÇİFT	10
112.0273.000	KORUYUCU ELDIVEN IC VE DIS (KBRN ICIN)	ÇİFT	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14419) KORUYUCU BOT VE KILIFLARI (KBRN ICIN)

Açıklama : KORUYUCU BOT VE KILIFLARI (KBRN ICIN)

1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı personelin ayak ve alt ekstremitelerini korumak amacıyla tasarlanmış olacaktır.
2. Bot kılıfı (overboot), kimyasal koruyucu tulum ile birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
3. Ürünler acil müdahale ekipleri, KBRN timleri, sağlık personeli ve endüstriyel tehlikeli madde ekipleri kullanımına uygun olacaktır.
4. * Koruyucu bot belirtilen standartlara uygun olacaktır; EN ISO 20345 (Kişisel koruyucu ayakkabılar ? güvenlik seviyesi); EN 13832-3 (Kimyasallara karşı koruyucu ayakkabılar); EN 15090 (İtfaiyeci botları ? gerekiyorsa); EN 50321 (Elektriksel yalıtım ? gerekiyorsa); EN 1149-5 (Antistatik özellik)
5. * CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası bulunacaktır.
6. * Bot kılıfı belirtilen standartlara uygun olacaktır: EN 14605 (Tip 3/4) ? sıvı kimyasal koruma, EN ISO 13982-1 (Tip 5) ? partikül koruma, EN ISO 13034 (Tip 6) ? sınırlı sıçrama koruması
7. * Uygunluk belgeleri akredite kuruluşlardan alınmış olacaktır.
8. * Test raporları teklif aşamasında sunulacaktır.
9. * Bot, kimyasal sıvılara, asit ve alkalilere karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. Taban kaymaz (SRC standardında) olacaktır. Çelik veya kompozit burun korumasına sahip olacaktır (minimum 200 joule darbe dayanımı). Delinmeye karşı koruyucu ara tabana sahip olacaktır. Antistatik özellikte olacaktır. Su geçirmez olacaktır. -30°C ile +70°C arasında fiziksel özelliklerini koruyacaktır. Kolay giyilip çıkarılabilir tasarımda olacaktır.
10. * Bot Kılıfı (Overboot) kimyasal koruyucu tulum ile entegre veya ayrı kullanılabilir olacaktır. Dikişler bantlanmış ve sıvı geçirmez olacaktır. Elastik bilek ve ayak sabitleme sistemine sahip olacaktır. Kaymaz tabanlı olacaktır. Kimyasal sıçrama ve partikül geçirmez özellikte olacaktır. Tek kullanımlık veya dekontaminasyon sonrası tekrar kullanılabilir özellikte olacaktır. Aşınma direnci EN 530 metoduna uygun olacaktır. Kimyasal geçirgenlik testleri teknik veri föyü ile belgelendirilecektir. Raf ömrü minimum 5 yıl olacaktır.
11. * Ürün üzerinde üretim tarihi, seri numarası ve CE işareti bulunacaktır. Kullanım kılavuzu ürün ile birlikte verilecektir. Halojen ve ağır metal içermeyecektir.
12. GENEL ÖZELLİKLER

12.1. 1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

12.2. 2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

12.3. 3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

12.4. 4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT Kodları ile eşleşmiş, SGK'nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı yazılı olarak taahhüt edilmelidir.

- 12.5. 5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi?ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır. Ayrıca yüklenici firma, ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi?nde (ÜTS) satın alınan ürünün kurumumuza satıldığına ilişkin bildirimde bulunmalıdır.
- 12.6. 6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemi?ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
- 12.7. 7. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti hâlinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhâl geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14418) KORUYUCU ELDIVEN IC VE DIS (KBRN ICIN)

Açıklama : KORUYUCU ELDIVEN IC VE DIS (KBRN ICIN)

1. * Eldivenler KBRN olaylarında kullanılmaya uygun olacaktır.
2. * İç eldiven antialerjik yapıda olacak, ele tam uyum sağlayacak ve terletmeyecek özellikte olacaktır.
3. * Dış eldiven kimyasal maddelere karşı yüksek dayanım sağlayan butil kauçuk veya eşdeğeri malzemeden üretilmiş olacaktır.
4. * Dış eldiven; asit, baz, solvent, petrol ürünleri ve kimyasal harp ajanlarına karşı koruma sağlayacaktır.
5. * Eldivenler EN 374, EN 388 ve ilgili CE standartlarına uygun olacaktır.
6. * Eldivenler farklı el ölçülerine uygun beden seçeneklerinde temin edilecektir.
7. * Eldivenler kolay giyilip çıkarılabilir yapıda olacak ve koruyucu kıyafet ile tam uyum sağlayacaktır.
8. GENEL ÖZELLİKLER
 - 8.1. 1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 8.2. 2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 8.3. 3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 8.4. 4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT Kodları ile eşlenmiş, SGK?nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
 - 8.5. 5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi?ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır. Ayrıca yüklenici firma, ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi?nde (ÜTS) satın alınan ürünün kurumumuza satıldığına ilişkin bildirimde bulunmalıdır.
 - 8.6. 6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemi?ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
 - 8.7. 7. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti hâlinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhâl geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14420) C TIPI KORUYUCU ELBISE (KBRN ICIN)

Açıklama : C TIPI KORUYUCU ELBISE (KBRN ICIN)

1. * Tulum tek parça, başlıklı, fermuarlı ve kimyasal sıçramalara karşı tam koruma sağlayacak yapıda olacaktır.
2. * Tulum; kimyasal sıvı jetlerine, yoğun sıçramalara, ince toz ve partiküllere karşı bariyer sağlayacak özellikte olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. * Tulum kumaşı özel laminasyonlu, organik ve inorganik kimyasallara karşı dirençli, 1 mikrona kadar partiküllere karşı sızdırmaz özellikte olacaktır.
4. * Tulumun tüm dikişleri bantlanmış olacak ve bant performansı kumaş ile eşdeğer bariyer özelliği gösterecektir.
5. * Fermuar sistemi sıvı geçişini önleyen kapaklı (storm flap) ve koruyucu örtülü olacaktır.
6. * Tulum aşağıdaki Avrupa normlarına uygun olacaktır: EN 14605:2005 + A1:2009 (Tip 3 ? Sıvı Jet Geçirmezlik), EN 14605:2005 + A1:2009 (Tip 4 ? Sprey/Sıçrama Koruması), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Tip 5 ? Partikül Geçirmezlik), EN ISO 13034:2005 + A1:2009 (Tip 6 ? Sınırlı Sıçrama Koruması), EN 1149-5:2018 (Elektrostatik Özellikler / Antistatik Performans), EN 1073-2 (Radyoaktif partiküllere karşı koruma), EN 14126 (Biyolojik ajanlara karşı koruma)
7. * Ürün üzerinde CE işareti bulunacak ve onaylanmış kuruluşun 4 haneli kimlik numarası yer alacaktır.
8. * Uygunluk belgeleri akredite ve yetkili test laboratuvarlarından alınmış olacaktır.
9. * Test raporları ve sertifikalar teklif aşamasında sunulacaktır.
10. * Kumaşın sıvı sıçrama dayanımı minimum 5 bar olacaktır.
11. * Aşınma direnci, EN 530 Metod 2 (Martindale) testine göre minimum 2000 devir olacaktır.
12. * Malzeme gramajı maksimum 118 g/m² olacaktır.
13. * Tulum fiziksel özelliklerini -70°C ile +95°C sıcaklık aralığında koruyacaktır.
14. * Tulum hafif, esnek ve kullanıcı konforuna uygun olacaktır.
15. * Başlık, solunum maskeleri ile uyumlu olacak ve maske takıldığında boyun bölgesinde açıklık bırakmayacaktır.
16. * Kol, ayak bileği, bel ve yüz çevresi elastik olacaktır.
17. * Çizme içi çoraplı veya çizme üstü tozluklu tasarım seçeneği bulunacaktır.
18. * Kimyasal koruyucu eldiven ve çizme ile bağlantı aparatı uyumlu olacaktır.
19. * Beden seçenekleri: Medium, Large, XLarge.
20. * Ürün ile birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
21. * Tulum halojen ve halojen türevi bileşikler içermeyecektir.
22. * Raf ömrü minimum 10 yıl olacaktır.
23. * Ürün sıvı, buhar veya köpük ile dekontamine edilebilir olacaktır.
24. * Ürün taşıma çantası ile birlikte olmalıdır.