



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265021

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/08/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SEFFAF POSET (30X50)	20.000,00	ADET
2	NAYLON POSET KUCUK BOY (PATOLOJİ KLİPS MAKİNASINA UYUMLU)	2,00	KİLOGRAM
3	NAYLON POSET ORTA BOY (PATOLOJİ KLİPS MAKİNASINA UYUMLU)	3,00	KİLOGRAM
4	NAYLON POSET BÜYÜK BOY (PATOLOJİ KLİPS MAKİNASINA UYUMLU)	5,00	KİLOGRAM

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265021

NOT : 20265021 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0664.000	SEFFAF POSET (30X50)	ADET	20000
298.0670.000	NAYLON POSET KUCUK BOY (PATOLOJİ KLİPS MAKİNASINA UYUMLU)	KİLOGRAM	2
298.0671.000	NAYLON POSET ORTA BOY (PATOLOJİ KLİPS MAKİNASINA UYUMLU)	KİLOGRAM	3
298.0672.000	NAYLON POSET BÜYÜK BOY (PATOLOJİ KLİPS MAKİNASINA UYUMLU)	KİLOGRAM	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ŞEFFAF POŞET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Talep edilen farklı ebat tanımları; küçük boy (15x20 cm) küçük biyopsiler için, orta boy (20x30 cm) standart rezeksiyon/organ numuneleri için, büyük boy (30x40 cm) büyük cerrahi materyaller için.
2. Poşetin yüzeyi pürüzsüz, düz olmalıdır, herhangi bir üretim hatası olmamalıdır.
3. Desensiz, düz formda, şeffaf formda olmalıdır.
4. Yan ve alt kaynaklar (sızdırmazlık dikişleri) çift kaynaklı veya takviyeli olmalı, sıvı dökülmelerine, basınç değişimine ve taşıma sırasında darbelere karşı sızdırmazlık garantisi verilmelidir.
5. Poşetin kalınlığı, biyolojik materyalin ağırlığına ve olası keskin kenarlı kapların delme riskine karşılık en az 50-60 mikron (tercihen 70 mikron) olmalıdır.
6. Poşet malzemesi fiksasyon için kullanılan %10 nötral tamponlu formalin, ksilol, alkol ve diğer laboratuvar kimyasalları ile temas ettiğinde erimemeli, çözünmemeli ve sızdırma yapmamalıdır.
7. Poşet hammaddesi yüksek yoğunlukta (HBPE) şeffaf polietilen olmalıdır. Numune dışardan net görünmesini sağlayacak şeffaflıkta olmalıdır.
8. Poşetler patojen taşıma standartlarına (UN 3373 Biyolojik Madde Kategori B nakil kurallarına) ve tıbbi atık/numune taşıma yönetmeliğine uygun olmalıdır.
9. Poşet mevcut klips makinesi ile uyumlu olmalıdır, olmaması halinde firma tarafından değiştirilmelidir.
10. Tedarikçi firma, teslimat öncesinde üretilen poşetlerin formalin sızdırmazlık testi ve kaynak kopma testi sonuçlarını belgelemelidir. Numune onayı alınmadan ürün teslimine izin verilmemelidir.

Safiye Keskinçilic



Prof.Dr.Merih Güray Durak





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/01/2026 10:33:33

TEKNİK ŞARTNAME

13717 SEFFAF POSET (30X50) (Tıbbi Sarf Depo)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. 30X50 boyutunda olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
5. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkodlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Dyt. Zeynep CEPİK
Zeynep

Dyt. Serdar ÖZDEMİR
Serdar