



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264835

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 07/08/2026 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PATOLOJİ SPESMEN KABI 0,5 LT	3.750,00	ADET
2	PATOLOJİ SPESMEN KABI 1 LT	3.750,00	ADET
3	PATOLOJİ SPESMEN KABI 3 LT	2.880,00	ADET
4	PATOLOJİ SPESMEN KABI 5 LT	690,00	ADET
5	PATOLOJİ SPESMEN KABI 7 LT	290,00	ADET
6	PATOLOJİ SPESMEN KABI 10 LT	290,00	ADET
7	PATOLOJİ SPESMEN KABI 30 LT	110,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20264835

NOT : 20264835 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/5

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

306.0358.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 0,5 LT	ADET	3750
306.0359.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 1 LT	ADET	3750
306.0360.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 3 LT	ADET	2880
306.0361.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 5 LT	ADET	690
306.0362.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 7 LT	ADET	290
306.0363.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 10 LT	ADET	290
306.0364.000	PATOLOJİ SPESMEN KABI 30 LT	ADET	110

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 0,5 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 0,5 LT

1. Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
3. Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Numune taşımaya uygun olmalıdır.
5. Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
6. Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
7. Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.
8. Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
9. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 5 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 5 LT

1. Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
3. Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Numune taşımaya uygun olmalıdır.

5. Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
6. Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
7. Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.
8. Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
9. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 7 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 7 LT

1. Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
3. Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Numune taşımaya uygun olmalıdır.
5. Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
6. Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
7. Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.
8. Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
9. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 30 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 30 LT

1. Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
3. Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Numune taşımaya uygun olmalıdır.
5. Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
6. Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
7. Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.

- Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
- Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 10 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 10 LT

- Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
- Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
- Numune taşımaya uygun olmalıdır.
- Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
- Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
- Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.
- Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
- Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 1 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 1 LT

- Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
- Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
- Numune taşımaya uygun olmalıdır.
- Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
- Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
- Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.
- Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
- Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.

(14422) PATOLOJİ SPESMEN KABI 3 LT

Açıklama : PATOLOJİ SPESMEN KABI 3 LT

1. Ürünler şeffaf veya içerisindeki numunenin görülmesine imkân verecek yarı şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler, hacim ve tasarımlarına göre vidalı veya emniyetli şekilde kilitlenebilir kapaklı olmalıdır.
3. Vidalı veya kilitli kapak sistemi, kap tamamen kapatıldığında sıvı sızdırmayacak şekilde gövde ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Numune taşımaya uygun olmalıdır.
5. Ürünler formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu sıvılarla temas ettiğinde çatlama, yumuşama, şekil değiştirme veya sızdırma yapmamalıdır.
6. Her ürünün üzerinde hasta ve numune bilgilerinin yazılabileceği, ürüne önceden uygulanmış bir bilgi etiketi bulunmalıdır.
7. Teklif veren istekliler, teklif ettikleri her farklı hacim veya ihale kalemi için en az bir adet numuneyi idareye sunmalıdır.
8. Numuneler; malzeme yapısı, gövde sağlamlığı, kapak mekanizması, sızdırmazlık, etiketin uygunluğu, taşıma kolaylığı ve patoloji numunelerinin muhafaza ve taşınmasına uygunluk yönlerinden değerlendirilecektir. Gerek görülmesi hâlinde numuneler su ile doldurularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
9. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.