



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265497

İLAN

03/09/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/09/2026 TARİHİ, SAAT 11:00

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	POSET KAPAMA CİHAZI ONARIMI	3,00 ADET	cihazın kayışları parçalanmış değişmesi gerekiyor / cihazın kayışları parçalanmış değişmesi gerekiyor / cihazın kayışları parçalanmış değişmesi ricasıyla
---	-----------------------------	-----------	---

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 180000464
REFERANS NO: RF18000464
DEMİRBAŞ ADI: STERİL POSET KAPATMA MAKİNESİ (GETİNGE / PROSEAL PREMIUM)
MARKA-MODEL: GETİNGE PROSEAL PREMIUM
SERİ NO: PPR10180010
Ayn No: 70494Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: MELİKE DURAN - 22/10/2025
BULUNDUĞU YER: MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ(STERİLİZASYON ÜNİTESİ)
TEDARİKÇİ ADI: GETİNGE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
ALIM FİYATI: 13452
GARANTİ: H - (23/03/2018 - 23/03/2021)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2018 - 2634
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 180000463
REFERANS NO: RF18000463
DEMİRBAŞ ADI: STERİL POSET KAPATMA MAKİNESİ (GETİNGE / PROSEAL PREMIUM)
MARKA-MODEL: GETİNGE PROSEAL PREMIUM
SERİ NO: PPR10180007
Ayn No: 70493Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: MELİKE DURAN - 22/10/2025
BULUNDUĞU YER: MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ(STERİLİZASYON ÜNİTESİ)
TEDARİKÇİ ADI: GETİNGE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

TEKLİF NO 20265497

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : POSET KAPAMA CİHAZI ONARIMI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265497

İLAN

03/09/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **09/09/2026 TARİHİ, SAAT 11:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

ALIM FİYATI: 13452
GARANTİ: H - (01/03/2018 - 01/03/2021)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2018 - 2633
GARANTÖR ADI: / SICIL NO: 180000462
REFERANS NO: RF18000462
DEMİRBAŞ ADI: STERİL POSET KAPATMA MAKİNESİ (GETİNGE / PROSEAL PREMIUM)
MARKA-MODEL: GETİNGE PROSEAL PREMIUM
SERİ NO: PPR10180006
Ayn No: 70492Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: MELİKE DURAN - 22/10/2025
BULUNDUĞU YER: MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ(STERİLİZASYON ÜNİTESİ)
TEDARİKÇİ ADI: GETİNGE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
ALIM FİYATI: 13452
GARANTİ: H - (01/03/2018 - 01/03/2021)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2018 - 2633
GARANTÖR ADI:
Arıza No : 497018 / 497017 / 497014

TEKLİF NO 20265497

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : POSET KAPAMA CİHAZI ONARIMI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0163.001 POSET KAPAMA CİHAZI ONARIMI	ADET	3
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14502) POSET KAPAMA CİHAZI ONARIMI

Açıklama : POSET KAPAMA CİHAZI ONARIMI

1. 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu teknik şartname, İdare bünyesinde bulunan mevcut Poşet Kapama Cihazının bakım ve onarımının yapılması ve cihazın bakım-onarım işlemleri tamamlandıktan sonra tam çalışır vaziyette İdareye teslim edilmesi işini kapsamaktadır.

1.2. Yüklenici firma, cihazı yerinde inceleyerek mevcut arızaları ve çalışmayı etkileyebilecek teknik problemleri tespit edecektir.

1.3. Bakım ve onarım kapsamında cihazın mekanik, elektrik, elektronik ve ısıtma sistemleri kontrol edilecek; tespit edilen arızalar giderilecek ve gerekli ayar, bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır.

1.4. Cihazın çalışması için gerekli olan bakım, onarım, ayarlama, bağlantı, test ve kontrol işlemlerinin tamamı Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2. 2. BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİ

2.1. Cihazın genel çalışma durumu kontrol edilecek ve mevcut arızalar tespit edilecektir.

2.2. Cihazın elektrik besleme sistemi, elektrik bağlantıları, kabloları, anahtarları, sigortaları ve diğer elektriksel bağlantı elemanları kontrol edilecektir.

2.3. Cihazın ısıtma sistemi kontrol edilecek; rezistans, sıcaklık sensörü, termostat ve sıcaklık kontrol elemanlarının çalışma durumu incelenecektir.

2.4. Cihazın poşet kapama mekanizması kontrol edilecek, kapama işleminin düzgün ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak gerekli mekanik ayar ve onarımlar yapılacaktır.

2.5. Kapama işlemini etkileyen kayış,teflon bant, silikon lastik, rezistans ve benzeri parçalar kontrol edilecek; kullanım ömrünü tamamlamış veya arızalı parçalar yenileri ile değiştirilecektir.

2.6. Cihaz üzerinde bulunan elektronik kart, kontrol elemanları, sensörler ve diğer elektronik komponentler kontrol edilerek arızalı olanlar onarılacak veya gerekli görülmesi halinde değiştirilecektir.

2.7. Bakım ve onarım sırasında gevşemiş bağlantılar sıkılacak, gerekli mekanik ve elektriksel ayarlar yapılacaktır ve cihazın güvenli çalışması sağlanacaktır.

2.8. Kullanılacak yedek parçalar cihazın mevcut marka ve modeline uygun, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

2.9. Cihazın çalışması için gerekli olan ve bakım-onarım kapsamında değiştirilmesi gereken parçaların değişimi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

3. 3. ARIZA TESPİTİ VE İLAVE İŞLEMLER

3.1. Yüklenici firma, bakım ve onarım sırasında cihaz üzerinde mevcut veya sonradan tespit edilen ve cihazın çalışmasını etkileyen arızaları İdareye bildirecektir.

3.2. Cihazın tam olarak çalışır hale getirilmesi için gerekli görülen ilave parça değişimi veya ilave onarım işlemleri, İdarenin bilgisi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

3.3. İdarenin onayı olmadan cihaz üzerinde kapsam dışı herhangi bir parça değişimi veya ilave ücret gerektiren işlem yapılmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. 4. ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM

4.1. Yüklenici firma, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından cihazı tam, eksiksiz, güvenli ve çalışır vaziyette İdareye teslim edecektir.

4.2. Cihazın bakım ve onarımının tamamlanmış sayılabilmesi için cihazın normal çalışma fonksiyonlarının tamamını yerine getirmesi ve poşet kapama işlemini düzgün şekilde gerçekleştirmesi zorunludur.

4.3. Bakım ve onarım sonrasında cihaz, İdare yetkililerinin huzurunda çalıştırılarak test edilecektir.

4.4. Yapılacak testlerde cihazın çalışma performansının uygun bulunması ve poşet kapama işlemini düzgün şekilde gerçekleştirdiğinin görülmesi halinde cihaz teslim alınacaktır.

4.5. Cihazın testler sonucunda çalışır durumda olmaması veya bakım-onarım kapsamında giderilmesi gereken bir arızanın devam etmesi halinde Yüklenici firma, herhangi bir ilave işçilik ücreti talep etmeksizin gerekli işlemleri tamamlayarak cihazı yeniden çalışır vaziyette teslim edecektir.

4.6. Cihazın çalışır vaziyette teslim edilmemesi halinde iş tamamlanmış ve teslim edilmiş kabul edilmeyecektir.

5. 5. TEST VE KONTROLLER

5.1. Bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra cihazın enerji bağlantısı, ısıtma sistemi, sıcaklık kontrolü, kapama mekanizması ve diğer çalışma fonksiyonları test edilecektir.

5.2. Cihaz, farklı çalışma koşullarında test edilerek kapama işleminin düzgün ve güvenli şekilde gerçekleştiği kontrol edilecektir.

5.3. Testler sonucunda cihazın normal çalışma şartlarını sağladığının görülmesi üzerine İdare tarafından kabul işlemi yapılacaktır.

6. 6. GARANTİ

6.1. Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım işlemleri ile değiştirilen yedek parçalar en az 6 (altı) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

6.2. Garanti süresi içerisinde bakım ve onarım işleminden veya değiştirilen parçalardan kaynaklanan arızalar Yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

6.3. Garanti kapsamında yapılacak onarım işlemlerinde gerekli işçilik ve değiştirilecek parçalar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7. İŞÇİLİK VE GENEL HÜKÜMLER

7.1. Bakım ve onarım işlemleri, cihazın teknik yapısına ve kullanım amacına uygun olarak, konusunda deneyimli teknik personel tarafından gerçekleştirilecektir.

7.2. Bakım ve onarım sırasında cihazın diğer parçalarına veya sistemlerine zarar verilmesi halinde meydana gelen hasarlar Yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

7.3. Kullanılan yedek parçalar yeni, kullanılmamış ve cihaz ile uyumlu olacaktır.

7.4. Bakım ve onarım sırasında sökülen parçalar İdarenin talebi halinde İdareye teslim edilecektir.

7.5. Yüklenici firma, bakım ve onarım işlemleri sırasında İdarenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyacaktır.

7.6. Bakım ve onarım kapsamında gerekli tüm işçilik, el aletleri, ölçüm ve test ekipmanları ile cihazın çalışır vaziyette teslim edilmesi için gerekli işlemler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7.7. İşin tamamlanması için esas olan, cihazın yalnızca arızasının giderilmesi değil, bakım ve onarım işlemleri tamamlanarak tam çalışır ve kullanıma hazır vaziyette İdareye teslim edilmesidir.

7.8. Cihaz, İdare yetkililerince çalışır ve kullanıma uygun durumda teslim alındığında iş tamamlanmış kabul edilecektir.

A.T