



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265702

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MINI TREK 1.50MMX15MM/RX	3,00	ADET
2	MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX20MM	5,00	ADET
3	MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX15MM	20,00	ADET
4	MINI TREK 1.50MMX12MM	40,00	ADET
5	MINI TREK 1.50MMX20MM	5,00	ADET
6	MINI TREK BALON KATETER 2.00MMX12MM	27,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265702

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

194.0064.001	MINI TREK 1.50MMX15MM/RX	ADET	3
194.0064.002	MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX20MM	ADET	5
194.0064.003	MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX15MM	ADET	20
194.0064.004	MINI TREK 1.50MMX12MM	ADET	40
194.0064.005	MINI TREK 1.50MMX20MM	ADET	5
194.0064.006	MINI TREK BALON KATETER 2.00MMX12MM	ADET	27

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14552) MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX15MM

Açıklama : MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX15MM

- Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
- Balon kateteri shaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
- 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017? lezyon geçiş profili 0.021?? olmalıdır
- Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı arttırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
- İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
- Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
- Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
- Balon kateteri 145 cm shaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- GENEL ÖZELLİKLER
- Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14552) MINI TREK 1.50MMX20MM

Açıklama : MINI TREK 1.50MMX20MM

1. Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017? lezyon geçiş profili 0.021?? olmalıdır
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı artırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm şaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
14. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14552) MINI TREK BALON KATETER 2.00MMX12MM

Açıklama : MINI TREK BALON KATETER 2.00MMX12MM

1. Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri shaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017? lezyon geçiş profili 0.021?? olmalıdır
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı artırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm shaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
14. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14552) MINI TREK 1.50MMX15MM/RX

Açıklama : MINI TREK 1.50MMX15MM/RX

1. Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri shaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017? lezyon geçiş profili 0.021?? olmalıdır
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı artırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.

7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm shaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
14. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14552) MINI TREK 1.50MMX12MM

Açıklama : MINI TREK 1.50MMX12MM

1. Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri shaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017? lezyon geçiş profili 0.021?? olmalıdır
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı arttırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm shaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

14. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

(14552) MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX20MM

Açıklama : MINI TREK BALON KATETER 1.20MMX20MM

1. Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017? lezyon geçiş profili 0.021?? olmalıdır
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı artırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm şaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
14. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
17. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.