

	DOKU TİPLEME LABORATUVARI PANEL REAKTİF ANTİKOR SINIF I-II TARAMA TEST REHBERİ	Belge No	DTL-TP.09
		Yayın Tarihi	09.02.2012
		Güncelleme No	03
		Güncelleme Tarihi	12.11.2024
		Sayfa No	1/1

TEST ADI

Panel Reaktif Antikor Sınıf I-II TARAMA

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi her gün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

NUMUNE TÜRÜ

Hastadan 1 adet düz kan (Kırmızı kapaklı) tüpüne 5 ml kan alınır.

NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler, uygun barkodlu kan tüplerine alınır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Etiketsiz, barkodsuz, yetersiz, ağzı açık, hemolizli, lipemik numuneler ve antikoagulan içeren hasta serumları reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler barkodlanır, uygun tüplere alınarak oda ısısı koşullarında transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM

Mikropartikül immunoassay (LUMINEX)

TEST İSTEM UYARILARI

Son 24 saat içerisinde hasta hemodiyalize girmemiş olmalıdır.

SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar laboratuvar bilgi sistemine girilir ve yetkili hekim tarafından onaylanır.

SONUÇ VERME

30 İş günü içerisinde

LAB İLETİŞİM NO

+90 232 412 2568

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK	Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM