



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20212672

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/06/2021 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ETCO2 AIRWAY ADAPTOR (NIHON KOHDEN MONITOR UYUMLU)	25,00	ADET
---	--	-------	------

TEKLİF NO : 20212672
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0500.000	ETCO2 AIRWAY ADAPTOR (NIHON KOHDEN MONITOR UYUMLU)	ADET	25
--------------	--	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8224) ETCO2 AIRWAY ADAPTOR (NIHON KOHDEN MONITOR UYUMLU)

Açıklama : ETCO2 AIRWAY ADAPTOR (NIHON KOHDEN MONITOR UYUMLU)

1. Adaptör, mevcut Nihon Kohden Hastabaşı Monitörlerde kullanılan entidal karbondioksit probuna uygun yapıda olmalıdır.
2. Adaptör, entübe hastaların hasta devresinde hastaya en yakın noktadan ölçümlene yapabilecek yapıda olmalıdır.
3. Adaptör, 10 (on) kilogram ve üstü hastalarda kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
4. Adaptörün şeffaf yapıda olmalıdır. Böylelikle hastadan gelen akıntı vs. gibi sekresyonlar fark edilerek müdahale edilebilmelidir.