



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20212827

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/06/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TROMBOSİT SETİ(CİFTLİ)	150,00	ADET
---	------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 20212827
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

248.0008.000	TROMBOSİT SETİ(CİFTLİ)	ADET	150
--------------	------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5897) TROMBOSİT SETİ(CİFTLİ)

Açıklama : TROMBOSİT SETİ(CİFTLİ)

1. Trombosit aferezi yapabilecek özellikte 2 adet cihaz malzeme bitimine kadar kan merkezinde kalacaktır.
2. Sarf malzeme listesinde tanımlanan Aferez seti için verilecek cihazların marka ve modelleri ihalede bildirilecektir.
3. Firmalar her grup işlem için farklı cihaz teklif edebilirler.
4. Trombosit aferezi için verilen 2 cihaz Kan Merkezi İnfomasyon sistemine (bilgisayar kayıt sistemi) gerektiğinde hasta ve yapılan işlemlere ait tüm detaylı kayıtların aktarımını on-line yapabilecek donanıma sahip olmalıdır. Sistemi kuracak firmanın, sistemi oluşturan tüm aygıtların laboratuvar otomasyon sistemine iki yönlü olarak (teknik olarak mümkün olmayan durumlarda tek yönlü olarak) bağlanabilmesi için Kan Merkezi ve Bilgi İşlem Merkezi tarafından istenebilecek bilgileri, dökümanları (Standart Interface Manuel, vb.) sağlaması zorunludur. Yukarıda belirtilen koşullar on-line olarak sağlanamıyorsa; cihaz hafızasındaki verilerin ilgili firma tarafından uygun bir elektronik tablolama yazılımı dosyası olarak belli aralıklarla ünite bilgi işlem birimine teslim edilmelidir.
5. İhale sonrası her aferez işlemi için kan merkezinin uygun gördüğü sayıda demo yapılmalı ve şartname koşullarına uygunluk onayı alınmalıdır.
6. Lökosit Azaltılmış Trombosit Aferezinin özellikleri şunlardır: 1)Trombosit süspansiyonu hazırlamak için kullanılacak kitler orijinal steril ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde içindeki malzemeler, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi belirtilmelidir. 2)Setle birlikte işlem için gerekli tüm malzemeler teslim edilmelidir. 3)Trombosit toplama işleminde cihaz lökosit kontaminasyonunu toplam üründen 1x10 üzeri 6 adedin altına düşürmeli ve böylece ayrıca filtre kullanma ihtiyacını ve maliyetini ortadan kaldırmalıdır. 3)Trombosit toplama işleminde cihaz lökosit kontaminasyonunu toplam üründen 1x106 adedin altına düşürmeli ve böylece ayrıca filtre kullanma ihtiyacını ve maliyetini ortadan kaldırmalıdır. 4)Setlerin kullanılacağı cihaz sürekli akım prensibiyle çalışmalıdır. 5)Cihaz işlem sırasında donörün boyu, kilosu, cinsiyeti parametrelerini kullanarak donör güvenliği için toplam kan hacmini hesaplamalı ve ACDA kullanımını otomatik olarak buna göre belirlemelidir. Verilen ACDA CE belgeli olması tercih edilir. 6)Trombosit toplama işleminde hedeflenen ürün miktarı toplam trombosit hücre adedi olarak cihaza girilebilmeli, belirlenen miktarda trombositin hedeflenen konsantrasyonla toplanması sağlanabilmelidir. 7)Cihaz hedeflenen ürün miktarı ve hacimleri yüksek bir tutarlılıkla sağlamalıdır. 8)Teklif edilen setler UBB koduna sahip olmalıdır.9)Uygun kan hacmi olan >65 Kg donörler ve / veya >250.000 /mm3 trombosit sayımı olan donörlerden, işlem sonrası üründeki trombosit sayısı bir Terapötik doz olan > 2,5x10 üzeri 11/ mm3 olmak şartı ile iki Terapötik doz ürün toplanabilmelidir. 800 set ile en az 1500 ünite Terapötik doz ürün elde edilmelidir. 800 set ile 1500 ünite Terapötik doz ürün elde edilemediği durumda yüklenici firma 1500 ünite Terapötik doz ulaşana kadar bedelsiz set temin etmekle yükümlüdür. Toplanan doz kayıtlarında Kan Merkezi kayıtları geçerlidir. 10)Trombosit süspansiyonu eritrosit kontaminasyonu < 2ml/U veya < 0,2-1x10 üzeri 9/ mm3 olmalıdır. 11)Cihaz tek veya çift kol ile tam otomatik olarak çalışabilmelidir. 12)Kontrol çalışmaları için trombosit torbasında uygun örnek alma tüpü bulunmalı ve sterilite bozulmadan kolayca örnek alınabilmelidir.