



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20213130

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **06/07/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER	5,00	ADET
2	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ	20,00	ADET

TEKLİF NO : 20213130
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.
İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT
TEL :
E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (2 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0015.000	MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER	ADET	5
209.0041.000	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ	ADET	20

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3508) MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER

Açıklama : MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER

- 3.2 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
- Kateter kılavuz tel üzerinden gidebilmelidir.
- Tutaç kısmı litotriptör ile uyum sağlayacak taş kırmaya uygun hale gelebilmelidir.
- Tutaç kısmında enjeksiyon kanalı olmalıdır.
- Baskete uyumlu 2 adet metal kılıf ve litotriptör ile beraber teslim edilmelidir.
- GENEL ÖZELLİKLER
 - Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(4793) ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ

Açıklama : ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ

- Yabancı cisim çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
- Filenin yapısı yabancı cisimleri kolaylıkla tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan cisimlerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Optimum bir patolojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
- Snare disposable olmalıdır.
- Filenin polip ve yabancı cisimleri çıkartmak için farklı ölçüleri bulunmalıdır.
- Filenin kılıf çapı standart yabancı cisim çıkartmak amaçlı 2.5mm olmalıdır.

7. Filenin yaklaşık ölçüsü sadece standart yabancı cisim çıkartmak amaçlı 3x6cm olmalıdır.
8. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır. Her ürünle birlikte bio shield verilmeli.
9. File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.
10. File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
11. Filenin uluslararası kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalıdır.