



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20221766

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 01/04/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TRANSOBTURATOR SLING	6,00	ADET
---	----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20221766
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : FERDAĞ ERDOĞAN
TEL :
E-MAIL : ferdag.erdogan@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

242.0045.000	TRANSOBTURATOR SLING	ADET	6
--------------	----------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4648) TRANSOBTURATOR SLING

Açıklama : TRANSOBTURATOR SLING

1. Protez kendiliğinden tutunabilir ve silikon olmalıdır.
2. Vajinal cerrahi yaklaşımlar için dizayn edilmiş olmalıdır.
3. İğne kalınlığı 5mm den fazla olmamalıdır.
4. Her setin içinden iğneler malzemeyle bağımsız ve steril olarak çıkmalıdır.
5. Ameliyat sonrası takiben 1 yıl içinde ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Üretral hareketlere dinamik olarak adapte olacak şekilde esnek olmalıdır.
7. Bio uyumlu olmalıdır.
8. Mesh de doku gelişimi en kısa sürede olmalıdır.
9. Mesh polypropylene monofilament yapıda olmalıdır.
10. Dikiş yada kemik bağlantısı gerektirmemelidir.
11. CE yada benzeri kalite belgelerine sahip olmalıdır.
12. Malzemeler 3 er adet ihaleden sonra denenecektir.
13. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miyadlı olmalıdır.

14. GENEL ÖZELLİKLER

- 14.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 14.2. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 14.3. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 14.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 14.5. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.