



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20222125

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 12/04/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	4.500,00 ADET
---	-------------------------------	---------------

TEKLİF NO : 20222125
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0206.000	SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	ADET	4500
--------------	-------------------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4589) SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

Açıklama : SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ortalama duvar kalınlığı 1,0-1,1 mm olmalıdır.
3. Vida kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.
5. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.