



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224350

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/07/2022 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ	3,00	SET
---	------------------------------	------	-----

TEKLİF NO : 20224350
NOT : 20224350 ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0729.000	LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ	SET	3
--------------	------------------------------	-----	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10484) LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ

Açıklama : LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ

1. Laringoskop seti Fiber Optik Aydınlatmalı olmalıdır.
2. Fiber Optik aydınlatma mekanizması LED ampullü olup, 2,5 V.LED ampul kullanılmalıdır.
3. Teklif edilen LED ampul en az 5500 Kelvin renk ısısına sahip olup en az 50.000saat ömrü olmalıdır.
4. Teklif edilen LED ampul 30-40mm alanında 12000 lüx aydınlatma yapma özelliğine sahip olmalıdır.
5. İştirakçi firma teklif ettiği LED ampule 5 yıl garanti vermelidir.
6. Set içerisinde paslanmaz çelikten imal edilmiş machintosh tipte No:0, 1,2,3,4 birer adet olmak üzere toplam 5 adet blade bulunmalıdır.
7. Fiber optik bladlerde ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ampul sap gövdesine monteli olmalıdır.
8. Işık cam lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapılmalıdır. Fiber optik liflerin demetinin çapı en az 7x3 mm olmalıdır.
9. Fiber optik ışık yolu enfeksiyona ve herhangi bir kaybolmaya sebep olmaması için blade ile komple yapıda olmalı, herhangi bir pim ve vida ile tutturulmuş olmamalıdır.
10. Fiber optik ışık demeti en az 8.000 mikro fiberden oluşmalı, bu sayede kaliteli ışık vermeli ve uzun ömürlü olmalıdır.
11. Bladeler 134 derecede en az 4.000 kez standart buhar sterilizasyonuna girmeli ve sonrasında minimum 1.000 lux ışık vermelidir.
12. Bu özellikler katalog üzerinde gösterilmelidir.
13. Set içerisindeki bladeler aşağıdaki numara ve ebatlarda olmalıdır.
14. 0 numara eğri(machintosh) 82mmx57mm
15. 1 numara eğri(machintosh) 93mmx68mm
16. 2 numara eğri(machintosh) 115mm x90mm
17. 3 numara eğri(machintosh) 135mm x110mm
18. 4 numara eğri(machintosh) 155mm x130mm
19. 2 adet Alkalın pil ile birlikte şarj edilebilir NİMH/LİON pil ile de kullanılabilir.
20. Handle ve ampul kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
21. Set orijinal taşıma kutusunda olacaktır.
22. Teklif edilen laringoskop sete ait tüm özellikler firmanın orijinal kataloğunda gösterilmeli ve işaretlenmelidir. Fotokopi ya da bilgisayar çıktıları kabul edilmeyecektir.
23. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/06/2022 15:48:27

A.T