



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223676

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/07/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AC225 ISARETLİ BİLESİK VE BİLESİK HAZIRLAMA	1,00	DOZ
---	---	------	-----

TEKLİF NO : 20223676
NOT : ÖDEME VADESİ 360 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

150.0066.000	AC225 ISARETLİ BİLESİK VE BİLESİK HAZIRLAMA	DOZ	1
--------------	---	-----	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü

Ac225 İşaretli Bileşik ve Bileşik Hazırlama Şartnamesi

- 1 Ac225 uygulaması formülasyon hazırlama ve kalite kontrol işlemini içermelidir. İşlem sonunda sentez ve kalite kontrol sonuçları raporlanmalıdır.
- 2 Ac225-Peptid sentezi ve kalite kontrol işlemleri için gerekli her türlü kimyasal malzeme, sarflar ve peptidler tedarikçi tarafından sağlanmalıdır.
- 3 Ac225 bağlı bileşiklerin kalite kontrol işlemi Alfa problu radio-TLC cihazı ile gerçekleştirilmelidir.
- 4 Ac225'in teslimat koşulları (teslimat günü, aktivitesi vb) teklifte açıkça belirtilmelidir.
- 5 Ac225'in radyoaktivite miktarı teslim edildiği güne kalibre olmalıdır.
- 6 Ac225'in Radyonüklidik saflığı, kalibrasyon tarihinde % 99'dan büyük olacaktır.
- 7 Tedarikçi, ürün için yukarıda tanımlanmış spesifikasyonlara uygunluğunu, her lot için üreticisi tarafından yapılmış ve raporlanmış analiz sertifikası ile teslim etmelidir.

Doç..Dr.Özhan ÖZDOĞAN



Prof.Dr.Gamze ÇAPA KAYA

