



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224929

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/07/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR  
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                 |       |      |
|---|-----------------|-------|------|
| 1 | ANEVRİZMA KLİBİ | 30,00 | ADET |
|---|-----------------|-------|------|

TEKLİF NO : 20224929  
NOT : ÖDEMELER 120 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE UBB KODU BELİRTMENİZİ RİCA EDERİM.  
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER  
TEL : 2324122405  
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                 |      |    |
|--------------|-----------------|------|----|
| 227.0001.000 | ANEVRİZMA KLİBİ | ADET | 30 |
|--------------|-----------------|------|----|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (10302) ANEVİRİZMA KLİBİ

##### Açıklama : ANEVİRİZMA KLİBİ

1. Anevrizma klipler Titanyum hammaddesinden imal edilmiş olacaktır.Kliplerin orijinal kataloğunda bu özellik gösterilecektir.Krom Kobalt veya çelik alaşımlı klipler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Malzemelerin polisağı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.Mini ve standart kliplerin karıştırılmaması amacıyla farklı renklerde olması tercih sebebi olabilecektir.
3. Teklif edilecek anevrizma klipleri en az 1,5 ve 3 Tesla MRI uyumlu, non-ferromagnetic özellikte olmalı ve bu özellik orijinal kataloğunda gösterilmelidir.CT/MR görüntüleme araçlarında minimum artifakt yaratmalıdır.Bu sayede takılan klip, ayrıntılı olarak takıldığı damar üzerinde kontrol edilebilmelidir.
4. Klipler atravmatik yapıda ve her biri çift steril ambalajda olacaktır.Klipler GAMA sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.Sterilizasyonun başlangıç ve bitiş tarihleri kutu üzerinde mutlaka yazılı olmalıdır.Her klip kutusu içerisinde 2 adet güvenlik barkodu bulunmalıdır.Bu barkod sayesinde, hastaya takılan klipler ile ilgili bir problem yaşanması durumunda, klabin üretim geçmişi ve metal yapısı hakkında detaylı fabrika verilerine ulaşılabilirdir.
5. Kliplerin ağız kısmı operasyon sırasında klipin kaymasını engellemek amacıyla piramitimsi girintiler şeklinde olacaktır.Klip uçları, takılma esnasında damar ve doku aralarından kolayca geçebilmesi için, uç kısımlarına doğru incelen bir yapıda olmalıdır.
6. Kliplerde kutu kilit (box-lock) mekanizması olmalıdır.Klip takılırken, blade hareket saplarının sağa sola hareketini engelleyici bir kanal içinde açılıp kapanma işlemini gerçekleştirmesi ve klip takıldıktan sonraki stabilitesini artırması için ekstra özellikleri olan klipler tercih edilecektir.
7. Kliplerin kapanma güçleri aşağıdaki değerlerde olmalıdır.Bu değerler orijinal kataloglarda ayrı ayrı gösterilmelidir.Her bir klipe ait sıkma basıncı katalog üzerinde ayrı ayrı gösterilmelidir.Genel ifadeler kabul edilmeyecektir.Ayrıca her klip kutusu üzerinde sıkma basıncı, uç uzunluğu ve maksimum açılma uzunluğu gibi net ifadeler yazılı olacaktır.
8. KAPAMA GÜÇLERİ
  - 8.1. Mini: 100 gr - 110 gr arası
  - 8.2. Standart: 180 gr - 200 gr arası
  - 8.3. Standart/Büyük: 180 gr - 200 gr arası
  - 8.4. Fenestre: 150 gr - 180 gr arası
  - 8.5. Geçici (Mini): 70 gr - 90 gr arası
  - 8.6. Geçici (Standart): 90 gr - 130 gr arası
  - 8.7. Geçici (Fenestre): 110 gr
9. Malzemelerin hasta takibatının yapılması için, her birinin üzerinde tanıtıcı numarası (lot numarası) yazılı olacaktır.Ayrıca her klip kutusu üzerinde kliplerin kapanma güçleri yazılı olacaktır.
10. İştirakçi firmalar grubun tamamına teklif vereceklerdir ve teklif edilen ürünler aynı marka olacaktır.
11. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir.Teklif edilen her malzeme orijinal kataloğunda ayrı ayrı gösterilecektir.Teklif edilen ürün orijinal kataloğu arasında farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamına bu şartname ve ekindeki listeye göre hazırlayacakları kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi başlığı adı altında iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış evrakları ihale dosyası içinde vereceklerdir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
13. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
14. TEKLİF EDİLECEK ÜRÜN LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;(ÖRNEK)
15. Ürün Özelliği
  - 15.1. Titanyum Geçici; Ağız uzunluğu 11,0 mm, Kapanma Gücü 180 g, 3 adet
  - 15.2. Titanyum Kalıcı; Ağız uzunluğu 10,2 mm, Kapanma Gücü 180 g, 2 adet