



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225836

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/09/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENDOSKOPIK ULTRASON İGNESİ 19G	60,00	ADET
2	ERCP GUIDEWIRE(İKİ UCLU)	10,00	ADET
3	FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)	25,00	ADET
4	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	40,00	ADET
5	ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G	60,00	ADET

TEKLİF NO : 20225836
NOT : ÖDEMELER 60GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE UBB BELİRMENİZİ RİCA EDERİM.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0035.000	ENDOSKOPIK ULTRASON İGNESİ 19G	ADET	60
219.0015.000	ERCP GUIDEWIRE(İKİ UCLU)	ADET	10
219.0018.000	FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)	ADET	25
209.0012.000	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	ADET	40
218.0215.000	ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G	ADET	60

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10845) ENDOSKOPIK ULTRASON İGNESİ 19G

Açıklama : ENDOSKOPIK ULTRASON İGNESİ 19G

- Endoskopik ultrason (EUS=Endosonografi) tekniği ile biyopsi yapmak için tasarlanmış olmalıdır.
- EUS iğnesinin toplam uzunluğu 1350-1600 mm arasında olmalıdır.
- EUS iğnesinin kalınlığı en az 19 G, iğne uzunluğu 80-100 mm arasında ve uzunluğu ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Kataterin dış çapı 2.4-3.2 çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır.
- Setin içinde 10 ml'lik iken de kilitlenebilir özellikte olmak koşuluyla en az 10 ml'lik, kilitlenebilen vakumlu şırınga olmalıdır.
- EUS iğnesi üniteye bulunan lineer endoskopik ultrason cihazları ile uyumlu olmalıdır.
- Kırılma, bükülme yapmayan dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı ve metal olmamalıdır.
- EUS iğnesinin ucu ultrasonografi altında görülmeyi kolaylaştırmak amacı ile ekojenik olmalıdır.
- EUS iğnesinin cihaza zarar vermemek için koruma mekanizması olmalıdır.
- EUS iğnesinin kılıfı iğneden bağımsız ayarlanabilir olmalıdır.
- Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

(5305) ERCP GUIDEWIRE(İKİ UCLU)

Açıklama : ERCP GUIDEWIRE(İKİ UCLU)

- Kılavuz tel uzunluğu en az 400 cm olmalıdır.
- Kalınlığı 0,035" olmalıdır.
- Kılavuz telin her iki ucu da yumuşak olmalı ve uçlardan biri düz diğeri açıldırılmış olmalıdır.
- Telin üzerinde hareketlerini ve bulunduğu yeri gösteren çizgiler olmalıdır.
- GENEL ÖZELLİKLER

- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(4705) FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)

Açıklama : FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)

1. Kılavuz tel, renal girişimler için özel tasarlanmış olmalı ve 0.018" çapa sahip olmalıdır.
 2. Kılavuz telin çekirdeği paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.
 3. Kılavuz telin uç kısmı platinyum koil olmalıdır.
 4. Kılavuz telin 130 cm, 190 cm ve 300 cm uzunluğunda alternatifleri bulunmalıdır.
 5. Kılavuz telin uç kısmı incelen yapıda olmalı ve incelen kısım silikon kaplı olmalıdır.
 6. Kılavuz telin J ve düz uç alternatifleri olmalıdır.
 7. Kılavuz telin short ve long taper alternatifleri olmalı; short taper yaklaşık 3 cm, long taper ise yaklaşık 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
 8. Kılavuz telin 90. ve 100. cm'inde proksimal markerlar bulunmalıdır.
 9. Kılavuz tel, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
 10. GENEL ÖZELLİKLER
- 10.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 10.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 10.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 10.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 10.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 10.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(10845) ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G

Açıklama : ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G

1. Endoskopik ultrason (EUS=Endosonografi) tekniği ile biyopsi yapmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. EUS iğnesinin toplam uzunluğu 1350-1600 mm arasında olmalıdır.
3. EUS iğnesinin kalınlığı en az 19 G, iğne uzunluğu 80-100 mm arasında ve uzunluğu ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Kataterin dış çapı 2.4-3.2 çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır.
5. Setin içinde 10 ml'lik iken de kilitlenebilir özellikte olmak koşuluyla en az 10 ml'lik, kilitlenebilen vakumlu şırınga olmalıdır.
6. EUS iğnesi üniteye bulunan lineer endoskopik ultrason cihazları ile uyumlu olmalıdır.
7. Kırılma, bükülme yapmayan dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı ve metal olmamalıdır.
8. EUS iğnesinin ucu ultrasonografi altında görülmeyi kolaylaştırmak amacı ile ekojenik olmalıdır.
9. EUS iğnesinin cihaza zarar vermemek için koruma mekanizması olmalıdır.
10. EUS iğnesinin kılıfı iğneden bağımsız ayarlanabilir olmalıdır.
11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

(3514) GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP

Açıklama : GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP

1. 12 F ile 20 F arası ölçüleri olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Mide içerisinde kalan ucunda su ile şişirilip tüpün mideye tutunmasını sağlayan balon olmalıdır.
4. Silikondan yapılmış olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.