



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20227308

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 02/11/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GAZ PISTONLU LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI	1,00	ADET
2	LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI	1,00	ADET
3	YUKSELTİLMELİ KOL TAHTASI	1,00	ADET
4	PARMAK HOLDER	1,00	ADET
5	BASIT DIKDORTGEN YAN DESTEĞİ	1,00	ADET
6	PUBİS/ STERNUM DESTEĞİ	1,00	ADET
7	DONER SAKRAL DESTEĞİ	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20227308
NOT : 20227308 ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3746.000	GAZ PISTONLU LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI	ADET	1
442.3747.000	LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI	ADET	1
442.3748.000	YUKSELTİLMELİ KOL TAHTASI	ADET	1
442.3749.000	PARMAK HOLDER	ADET	1
442.3750.000	BASİT DİKDÖRTGEN YAN DESTEĞİ	ADET	1
442.3751.000	PUBİS/ STERNUM DESTEĞİ	ADET	1
442.3752.000	DÖNER SAKRAL DESTEĞİ	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11210) LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI

Açıklama : LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI

1. Bacaklıklar, AMSCO marka CMAX3 model ameliyat masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Litotomi ayaklığı çift (sağ ve sol) olacaktır.
3. Hastanın bacağına destekleyen minderli kısma sahip olmalıdır.
4. Hastanın bacağına sabitlemek için destek kısmında şerit bantlar bulunmalıdır.Destek kısımları top şeklinde bağlantı yerleri sayesinde istenilen pozisyona ayarlanıp tutamak sayesinde pozisyon sabitlenmelidir.
5. Metal kısımlar paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
6. Bacaklıklar masa bağlantı klempleriyle birlikte verilmelidir ve bu klempler 25x10mm ve 30x8 mm lik raylarda da kullanılabilir.
7. Klempler paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Klempler 360 derece dönebilmeli bu sayede bacaklığa istenen pozisyon rahatça verilebilir.
9. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır.Cihazlar tıbbi demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
10. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketicini Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.
11. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
12. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyorsa sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A

(11207) GAZ PISTONLU LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI

Açıklama : GAZ PISTONLU LITOTOMİ AYAKLIK TAKIMI

1. Bacaklıklar, AMSCO marka CMAX3 model ameliyat masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Gaz pistonlu litotomi ayaklığı çift(sağ ve sol) olacaktır.
3. Hastanın bacağına destekleyen minderli kısma sahip olmalıdır.
4. Hastanın bacağına sabitlemek için destek kısmında şerit bantlar bulunmalıdır. Destek kısımları top şeklinde bağlantı yerleri sayesinde istenilen pozisyona ayarlanıp tutamak sayesinde pozisyon sabitlenmelidir.
5. Metal kısımlar paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
6. Bacaklıklar masa bağlantı klempleriyle birlikte verilmelidir ve bu klempler 25x10 mm ve 30x8 mm lik raylarda da kullanılabilir.
7. Klempler paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Klempler 360 derece dönebilmeli bu sayede bacaklığa istenen pozisyon rahatça verilebilir.
9. Gaz pistonlu olacaktır
10. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır. Cihaz demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
11. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketicici Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olmalıdır.
12. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
13. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A

(11196) DONER SAKRAL DESTEĞİ

Açıklama : DONER SAKRAL DESTEĞİ

1. AMSCO marka CMAX3 model ameliyat masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Yan destekler masa kenar raylarına klemp vasıtası ile sabitlenebilir.
3. Yan destekler ataçmanı sayesinde ileri-geri, yukarı-aşağı ve değişik açılarda sabitlenebilir.
4. Destekler hastaya temas noktalarında yumuşak süngerle kaplı olmalıdır.
5. Süngerlerin ebatları en fazla 215x100mm ve ağırlığı en fazla 1 kg olmalıdır
6. Metal kısımlar paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır. Cihaz demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
8. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketicici Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olmalıdır.
9. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
10. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A

(11197) PUBIS/ STERNUM DESTEĞİ

Açıklama : PUBIS/ STERNUM DESTEĞİ

1. AMSCO marka CMAX3 model ameliyat masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Yan destekler masa kenar raylarına klemp vasıtası ile sabitlenebilmelidir.
3. Yan destekler ataçmanı sayesinde ileri-geri,yukarı?aşağı ve değişik açılarda sabitlenebilmelidir.
4. Destekler hastaya temas noktalarında yumuşak süngerle kaplı olmalıdır.
5. Süngerlerin ebatları en fazla 85x85mm ve ağırlığı en fazla 1 kg olmalıdır
6. Metal kısımlar paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır. Cihaz demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
8. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketicici Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olmalıdır.
9. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
10. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A

(11198) BASIT DIKDORTGEN YAN DESTEĞİ

Açıklama : BASIT DIKDORTGEN YAN DESTEĞİ

1. AMSCO marka CMAX3 model ameliyat masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Ölçüleri 215x100mm olmalıdır.
3. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır. Cihaz demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
4. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketicici Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olmalıdır.
5. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
6. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A

(11208) YUKSELTİLMELİ KOL TAHTASI

Açıklama : YUKSELTİLMELİ KOL TAHTASI

1. Klemp ile masaya sabitlenmelidir.
2. İstenildiği yükseklikte kullanılabilirdir.
3. Masa uyumlu olmalıdır.
4. Yanal, pozisyonda, yüzüstü ve nöro park bankı pozisyonları için kol desteği sağlamalıdır.
5. 6" (15,2 cm) yatay hareket ile birleştirilmiş kilitlenebilir bilye yuvası, çok çeşitli konumlandırma esnekliğine izin vermelidir..

6. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır.Cihaz demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
7. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketiciyi Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olmalıdır.
8. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
9. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A

(11201) PARMAC HOLDER

Açıklama : PARMAC HOLDER

1. AMSCO marka CMAX3 model ameliyat masası ile uyumlu olmalıdır.
2. Holder için örnek olarak Steris ORT508 model referans kodu verilmekte olup yukarıdaki belirtilen özellikler dışındaki özellikler referans kodu ile uyumlu olacaktır.
3. 6502 Sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır.Cihaz demirbaş ise 2 yıl garantili olacaktır.
4. Şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketiciyi Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerli olmalıdır.
5. Hastanemiz Klinik Mühendislik Atölyesi ve Mekanik Atölye'nin onay vermediği ürün kabul edilmeyecektir.
6. Yukarıda belirtilen masa aksesuarlarının, Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ÜTS kaydı yapılması gerekiyor ise ÜTS kayıtları ile sunulmalıdır eğer ÜTS kaydı gerekmiyor ise sağlık bakanlığı tarafından verilecek ÜTS kaydı gerekmediğine dair belge sunulmalıdır.

N.A